



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 045/2023 de fecha 09 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 045-035/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 1 Y N° 2; Y SE APRUEBAN LA ACLARACIÓN N° 1 Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 29/2023 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1672/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 08 de agosto de 2023, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 610/2023, de fecha 03 de agosto de 2023, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la ratificación de las Adendas N° 1 y N° 2, y la aprobación la Aclaración N° 1 y la Modificación Parcial del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 29/2023 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL”; y

CONSIDERANDO: Que, las Adendas N° 1 y N° 2, consistieron en prórrogas a las fechas correspondientes al proceso licitatorio de referencia, las cuales obedecieron a la necesidad de adecuar los plazos a las disposiciones legales emanadas del Ente Regulador, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en atención a las aclaraciones remitidas por el Administrador del Contrato en atención a las consultas realizadas, por potenciales oferentes. Además se menciona que el plazo de publicación de cada adenda de prórroga es de 01 (un) día de verificación y 05 (cinco) días de publicación;

Que, la Aclaración N° 1, representa aclaraciones realizadas sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de la consulta realizada por los potenciales oferentes y las respuestas suministradas (remitidas a través del Correo Electrónico Institucional), que son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Apoyo y Servicios;

Que, la Modificación Parcial, representa las modificaciones realizadas sobre el Pliego de Bases y Condiciones, ello a raíz de las consultas realizadas por los potenciales oferentes, las respuestas suministradas (remitidas a través del Correo Electrónico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Apoyo y Servicios;

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 045/2023 de fecha 09 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 045-035/2023

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Ratificar la Adenda N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 29/2023 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL”, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Ratificar la Adenda N° 2, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 29/2023 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL”, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 3º) Aprobar la Aclaración N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 29/2023 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL”, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 14 (catorce) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 4º) Aprobar la Modificación Parcial al Pliego de Bases y Condiciones de Licitación Pública Nacional - SBE N° 29/2023 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL”, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 045/2023 de fecha 09 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 045-035/2023

Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 05 (cinco) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

5º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----

6º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/ta

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 29/23
“ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL
CENTRAL” - ID: 429.633

ADENDA N° 1



Asunción, de agosto de 2023

AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 29/23 “ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL” - ID: 429.633, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villar López
Secretaría de Planeación y Oficina
Dirección Operativa de Contrataciones



Resolución C.A. - Página Web IPS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 29/23
“ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL
CENTRAL” - ID: 429.633

ADENDA N° 2



Asunción, de agosto de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 29/23 “ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL” - ID: 429.633, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Secretaría de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 29/23
“ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL
HOSPITAL CENTRAL”
ID: 429.633.

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, de de 2023.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 29/23 “ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL” - ID N° 429.633, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

CONSULTA 1 - LOTE N° 4 – ITEM N° 25

Solicitamos amablemente a la convocante, la posibilidad de suministrar para el Item N° 25 del Lote N° 4, un equipo separado de quimioluminiscencia para realizar esta determinación, el cual es una metodología de mayor precisión, con el fin de garantizar una mayor participación de posibles oferentes.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 2 - LOTE 1- ITEM 1

Se podría admitir un colorante May Grunwald independiente en presentación de 500 ml como mínimo y completar los 4 litros solicitados?

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 3 - LOTE 1 - ITEM 1

Se podría admitir un colorante Giemsa independiente en presentación de 1000 ml como mínimo y completar los 4 litros solicitados?

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 4 - LOTE 1 - ITEM 1



Se solicita a la convocante aclarar si la cámara solicitada como soporte para el lote hemograma corresponde a la cámara de Neubauer?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 5 - LOTE 8 - ITEM 1 - 10

Se podría admitir una presentación de 100 gramos como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.



[Handwritten signature]

CONSULTA 6 - LOTE 9 - ITEM 1

Las pipetas multicanales son del laboratorio o también deben ser proveídas? Y de que capacidad las punteras correspondientes a las pipetas multicanales?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 7 - LOTE 9 - ITEM 1

La sección: Deberá incluir 3 (tres) juegos de pipetas de: 0.2-2ul, 2.5-25ul, 10-100ul, 100-1000ul, punteras para los juegos de pipetas entregadas y pipetas multicanales, donde detalla el juego de pipetas sería referente a las pipetas monocanales o incluyen a las pipetas multicanales y sus punteras?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 8 - LOTE 10

Capacidad a bordo mínima de 100 tubos primarios . Consultanos si aceptarían con carga de 39 tubos primarios, pero con procesamiento en simultáneo de 2 geles y de carga continua de muestras, en total tendría una capacidad de 78 muestras por hora

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 9 - LOTE 10

Solicita: Capacidad de medición y cuantificación de las cadenas ligeras libres Lambda, cadenas ligeras libres Kappa y cadenas pesadas en muestras de suero, orina y líquido cefalorraquídeo de reactivo policlonal. Consultamos si aceptarían la identificación cualitativa

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 10 - LOTE 1 - ITEM 1

Se podría admitir un contador hematológico de 6 partes con las sgtes características de linealidad: WBC: 0-500×10⁶/L, RBC: 0-8,60×10⁶/L, HGB: 0-260g/L, HCT: 0-75%, PLT: 0-5000×10⁶/L, RET#: 0-0,8×10⁶/L como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 11 - LOTE 1 - ITEM 1

Se podría admitir un contador hematológico con las sgtes características de metodología: Método SF Cube* para contar WBC, dif. de 6 partes , NRBC, RET y PLT-O Método de impedancia de CC para RBC y PLT

Reactivo libre de cianido para prueba de hemoglobina *S: Disipador; F: Fluorescente; Cube: Análisis 3D?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
2

CONSULTA 12 - LOTE 1 - ITEM 1

Se podría admitir un contador hematológico que no cuente con el Análisis cuantitativo de MDW (índice de detección temprana de sepsis)?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 13 - LOTE 1

Solicita: " Análisis cuantitativo de MDW (índice de detección temprana de sepsis)" esto es un parámetro específico de Beckman coulter. Solicitamos a la convocante establecer este parametro como opcional

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 14 - LOTE 2 - ITEM 2 AL 4

Se podría admitir un equipo de coagulación con capacidad de muestras mínima de 30?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 15 - LOTE 2 - ITEM 2 AL 4

Se podría admitir un equipo de coagulación sin capacidad de Gestión de muestras con perforación de tapones?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 16 - LOTE 2 - ITEM 2 AL 4

¿Se podría admitir reactivos de marca diferente al equipo, pero compatibles con el equipo de coagulación?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 17 - LOTE 1

Solicita con detección de células inmaduras. Debe considerar la convocante que las EETT del Pliego menciona para los

Glóbulos Blancos solo población de 5 partes

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 18 - LOTE 3 - ITEM 1

Se podría admitir un equipo de gasometría con las sgtes características: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Lac*, Glu*, tHb, sO₂, FO₂Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, cH⁺, pH(std), HCO₃⁻(act), HCO₃⁻(std), tCO₂, BE(ecf), BE(act), BE(B), BB(B), ctO₂, P50, sO₂(est), Ca⁺⁺(7.4), AnGap, Hct(est), pO₂(A-a), pO₂(a/A), RI, pO₂/FIO₂, cH⁺(T), pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), RI(T), pO₂(T)/FIO₂, mOsm; Principio de prueba: Fluorescencia óptica, Rendimiento: Resultados en 60s después de la aspiración de la muestra, Volumen de muestra: 65uL / 95uL, Bateria: 6800mAh, Pantalla táctil en color de

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villar López
Secretaría General de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

3

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villar López
Secretaría General de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villar López
Secretaría General de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

10.1 pulgadas, 1280*800; Rango de medición en sangre total, suero, plasma u otros líquidos biológicos:

i. PO2: 10 - 700 mm Hg

ii. PCO2: 10 - 150 mm Hg

iii. pH: 6,5 - 8,0, sin admisión de capilares como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 19 - LOTE 3 - ITEM 1

Se podría admitir un gasómetro que sólo admita sangre entera, suero como muestra de análisis?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 20 - LOTE 4 - ITEM 1 AL 27

"Se podría admitir un equipo de química con las sgtes características: Aspiración de reactivo de 15-300 ul, con incremento de 0.5 ul, aspiración de muestra en 1.5-35 ul con incremento de 0.1 ul, Velocidad: 800T/H, Capacidad de muestra: 140, Capacidad de reactivo: 68; Capaz de detectar burbujas en botella de reactivo y detectar el nivel real del líquido antes de la aspiración de reactivo, Bandeja de muestra: 140 posiciones incluyendo 25 posiciones de refrigeración para calibradores y controles. SDM: Capacidad de 300 muestras con 30 bastidores Volumen de muestra: 1.5-35 ul, incremento de 0.1 ul Aguja de muestra: Detección de nivel del líquido, detección de coágulo y protección contra colisión Manipulación de Reactivo Bandeja de reactivo: 120 posiciones en discos coaxiales Volumen de reactivo: 15-300 ul, incremento de 0.5 ul Aguja de muestra: Detección de nivel del líquido, detección de burbujas y protección contra colisión como mínimo?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 21 - LOTE 4 - ITEM 1- 27


Se podría admitir un equipo de electrolitos de soporte en caso de no contar con un equipo de química que realice todas las determinaciones solicitadas?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.


CONSULTA 22 - LOTE 4 - ITEM 1 - 27

Se podría admitir un equipo de electrolitos semiautomatizado de soporte en caso de no contar con un equipo de química que realice todas las determinaciones solicitadas?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.


Ing. Carlos Rotch
Secretaría de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Secretaría de Contrataciones




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

CONSULTA 23 - LOTE 4 - ITEM 1 - 27

Se podría admitir un equipo de electrolitos semiautomatizado de soporte en caso de no contar con un equipo de química que realice todas las determinaciones solicitadas?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 24 - LOTE 5 - ITEM 1 - 15

Se podría admitir un equipo de crisis con volumen de muestra de 50 ul como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 25 - LOTE 6 - ITEM 1

Se podría admitir un gasómetro que sólo admita sangre entera, suero como muestra de análisis?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 26 - LOTE 6 - ITEM 1

"Se podría admitir un equipo de gasometría con las sgtes características: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Lac*, Glu*, tHb, sO₂, FO₂Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, cH⁺, pH(std), HCO₃⁻(act), HCO₃⁻(std), tCO₂, BE(ecf), BE(act), BE(B), BB(B), ctO₂, P50, sO₂(est), Ca⁺⁺(7.4), AnGap, Hct(est), pO₂(A-a), pO₂(a/A), RI, pO₂/FIO₂, cH⁺(T), pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), RI(T), pO₂(T)/FIO₂, mOsm; Principio de prueba: Fluorescencia óptica, Rendimiento: Resultados en 60s después de la aspiración de la muestra, Volumen de muestra: 65uL / 95uL, Bateria: 6800mAh, Pantalla táctil en color de 10.1 pulgadas, 1280*800; Rango de medición en sangre total, suero, plasma u otros líquidos biológicos:
i. PO₂: 10 - 700 mm Hg
ii. PCO₂: 10 - 150 mm Hg
iii. pH: 6,5 - 8,0, sin admisión de capilares como mínimo?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 27 - LOTE 7 - ITEM 1

Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con DRVVT kits completo test screen y check confirmatorio, de acuerdo a las recomendaciones del ISTH?


Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 28 - LOTE 7 - ITEM 1 - 15

Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con DRVVT kits completo test screen y check confirmatorio, de acuerdo a las recomendaciones del ISTH?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotola
Gerente General de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Rotola
Secretaría de Contrataciones

CONSULTA 29 - LOTE 11- ITEM 1

"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con longitudes de onda de 5 LED (430, 500, 565, 635, 760 nm)?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 30 - LOTE 11 - ITEM 1

Se podría admitir un equipo automatizado de orina con principio de medición: Reflectancia, Refractometría y Imagen digital de celda de flujo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 31 - LOTE 11 - ITEM 1

"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo 400 tiras (200 tiras x 2 cajas de alimentación), con carga máxima de 100 muestras (circulación)?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 32 - LOTE 11 - ITEM 1

Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor al 1 ml?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 33 - LOTE 11 - ITEM 1

"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos:

RBC Eritrocitos

WBC Leucocitos

NEC Células epiteliales no escamosas

SEC Células epiteliales escamosas

YEA Levaduras

CRY Cristales

BAC Bacterias

HYA Cilindros hialinos

SPRM Esperma

MUC Mocos, sin la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 34 - LOTE 11 - ITEM 1

"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos:

RBC Eritrocitos

WBC Leucocitos

NEC Células epiteliales no escamosas



SEC Células epiteliales escamosas

YEA Levaduras

CRY Cristales

BAC Bacterias

HYA Cilindros hialinos



SPRM Esperma

MUC Mocos, con la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario en forma de alarma?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 35 - LOTE 9 - ITEM 1

Se podría admitir 1 (una) cabina de bioseguridad clase II tipo A2, certificada, con las siguientes medidas: largo 135 cm, profundidad 60 cm, altura 66 cm?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 36 - LOTE 9 - ITEM 1

Se podría admitir 1 (una) cabina de bioseguridad clase II tipo A2, certificada, con las siguientes medidas: largo 94 cm, profundidad 60 cm, altura 66 cm para cada laboratorio?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 37 - LOTE 9 - ITEM 1

Se podría admitir 1 (una) cabina de bioseguridad clase II tipo A2, certificada, con las siguientes medidas: largo 115 cm, profundidad 60 cm, altura 66 cm para cada laboratorio?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 38 - LOTE 3 LOTE 6

Consultamos si aceptarían los siguientes valores

i. P02: 10 - 700 mm Hg

ii. PC02: 5 200 mm Hg

iii. pH: 6,5 - 8,0pH 6,5-7,8

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 39 - LOTE 7

Solicita: Con capacidad mínima de 80 muestras.. Consultamos si aceptarían equipo con capacidad de 50 muestras con acceso aleatorio. Como plus del equipo se puede mencionar la carga continua, lo que no limita al usuario seguir cargando muestras a la par que va saliendo el rack de muestras ya pipeteadas

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 40 - LOTE 4

Solicita: Los calibradores y controles (alto, medio y bajo), todos deben ser de la misma marca, compatibles con el equipo a comodato. Consultamos En la sección de química generalmente se usan controles de 2 niveles, no alto medio y bajo como requiere la especificación. Se solicita revisar dicho requerimiento

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villar López
Secretaría de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Secretaría de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

CONSULTA 41 - LOTE 8 ITEM 1

Se solicita aclarar en el Lote 8, ítem 1: si corresponde a sensibilidad o a identificación de BGN.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 42 - LOTE 2 ITEM 1 REACTIVOS DE COAGULACIÓN

Se podría admitir reactivos de coagulación de marca distinta al equipo pero compatibles?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 43 - LOTE 2 ITEM 4 REACTIVO DIMERO D

Se podría admitir un reactivo Dímero D ultrasensible con valor predictivo negativo inferior al 95%?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 44 - LOTE 4 ITEM 23

"Se podría admitir un reactivo para determinación de proteínas en orina y líquido cefalorraquídeo?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 45 - LOTE 5 ITEM 1 REACTIVOS DE COAGULACIÓN

Se podría admitir reactivos de coagulación de marca distinta al equipo pero compatibles?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 46 - LOTE 5 ITEM 4 REACTIVO DIMERO D ULTRASENSIBLE

Se podría admitir un reactivo Dímero D ultrasensible con valor predictivo negativo inferior al 95%?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 47 - LOTE 7 ITEM 1 REACTIVOS DE COAGULACIÓN

Se podría admitir reactivos de coagulación de marca distinta al equipo pero compatibles?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 48 - LOTE 7 ITEM 12 DIMERO D ULTRASENSIBLE

Se podría admitir un reactivo Dímero D ultrasensible con valor predictivo negativo inferior al 95%?


Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 49 - LOTE 8 ITEM 9 SEPARACIÓN DE LOS LOTES DE EQUIPO

Se solicita amablemente a la convocante considerar la separación de los lotes de equipo de sensibilidad e identificación del equipo de hemocultivo a fin de dar mayor oportunidad a oferentes

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. 
Secretaría General de Asesoría
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. 
Secretaría General de Asesoría
Dirección Operativa de Contrataciones

CONSULTA 50 - LOTE 1 - ITEM 1 - EQUIPO DE SOPORTE

"Se podría admitir como backup un contador hematológico con eritrosedimentación con metodologías de: RBC, PLT: Método de impedancia, HGB: Método colorimétrico, VSG: método fotométrico; Volumen de la muestra CD (sangre entera): 25ul CD+ESR (sangre entera): 160ul Prediluido: 20ul; Con Rendimiento:
CD 80 t/h CDR 45 t/h CD+ESR 40 t/h?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 51 - LOTE 1 - ITEM 1 - EQUIPO DE SOPORTE

Se podría admitir un equipo para eritrosedimentación con las sgtes características: Volumen de muestra: 100 uL con resultado en 20 segundos directamente del tubo primario de EDTA, alimentación de acceso aleatorio continua, rendimiento de 180 muestras/hora, de lectura fotométrica, no interfieren: hematocrito, VCM y temperatura como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 52 - LOTE 1 ITEM 1 - EQUIPO DE SOPORTE

Se podría admitir un microscopio con Sistema con LED incorporado 3W con regulador de control de intensidad con Batería de Respaldo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 53 - LOTE 2 - ITEM 2 - 4

Se podría admitir una macrocentrífuga para 24 tubos con adaptadores estándar (sin adaptadores para microtubos)?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 54 - LOTE 2 - ITEM 2 AL 4 - EQUIPO DE SOPORTE

Favor aclarar a que se refiere con "sistema de inducción que no requiere cambio de carbón"?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 55 - LOTE 3 - ITEM 1

Se solicita a la convocante dar un ejemplo o aclarar si se puede admitir homogeneizador de muestras tipo roller mixer?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 56 - LOTE 4 - ITEM 1 AL 27 - EQUIPO DE SOPORTE

Se podría admitir microtubos de 1,5 ml de capacidad como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 57 - LOTE 4 - ITEM 1 AL 27- EQUIPO DE SOPORTE

Se podría admitir tubos con gel activador de 3 ml como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Carlos
Sección Regulación de Ofertas
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Sección General de Contrataciones

CONSULTA 58 - LOTE 5 ITEM 1 AL 17

Los tubos pediátricos de que capacidad serian solicitados?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 59 - LOTE 5 - ITEM 1 AL 17 - EQUIPO DE SOPORTE

Podrían admitirse tubos pediátricos de 0,9 ml como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 60 - LOTE 6 - ITEM ITEM 1 - EQUIPO DE SOPORTE

Se solicita a la convocante dar un ejemplo o aclarar si se puede admitir homogeneizador de muestras tipo roller mixer?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 61 - LOTE 7 - ITEM 1 AL 15

"Se podría admitir un microscopio con las sgtes características: Soporte compacto, resistente a la corrosión, con tratamiento antimoho y base modular, cuerpo Binocular inclinado 45°, giratorio 360° con IPD 54-74 mm con ajuste dióptrico, OCULARES HKW 10X, Huygenian 5x opcional, WF 10x/18 mm, WF 15x/16 mm, tratamiento antimoho, MUSEROLA Revólver portaobjetivos cuádruple (tipo rodamiento de bolas), OBJETIVOS Serie VA semiplana acromática, 4x/NA 0,10, 10x/NA 0,25, 40x/NA 0,65 SL, 100x/NA 1,25 SL, aceite. Opcional 20x/NA 0.40 SL, 60x/NA 0.85 SL, tratamiento antimoho, PLATINA MECÁNICA Etapa rectangular mecánica graduada, recorrido XY 76 mm × 50 mm, CONDENSADOR Condensador móvil ABBE, con lente esférica NA 1.25 y filtro azul de día

SISTEMA DE ENFOQUE Sistema ergonómico de enfoque macro y fino coaxial de posición baja sobre guías de cojinetes de bolas.

ILUMINACIÓN Iluminación Lámpara Halógena 6V 20W, con transformador Estado Sólido 220 V, ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de polarización simple, espejo reflector cóncavo plano, ocular micrométrico como mínimo?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.



CONSULTA 62 - LOTE 1

solicita: 02 (dos) equipos auto analizadores para Eritrosedimentación con las siguientes ETT: Rendimiento: más de 80 muestras por hora.

1. Metodología: debe medir directamente la intensidad de agregación de glóbulos rojos, no interfiere el valor del hematocrito. 2. Rendimiento: más de 80 muestras por hora

3. Muestras: (20 50 ul) extraída directamente del tubo de muestra primario con EDTA. 4. Compatible con tubos pediátricos:

entre 0.5 al ml. 5. Resultados: listos en 15 20 segundos y expresados en mm/h 6. Conectado al LIS, por interfaz 7. Controles y calibradores. Consulta: Dichas características corresponde al instrumento de la marca Alifax que utiliza un sistema de capilar para aspirar la muestra. En consecuencia se solicita a la convocante abrir las especificaciones permitiendo se pueda ofertar Equipo de Eritrosedimentación de menor capacidad ej. 32 tubos compensando el rendimiento solicitado mediante la cantidad de instrumentos a ser suministrados, con lectura directa en el mismo tubo de EDTA primario sin necesidad de ser extraída la muestra con una mínima manipulación de la muestra, y resultados en 20



10
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villar López
Gerente General
Dirección General de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección General de Contratación

minutos cada ciclo de 32 tubos, equipo con modo ciclo o aleatorio. Conectado a LIS por interfaz. Introducción de ID de la muestra mediante código de barras o manual.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 63 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 8

Se solicita amablemente a la convocante aceptar ofertas con un equipo con agregado de reactivos reveladores.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 64 - CAPACIDAD TECNICA

El PBC solicita Catálogos y folletos ilustrativos debidamente traducidos al Español del bien ofertado y de los Equipos a ser entregados en Comodato. Se aclara que todos los Catálogos que estuvieran en otro idioma, deberán estar acompañados indefectiblemente del documento traducido al español. Se solicita una demo del funcionamiento de los equipos a comodato en formato mp4(video). Solicitamos a la Convocante identificar los EQUIPOS a los cuales aplicaría el requerimiento de la presentación de la demo de funcionamiento de los equipos en formato mp4(video), a fin de evitar inconvenientes al momento de la evaluación de ofertas.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 65 - LOTE 1 - ITEM 1 - INSUMOS

Se podría admitir un colorante May Grunwald independiente en presentación de 500 ml como mínimo y completar los 4 litros solicitados?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 66 - LOTE 1 - ITEM 1 - INSUMOS

Se podría admitir un colorante Giemsa independiente en presentación de 1000 ml como mínimo y completar los 4 litros solicitados?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 67 - LOTE 1 - ITEM 1 - INSUMOS

Se solicita a la convocante aclarar si la camara solicitada como soporte para el lote de hemograma corresponde la cámara de Neubauer?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.


CONSULTA 68 - LOTE 8 - ITEM 1 -10 - INSUMOS

Se podría admitir una presentación de 100 gramos como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 69 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitamos a la convocante aceptar con o sin MRV (VOLUMEN medio reticulocitario), teniendo en cuenta que se podrá cumplir con los demás requerimientos de diferenciales y variables de reticulocitos solicitados, esto es a modo de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes teniendo en cuenta que lo solicitado no afectaría de manera sustancial con la lectura de resultados, además en llamados anteriores no se había requerido dicha especificación técnica.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
11
Dirección Ejecutiva de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abel Juan Manuel Villar
Dirección Ejecutiva de Contratación

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 70 - LOTE 9 - ITEM 1 - INSUMOS

Las pipetas multicanales son del laboratorio o también deben ser proveídas? Y de que capacidad las punteras correspondientes a las pipetas multicanales?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 71 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitamos a la convocante aceptar con o sin MDW (índice de detección temprana de sepsis), teniendo en cuenta que se podrá cumplir con los demás requerimientos propiamente solicitados del Hemograma, esto es a modo de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes teniendo en cuenta que lo solicitado no afectaría de manera sustancial con la lectura de resultados, además en llamados anteriores no se había requerido dicha especificación.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 72 - LOTE 9 - ITEM 1- INSUMOS

"La sección: Deberá incluir 3 (tres) juegos de pipetas de: 0.2-2ul, 2.5-25ul, 10-100ul, 100-1000ul, punteras para los juegos de pipetas entregadas y pipetas multicanales, donde detalla el juego de pipetas seria referente a las pipetas monocanales o incluyen a las pipetas multicanales y sus punteras?"

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 73 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitamos a la convocante aceptar equipos de hemograma con carga de 50 muestras a la vez, teniendo en cuenta que cada uno de los 3 equipos solicitados, serán de carga continua y con posiciones de emergencia, o en su defecto aceptar un cuarto equipo para cubrir las necesidades requeridas y no limitar a la posiciones de muestras y de esta forma poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.





CONSULTA 74 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitamos a la convocante aceptar un equipo soporte de Eritrosedimentacion con capacidad de procesar muestras anticoaguladas con citrato de sodio, teniendo en cuenta que dicho equipo cumple con la finalidad y los requerimientos como también los fundamentos de la metodología solicitada, además el proveedor adjudicado será el que deberá proveer los insumos necesarios como en este caso los tubos de citrato de sodio.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 75 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitamos a la convocante reducir el rango de capacidad de muestras de como mínimo 60 muestras por hora. Teniendo en cuenta que la cantidad máxima de determinaciones que se ejecutaría en el contrato en un periodo de 24 meses sería de 350.000 determinaciones lo que convertido a determinaciones por día sería de 486, a esto agregaríamos de que para dicho lote se precisarían de 3 equipos de contadores hematológicos por lo que cada uno de ellos estaría realizando aproximadamente 162 determinaciones al día. Entonces, habiendo analizado de forma genérica no vemos la necesidad de limitar a un rango tan alto, ya que un equipo con especificaciones estándar de



60 determinaciones por hora como mínimo, podría ajustarse a cabalidad con la capacidad total requerida por la convocante

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 76 - LOTE 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitamos a la convocante aceptar la velocidad de procesamiento inferior o igual a 60 segundos por muestra, ya que el mismo no afectará el rendimiento y así pondrán dar mayor oportunidad a los oferentes que cuenten con diversidad de equipo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 77 - LOTE 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Favor considerar la posibilidad de aceptar la medición de Magnesio iónico, incorporado en el Equipo de Gasometría, teniendo en cuenta que es un parámetro puntual en pacientes críticos, que junto con los demás parámetros podrían sugerir un evento cardíaco.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 78 - LOTE 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Favor considerar la posibilidad de aceptar la medición de Magnesio iónico, incorporado en el Equipo de Gasometría, teniendo en cuenta que es un parámetro puntual en pacientes críticos, que junto con los demás parámetros podrían sugerir un evento cardíaco.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 79 - LOTE 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Favor considerar la posibilidad de aceptar la medición de Magnesio iónico, incorporado en el Equipo de Gasometría, teniendo en cuenta que es un parámetro puntual en pacientes críticos, que junto con los demás parámetros podrían sugerir un evento cardíaco.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.


CONSULTA 80 - FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

En el Pliego de Bases y Condiciones menciona que El pago se realizará por determinación de lo efectivamente realizados en el Dpto. de Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital Central, con la presentación de la documentación exigida (planilla de determinaciones efectivas en medio digital: formato Excel y en pdf). Solicitamos a la convocante modificar dicho apartado ya que el proveedor no tiene el control real de las validaciones, repeticiones y pruebas realmente efectivas. Por qué en la práctica siempre existe una diferencia significativa entre lo utilizado por el laboratorio y lo utilizado en el equipo que ronda entre un 20 a 30% o en ocasiones mucho más como pérdida para el proveedor con relación a los reactivos entregados. Por dicho motivo solicitamos a la convocante modificar dicho apartado tomando como ejemplo los llamados del Ministerio de Salud Pública que a sus cantidades requeridas a contratar agrega un porcentaje como complementario FIJO que el proveedor deberá entregar sin costo alguno, como fin de calibraciones, controles o bien repeticiones. Por ejemplo: Hemograma 30% adicional, Química e Inmuno 20% y así sucesivamente

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Secretaría de Control y Supervisión



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villar Lobos
Secretaría de Control y Supervisión
Dirección Operativa de Contratación

CONSULTA 81 - EQUIPOS EN COMODATO

Consultamos a la convocante si los reactivos ofertados deben ser de la misma marca que los Equipos en comodato ofertados?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 82 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Calibradores y controles deben ser proveídos por la empresa adjudicada según requerimiento y especificaciones de los equipos a comodato. consultamos SI LOS MISMOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS OFERTADOS?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 83 - CAPACIDAD TÉCNICA

La convocante solicita Constancia emitida por el fabricante, de que los equipos son nuevos y no remanufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 5 (cinco) años Solicitamos modificar el mismo a Constancia emitida por el oferente y que el mismo sea corroborado en la entrega de los equipos físicamente.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 84 - CAPACIDAD TECNICA

Catálogos y folletos ilustrativos debidamente traducidos al Español del bien ofertado y de los Equipos a ser entregados en Comodato. Se aclara que todos los Catálogos que estuvieran en otro idioma, deberán estar acompañados indefectiblemente del documento traducido al español. Se solicita una demo del funcionamiento de los equipos a comodato en formato mp4(video) CON RELACION A ESTOS DEMOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, FAVOR ACLARAR SI SE REFIERE A LOS EQUIPOS PRINCIPALES O TAMBIEN A LOS EQUIPOS DE SOPORTE?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 85 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 10

LOTE 10: Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con un equipo semiautomatizado para realizar el Proteinograma Electroforético? a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 86 - LOTE 2


Consultamos si se puede ofertar una marca de reactivos diferente al equipo ofertado?


Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

CONSULTA 87 - LOTE 2


SE PODRIA OFERTAR DIMERO D OTRA METODOLOGIA QUE NO SEA INMUNO TURBIDIMETRICO?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. J. A. Roldán
Gerente General de Oficina
Dirección General de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Manuel Villar López
Director Operativo de Contrataciones

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 29/23
“ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL
HOSPITAL CENTRAL” - ID N° 429.633

MODIFICACION PARCIAL

1- En la Sección Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Capacidad Técnica, se realizan las siguientes modificaciones.

Donde dice:

k. Catálogos y folletos ilustrativos debidamente traducidos al Español del bien ofertado y de los Equipos a ser entregados en Comodato. Se aclara que todos los Catálogos que estuvieran en otro idioma, deberán estar acompañados indefectiblemente del documento traducido al español. Se solicita una demo del funcionamiento de los equipos a comodato en formato mp4 (video)

Debe decir:

k. Catálogos y folletos ilustrativos debidamente traducidos al Español del bien ofertado y de los Equipos a ser entregados en Comodato. Se aclara que todos los Catálogos que estuvieran en otro idioma, deberán estar acompañados indefectiblemente del documento traducido al español. Se solicita una demo del funcionamiento de los todos equipos a comodato auto analizadores principales y de los equipos de soporte, en formato mp4 (video).

Donde dice:

m. Constancia emitida por el fabricante, de que el/los equipo/os son nuevos y no re manufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 5 (cinco) años, o Declaración Jurada de presentar la misma para la firma del contrato en caso de ser adjudicada.

Debe decir:

m. Declaración jurada de que el/los equipo/os son nuevos y no remanufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 5 (cinco) años, el mismo será corroborado en la entrega de los equipos físicamente.

2- En la Sección Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación - Requisitos Documentales para Evaluar el Criterio de Capacidad Técnica, se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:





k. Catálogos y folletos ilustrativos debidamente traducidos al Español del bien ofertado y de los Equipos a ser entregados en Comodato. Se aclara que todos los Catálogos que estuvieran en otro idioma, deberán estar acompañados indefectiblemente del documento traducido al español. Se solicita una demo del funcionamiento de los equipos a comodato en formato mp4(video)

Debe decir:

k. Catálogos y folletos ilustrativos debidamente traducidos al Español del bien ofertado y de los Equipos a ser entregados en Comodato. Se aclara que todos los Catálogos que estuvieran en otro idioma, deberán estar acompañados indefectiblemente del documento traducido al español. Se solicita una demo del funcionamiento de los todos equipos a comodato auto analizadores principales y de los equipos de soporte, en formato mp4 (video).

Donde dice:

m. Constancia emitida por el fabricante, de que el/los equipo/os son nuevos y no re manufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 5 (cinco) años, o Declaración Jurada de presentar la misma para la firma del contrato en caso de ser adjudicada.



Debe decir:

m. Declaración jurada de que el/los equipo/os son nuevos y no remanufacturados, con una antigüedad de fabricación máxima de 5 (cinco) años, el mismo será corroborado en la entrega de los equipos físicamente.

3- En la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS:

4. Calibradores y controles deben ser proveídos por la empresa adjudicada según requerimiento y especificaciones de los equipos a comodato.

Debe decir:

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS:

4. Calibradores y controles deben ser proveídos por la empresa adjudicada según requerimiento y especificaciones de los equipos a comodato. **Estos pueden ser de "tercera opinión" como en el caso de las determinaciones químicas o de la misma marca según requerimiento y especificaciones de los equipos a comodato.**

El término "tercera opinión" se usa para describir un producto de control de calidad que ayuda a monitorear el desempeño de los procesos analíticos de forma independiente de los reactivos y calibradores del sistema, lo que significa que pueden ser utilizados con reactivos e instrumentos de otras marcas.

Donde dice:

LOTE 1:

Reactivos e insumos para la Sección Hemograma del Servicio Laboratorio de Urgencias

- a. Equipos: se solicitan 03 (tres) equipos contadores hematológicos automatizados, con las siguientes características:
- Sistema homogéneo. Los reactivos, controles y calibradores debe ser reconocidos por lectura de códigos de barra.
 - Parámetros medidos en sangre total: Mínima de 30 parámetros hematológicos y 2 para líquidos biológicos de punción. Las determinaciones comprenden:
 - Recuento total de: glóbulos blancos (WBC), glóbulos rojos (RBC), Hemoglobina (HGB), Hematocrito (HCT), MVC, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV.
 - Recuento diferencial y absoluto de glóbulos blancos de las 5 o más poblaciones: de neutrófilos (NE), linfocitos (LY), eosinófilos (EO), basófilos (BA), monocitos (MO), eritroblastos (NRBC) glóbulos rojos inmaduros

Debe decir:

LOTE 1:

Reactivos e insumos para la Sección Hemograma del Servicio Laboratorio de Urgencias

- a. Equipos: se solicitan 03 (tres) equipos contadores hematológicos automatizados, con las siguientes características:

-Sistema homogéneo: Los reactivos deben ser compatibles con el equipo automatizado a comodato.

Los reactivos, controles y calibradores deben ser reconocidos por lectura de códigos de barra.



Los controles y calibradores pueden ser de "tercera opinión" o de la misma marca según requerimientos y especificaciones de los equipos a comodato.

Parámetros medidos en sangre total: Mínima de 30 parámetros hematológicos y 2 para líquidos biológicos de punción.


Los parámetros comprenden:

Recuento total de: glóbulos blancos (WBC), glóbulos rojos (RBC), Hemoglobina (HGB), Hematocrito (HCT), MVC, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV.

Recuento diferencial y absoluto de glóbulos blancos de 5 o más poblaciones: de neutrófilos (NE), linfocitos (LY), eosinófilos (EO), basófilos (BA), monocitos (MO), eritroblastos (NRBC) glóbulos rojos inmaduros, **con detección (alarmas) de células inmaduras.**



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Carlos Roloff
Secretaría de Gestión y Oficina
Dirección Operativa de Contrataciones



Donde dice:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTES

LOTE 1:

Reactivos e insumos para la Sección Hemograma del Servicio Laboratorio de Urgencias

a. Equipos: se solicitan 03 (tres) equipos contadores hematológicos automatizados, con las siguientes características:

•**Detección de células inmaduras.**

•Reticulocitos: recuento relativo (RET), absoluto (RET#), volumen medio reticulocitario (MRV), fracción de reticulocitos inmaduros (IRF).

•Recuento de plaquetas y sus variaciones MPV, PCT,

•Análisis cuantitativo de MDW (índice de detección temprana de sepsis).

Debe decir:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTES

LOTE 1:

Reactivos e insumos para la Sección Hemograma del Servicio Laboratorio de Urgencias

a. Equipos: se solicitan 03 (tres) equipos contadores hematológicos automatizados, con las siguientes características:

- **Reticulocitos: recuento relativo (RET), absoluto (RET#) volumen medio reticulocitario (MRV) (opcional), fracción de reticulocitos inmaduros (IRF) (opcional)**
- Recuento de plaquetas y sus variaciones MPV, PCT.
- Análisis cuantitativo de MDW (índice de detección temprana de sepsis) **(opcional)**

Donde dice:

LOTE 1

c. Reactivos e Insumos:

Colorantes para tinción May-Grünwald Giemsa (MGG): cantidad mínima 4 litro/ mes, compatible con la cito centrifuga para tinción manual.

- Laminas portaobjetos de un solo uso: cantidad mínima 2000/mes
- Laminas cubre objetos de un solo uso: cantidad mínima 1000/mes
- Cámaras de recuento Fuchs-Rosenthal: cantidad total10 unidades.
- Laminillas cubre cámaras: cantidad 100/ mes.


Debe decir:


LOTE 1


c. Reactivos e Insumos:


Colorantes para tinción May-Grünwald Giemsa (MGG): compatible con la cito centrifuga para tinción manual.

- **ColoranteMay Grunwald independiente en presentación de 500 ml como mínimo (total los 4 litros) por mes**
- **ColoranteGiemsa independiente en presentación de 1000 ml como mínimo (total 4 litros)**
- Laminas portaobjetos de un solo uso: cantidad mínima 2000/mes
- Laminas cubre objetos de un solo uso: cantidad mínima 1000/mes
- Cámaras de recuento Fuchs-Rosenthal: cantidad total10 unidades.
- Laminillas cubre cámaras **Fuchs-Rosenthal**: cantidad 100/ mes.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. 
Sección de Contratación
Dirección General de Contratación


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Dirección Operativa de Contratación

Donde dice:

Lote 1

Reactivos e insumos para la Sección Hemograma del Servicio Laboratorio de Urgencias

b- Equipos de Soporte: Los equipos son solicitados en calidad de comodato por el término fijado por el contrato.

- 02 (dos) equipos auto analizadores para Eritrosedimentación con las siguientes ETT:

Rendimiento: más de 80 muestras por hora.

1. Metodología: debe medir directamente la intensidad de agregación de glóbulos rojos, no interfiere el valor del hematocrito.

2. Rendimiento: más de 80 muestras por hora

3. Muestras: (20 50 ul) extraída directamente del tubo de muestra primario con EDTA.

4. Compatible con tubos pediátricos: entre 0.5 a 1 ml.

5. Resultados listos en 15- 20 segundos y expresados en mm/h

6. Conectado al LIS, por interfaz

7. Controles y calibradores.

8. Lector de código de barras interno.

Debe decir:

Lote 1

Reactivos e insumos para la Sección Hemograma del Servicio Laboratorio de Urgencias

b- Equipos de Soporte: Los equipos son solicitados en calidad de comodato por el término fijado por el contrato.

- 02 (dos) equipos auto analizadores para Eritrosedimentación con las siguientes ETT:

1. Metodología: debe medir directamente la intensidad de agregación de glóbulos rojos, no interfiere el valor del hematocrito.

2. Rendimiento: 80 muestras por hora (mínimo)

3. Muestras: (20 - 200 ul) extraída directamente del tubo de muestra primario con EDTA.

4. Resultados: en 15- 20 segundos y expresados en mm/h

6. Conectado al LIS, por interfaz

7. Controles y calibradores.

8. Lector de Código de barras interno.

Donde dice:

Lote 2





Reactivos e insumos para la Sección de Crasis Sanguínea del Servicio de Urgencias

b. Soporte: Los equipos son solicitados en calidad de comodato por el término fijado por el contrato 2 (dos) centrifugas nuevas, rotor fijo de 24 o más posiciones para tubos de 2-15ml, con adaptadores para micro muestras. Panel frontal totalmente digital con pantalla LCD que muestra el estado, que facilita la selección de la velocidad la velocidad (RPM) y RCF (g) y el tiempo de ejecución, con sistema de cierre de seguridad Zero RPM evita que la tapa se abra mientras el rotor está girando, Funcionamiento silencioso, Temporizador digital, 500-5000 RPM. Cámara del rotor de acero inoxidable para una fácil limpieza, los pies de goma con ventosa eliminan la vibración. 220 V. Con sistema de inducción que no requiere cambio de carbón.

Debe decir:

Lote 2

Reactivos e insumos para la Sección de Crasis Sanguínea del Servicio de Urgencias



b. Soporte: Los equipos son solicitados en calidad de comodato por el término fijado por el contrato
• 2 (dos) centrifugas nuevas, rotor fijo de 24 o más posiciones **para tubos estándar, con adaptadores para tubos tapados de 5 ml.** Panel frontal totalmente digital con pantalla LCD que muestra el estado, que facilita la selección de la velocidad la velocidad (RPM) y RCF (g) y el tiempo de ejecución, con sistema de cierre de seguridad Zero RPM evita que la tapa se abra mientras el rotor está girando, Funcionamiento silencioso, Temporizador digital, 500-5000 RPM. Cámara del rotor de acero inoxidable para una fácil limpieza, los pies de goma con ventosa eliminan la vibración. 220 V. **Con sistema motor a inducción (motor sin carbón)**

Donde dice:

LOTE 3:

Reactivos e insumos para la Sección Gasometría del Servicio de Urgencias


c. soporte: Los equipos son solicitados en calidad de comodato por el término fijado por el contrato
02(dos) homogeneizadores de muestras giratorias para mezclar en forma estandarizada las jeringas

Debe decir:

LOTE 3:

Reactivos e insumos para la Sección Gasometría del Servicio de Urgencias

- c. Soporte: Los equipos son solicitados en calidad de comodato por el término fijado por el contrato.
- 02(dos) homogeneizadores **o mezcladores de tubos (rotativos o Roller mix) para el mezclado correcto de las muestras de gasometría.**



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. J. Rotak
Subdirector General de Operaciones
Dirección Operativa de Contratación

