



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 056/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 056-005/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 Y N° 5; Y SE APRUEBAN LA ACLARACIÓN N° 1 Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS", CON ID N° 423.966, Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como C.A. N° 1922/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 06 de septiembre de 2023, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 670/2023, de fecha 24 de agosto de 2023, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a conocimiento de la Máxima Autoridad, la ratificación de las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5, y a consideración la aprobación de la Aclaración N° 1 y la Modificación Parcial al Pliego de Bases y Condiciones y la modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS", CON ID N° 423.966; y

CONSIDERANDO: Que, las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5, consisten en prórrogas a las fechas correspondientes al proceso licitatorio de referencia las cuales obedecen a la necesidad de adecuar los plazos a las disposiciones legales emanadas del Ente Regulador, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en atención a las aclaraciones remitidas por el Administrador del Contrato en atención a las consultas realizadas, por potenciales oferentes. Además se mencionó que el plazo de publicación de cada adenda de prórroga es de 1 (un) día de verificación y 5 (cinco) días de publicación;

Que, la Aclaración N° 1 y la Modificación Parcial representan aclaraciones y modificaciones realizadas sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de las consultas realizadas por potenciales oferentes y las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 056/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 056-005/2023

Que, en atención a lo expuesto anteriormente, solicitamos la aprobación de la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del Pliego de Bases y Condiciones sino que la misma es descargada del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, para ser presentada con el formulario correspondiente;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:


- 1º) Ratificar la Adenda N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N° 423.966, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Ratificar la Adenda N° 2, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N° 423.966, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 3º) Ratificar la Adenda N° 3, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N° 423.966, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO

LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 056/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 056-005/2023

Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----

- 4°) Ratificar la Adenda N° 4, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N° 423.966, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaría del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 5°) Ratificar la Adenda N° 5, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N° 423.966, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaría del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 6°) Aprobar la Aclaración N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS", CON ID N° 423.966, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaría del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 03 (tres) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 7°) Aprobar la Modificación Parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" ID N° 423.966, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaría del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 04 (cuatro) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 056/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 056-005/2023

- 8°) Aprobar la Modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 04/2023 "PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" ID N° 423.966", conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 9°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 10°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----

SC/am/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N° 1

Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS ID N° 423.966, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. J. S. Rotek
Secretaría General de Oficio
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Julian Morales Doncel
Jefe de
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Carlos Roberto
Jefe de
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ab. Fany Marica Castro
Secretaría de Asesoría de Administración

Resolución C.A. -

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N° 2

Asunción, de de 2023

AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS ID N° 423.966, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. *[Firma]*
Sección de Contratación
Dirección Operativa de Contrataciones

[Firma]
Lic. Julian Morales Donato
Jefe de
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

[Firma]
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelino Berrío
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

[Firma]
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N° 3

Asunción, de de 2023

AL OFERENTE:


Con relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS ID N° 423.966, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing.  Rolsa
Secretaría General de Oficio
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Julian Morales Doncel
Jefe de
Departamento de Licitaciones
Dirección General de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Vianey Bordon
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N° 4

Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:


Con relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS ID N° 423.966, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. 
Secretaría de Operación y Gestión
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Julian Morales Doncel
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Marcel Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N° 5


Asunción, de de 2023


AL OFERENTE:

Con relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS ID N° 423.966, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:


Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente,-


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Carlos
Secretaría General de
Organización y Administración


Lic. Julian Morales Doncel
Jefe de
Departamento de Licitaciones
Dirección General de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Waccho Borron
Director de
Organización y Contrataciones

Resolución C.A. - Página Web IPS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE
HOSPITAL INGAVI IPS”
ID: 423.966

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, de de 2023.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS” ID: 423.966, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

CONSULTA 1 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACIÓN

Se podría admitir un equipo de coagulación con volumen de muestra mínimo de 500 ul como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 2 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACIÓN 2

Se podría admitir un equipo de coagulación con capacidad para reactivos de 16 posiciones como mínimo?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 3 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 equipo de coagulación 3

Se podría admitir un equipo de coagulación con capacidad mínima de muestras de 30 o 32 y Capacidad de cubetas de 240?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 4 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACIÓN 4

Se podría admitir un equipo de coagulación con metodología fotométrica, cromogénica?

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Última Versión del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 5 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACIÓN 5

Se podría admitir un equipo de coagulación por método Coagulométrico: método de dispersión de luz, Cromogénico: método colorimétrico. Inmunológico: método turbidimétrico?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 6 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACIÓN 6

Se podría admitir un equipo de coagulación con capacidad mínima de muestras de 27 y 20 posiciones de reactivos?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 7 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACIÓN 7


Se podría admitir un equipo de coagulación con volumen de muestra mínimo de 50 µL para TP, APTT y TT 10 uL para Fibrinógeno considerando que son los volúmenes de muestras habituales? Dando lugar de participación a mayor cantidad de oferentes


Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.


CONSULTA 8 - LOTE 2 ITEM 1 GASÓMETRO SIN CONTROL AUTOMÁTICO

Se podría admitir un gasómetro sin Control automático de detección de coágulos?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.


Lic. Julian Morales
Departamento de Contrataciones
Dirección General de Contrataciones


Ing. Juan Botella
Secretaría de Planeación
Dirección Operativa de Contrataciones


Ana Maria Casariego
Secretaría del Consejo de Administración

CONSULTA 9 - LOTE 2 ITEM 1 INDICACIÓN EN LA PANTALLA ILUMINADA 2

Se solicita a la convocante aclarar a qué se refiere con Indicación en la pantalla iluminada mediante cristal líquido?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 10 - LOTE 2 ITEM 1 GASÓMETRO SIN LACTATO

Se podría admitir un gasómetro sin lactato?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 11 - LOTE 2 ITEM 1 GASÓMETRO QUE SÓLO ADMITA SANGRE ENTERA

Se podría admitir un gasómetro que sólo admita sangre entera, suero como muestra de análisis?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 12 - LOTE 2 ITEM 1 GASÓMETRO CON RANGO DE PCO2: 5 - 200 MM HG

Se podría admitir un gasómetro con rango de PCO2: 5 - 200 mm Hg?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 13 - LOTE 2 ITEM 1 GASÓMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN DE PH: 6,5 - 8,0

Se podría admitir un gasómetro con rango de medición de pH: 6,5 - 8,0?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 14 - LOTE 2 ITEM 1 GASÓMETRO CON RANGO DE PCO2

Se podría admitir un gasómetro con rango de PCO2: 10.0-150.0 mmHg?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 15 - LOTE 1

Solicitamos a la convocante permita equipo con capacidad de 50 muestras abordo con carga continua sin interrumpir el flujo de procesamiento de la rutina , con adaptadores para tubos pediátricos y con capacidad mínima de 20 posiciones refrigeradas para los reactivos

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 16 - LOTE 1

Solicitamos a la convocante permita equipo con capacidad de 50 muestras abordo con carga continua sin interrumpir el flujo de procesamiento de la rutina , con adaptadores para tubos pediátricos y con capacidad mínima de 20 posiciones refrigeradas para los reactivos

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 17 - LOTE 1 ÍTEM 1,2,3

Solicitan capacidad mínima: 100 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediátricos y con capacidad mínima de 20 posiciones refrigeradas para los reactivos. Con el fin de dar mayor participación a potenciales oferentes y teniendo en cuenta que ésta especificación está dirigida a un solo oferente: solicitamos poder ofertar 80 posiciones de muestras y con capacidad de carga de 24 posiciones refrigeradas para los reactivos.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 18 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Podría la convocante aclarar en las especificaciones técnicas del Lote n° 1, si al decir: Capacidad mínima 100 muestras, se refiere al procesamiento del equipo y que el mismo debe ser capaz de realizar 100 muestras por hora?

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 19 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con relación al Lote N° 1 podría cotizarse un equipo con racks de 60 posiciones de muestras entre ellas para muestras de adultos y pediátricas, de carga continua y con capacidad de priorizar muestras urgentes, atendiendo que según la cantidad de reactivos solicitados estarían procesando un promedio de 70 a 140 muestras por día, lo cual permitiría que un equipo de la capacidad mencionada

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Mariana Bordon
Directora General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Julian Morales Donato
Jefe de Departamento de Licitaciones
Departamento de Licitaciones y Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

inicialmente, pueda agilizar la rutina diaria, atendiendo además que dependerá por sobre todo de la velocidad de procesamiento, la carga continua y de las posiciones priorizadas.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 20 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Solicitamos a la convocante aceptar un equipo con capacidad mínima de procesamiento de 300 Tests por hora.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 21 - LOTE 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Favor considerar la posibilidad de aceptar la medición de Magnesio iónico, incorporado en el Equipo de Gasometría, teniendo en cuenta que es un parámetro puntual en pacientes críticos, que junto con los demás parámetros podrían sugerir un evento cardíaco.

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 22 - LOTE 2 PRECIO REFERENCIAL

Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial a Gs. 50.000 teniendo en cuenta que el precio sugerido se encuentra muy por debajo de lo comercializado en el mercado local, partiendo de estamos sufriendo una inflación considerable en nuestro mercado de importaciones. Como así también sugerimos a la convocante guiarse por los referenciales más altos y promediar de ello para obtener el precio referencial.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 23 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Podría la convocante aclarar si podrían aceptar un equipo de 360 Test por hora con racks de 60 posiciones de muestras (tubos primarios y pediátricos) de carga continua y con capacidad de priorizar muestras urgentes

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

CONSULTA 24 - LOTE N° 1 - REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUINEA

Podría la convocante aclarar si podrían aceptar un equipo de 360 Test por hora con racks de 60 posiciones de muestras (tubos primarios y pediátricos) de carga continua y con capacidad de priorizar muestras urgentes

Respuesta: El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Balón
Director de Operación de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Julian Morales Dancel
Ing. Juan Rotela
Jefe de Departamento de Licitaciones
Secretaría de Operación de Contrataciones
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Castro
Secretaría de Consejo de Administración

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 04/23
“PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966”

MODIFICACION PARCIAL

1- En la Sección Datos de la Licitación – Autorización del Fabricante, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUINEA			
Ítem	Código de Catálogo	Código IPS	Descripción del Bien
1	41116005-006	4069	Calcio trombotplatina: Calcio trombotplastina TP
2	41116005-005	4609	Tiempo Parcial de Trombotplastina: Tiempo Parcial de Trombotplastina APTT (PTT)
3	41116113-001	4263	Reactivo de Fibrinógeno: Reactivo p/ determinación de fibrinógeno

Debe decir:

LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUINEA			
Ítem	Código de Catálogo	Código IPS	Descripción del Bien
1	<u>41116005-002</u>	4069	Calcio trombotplatina: Calcio trombotplastina TP
2	41116005-005	4609	Tiempo Parcial de Trombotplastina: Tiempo Parcial de Trombotplastina APTT (PTT)
3	41116113-001	4263	Reactivo de Fibrinógeno: Reactivo p/ determinación de fibrinógeno

2-En la Sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas - Detalle de los productos con las respectivas Especificaciones Técnicas, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUINEA							
Ítem	Código de Catálogo	Código IPS	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	41116005-006	4069	Calcio trombotplatina: Calcio trombotplastina TP	Determinación	Unidad	50000	100000
2	41116005-005	4609	Tiempo Parcial de Trombotplastina: Tiempo Parcial de Trombotplastina APTT (PTT)	Determinación	Unidad	50000	100000
3	41116113-001	4263	Reactivo de Fibrinógeno: Reactivo p/ determinación de fibrinógeno	Determinación	Unidad	50000	100000

Lic. Julian Morales Doncel
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Juan Carlos
Secretaría de Operación de Oligos
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Jefe de Operación de Oligos



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI



Debe decir:

LOTE I REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUINEA							
Ítem	Código de Catálogo	Código IPS	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	<u>41116005-002</u>	4069	Calcio tromboplatina: Calcio tromboplastina TP	Determinación	Unidad	50000	100000
2	41116005-005	4609	Tiempo Parcial de Tromboplastina: Tiempo Parcial de Tromboplastina APTT (PTT)	Determinación	Unidad	50000	100000
3	41116113-001	4263	Reactivo de Fibrinógeno: Reactivo p/ determinación de fibrinógeno	Determinación	Unidad	50000	100000

Donde dice:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA EQUIPO EN COMODATO Y LO SOLICITADO COMO SOPORTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

LOTE 1: REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUÍNEA

CANTIDAD DE EQUIPO

Dos (02) auto analizadores automáticos, para análisis de Hemostasia para realizar pruebas de coagulación

- Principio de funcionamiento: Método cronométrico, con detección del coágulo mecánica o foto- óptica.
- Los reactivos, controles y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el equipo en comodato o compatibles con las mismas.
- Capacidad mínima: 100 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediátricos y con capacidad mínima de 20 posiciones refrigeradas para los reactivos
- Volumen de muestra: 2,5 µl. como mínimo. Con capacidad de carga continua en rack (carga/descarga) de muestras y reactivos y con capacidad para priorizar las muestras urgentes
- Con capacidad para identificarlos reactivos mediante código de barras.
- Capacidad para realizarla pre-dilución automática de las muestras.
- Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.
- El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad de almacenamiento de memoria; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de manera automática
- Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.
- Provisión de manuales de operador del equipo en idioma español.
- Con capacidad de almacenamiento de memoria.
- Lenguaje de reportes y programa: español.
- Capacidad de análisis y monitoreo con la opción de proporcionar gráficos de Westgard o similares. Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos, acorde de manera automática.

Lic. Julian Morales Doncel
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contratación

Ing. Juan Carlos Bordon
Secretaría de Asesoría
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaría de Asesoría de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Debe decir:

*CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA EQUIPO EN COMODATO Y LO
SOLICITADO COMO SOPORTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
EQUIPOS*

LOTE 1: REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUÍNEA

CANTIDAD DE EQUIPO

Dos (02) auto analizadores automáticos, para análisis de Hemostasia para realizar pruebas de coagulación

• **Principio de funcionamiento: Método cronométrico, con detección del coágulo mecánica, foto-
óptica, fotométrico, cromogénico o turbidimétrico.**

• Los reactivos, controles y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el equipo en comodato o compatibles con las mismas.

• **Capacidad mínima: 50 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos
pediátricos y con capacidad mínima de 20 posiciones refrigeradas para los reactivos.
Con capacidad o velocidad de procesamiento de 200 test hora como mínimo.**

• Volumen de muestra: 2,5µl. como mínimo. Con capacidad de carga continua en rack(carga/descarga) de muestras y reactivos y con capacidad para priorizar las muestras urgentes

• Con capacidad para identificar los reactivos mediante código de barras.

• Capacidad para realizar la pre-dilución automática de las muestras.

• Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.

• El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad de almacenamiento de memoria; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de manera automática

• Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.

• Provisión de manuales de operador del equipo en idioma español.

• Con capacidad de almacenamiento de memoria.

• Lenguaje de reportes y programa: español.

• Capacidad de análisis y monitoreo con la opción de proporcionar gráficos de Westgard o similares. Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos, acorde de manera automática.

Donde dice:

LOTE 2: REACTIVOS E INSUMOS PARA GASOMETRIA

1. EQUIPO PARA GASOMETRIA

Cuatro (04) Equipos automáticos para Gasometría. Equipo programable de fácil manejo

2-Tiempo máximo de procesamiento: 150 (ciento cincuenta) segundos/muestras.

3-Sistema automático de lavado, calibración y medición.

4-Volumen de muestra: 50 a 150ul (microlitros).

5-Entrada de muestra: mediante aspiración automática o jeringa.

6-Control automático del volumen de los reactivos y de la botella de desecho.

7-Control automático de detección de coágulos.




8-Indicación en la pantalla iluminada mediante cristal líquido.

9-Impresora térmica, incorporada al equipo.

10-Reloj de tiempo real integrado.

• Equipados con los siguientes módulos de medición: PO2; PCO2; pH, electrodos de sodio, cloro, potasio, calcio iónico, hemoglobina, lactato

•Rango de medición en sangre total, suero, plasma u otros líquidos biológicos.



Ing. J. B. Rotela
Secretaría de Oferta
Dirección Operativa de Contratación

- PO2: 10 - 700 mm Hg
- PCO2: 5 - 200 mm Hg
- pH: 6,5 - 7,8
- Valores a introducir:
- Temperatura del paciente: 10°C - 45°C
- Fi O2
- Dato calculado: Anión GAP

Debe decir:

LOTE 2: REACTIVOS E INSUMOS PARA GASOMETRIA

1- EQUIPO PARA GASOMETRIA

Cuatro (04) Equipos automáticos para Gasometría. Equipo programable de fácil manejo

2- Tiempo máximo de procesamiento: 150 (ciento cincuenta segundos/muestras.)

3-Sistema automático de lavado, calibración y medición.

4- Volumen de muestra: 50- 150ul (microlitros).

5- Entrada de muestra: mediante aspiración automática o jeringa.

6-Control automático del volumen de los reactivos y de la botella de desecho.

7-Control automático de detección de coágulos.

8-Indicación en la pantalla iluminada mediante cristal liquido (PANTALLA LED).

9-Impresora térmica, incorporada al equipo.

10-Reloj de tiempo real integrado.

Equipados con los siguientes módulos de medición: PO2; PCO2; pH, electrodos de sodio, cloro, potasio, calcio iónico, hemoglobina, lactato u otros.

•Rango de medición en sangre total, suero, plasma u otros líquidos biológicos.

•PO2: 10-700 mmHg

•PCO2: 5-200 mmHg

•pH: 6,5 – 8,0

•Valores a introducir:

•Temperatura del paciente: 10°C-45°C

•FiO2

•Dato calculado: Anión GAP

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Botto
Secretaría de Oficina
Dirección Operativa de Convenciones

Lic. Julian Morales Donce
Jefe
Departamento de Licencias
Dirección Operativa de Convenciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

Donde dice:

LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUINEA

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO C/ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO
1	1	41116005-006	4069	CALCIO TROMBOPLASTINA: CALCIO TROMBOPLASTINA TP			UNIDAD	DETERMINACIÓN	50000	100.000	13.914	1.391.400.000
	2	41116005-005	4609	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA: TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA APTT (PTT)			UNIDAD	DETERMINACIÓN	50000	100.000	12.965	1.296.500.000
	3	41116113-001	4263	REACTIVO DE FIBRINOGENO: REACTIVO P/ DETERMINACIÓN DE FIBRINOGENO			UNIDAD	DETERMINACIÓN	50.000	100.000	12.760	1.276.000.000
MONTO TOTAL C/ IVA INCLUIDO												3.963.900.000

Debe decir:

LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRISIS SANGUINEA

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO C/ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO
1	1	<u>41116005-002</u>	4069	CALCIO TROMBOPLASTINA: CALCIO TROMBOPLASTINA TP			UNIDAD	DETERMINACIÓN	50000	100.000	13.914	1.391.400.000
	2	41116005-005	4609	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA: TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA APTT (PTT)			UNIDAD	DETERMINACIÓN	50000	100.000	12.965	1.296.500.000
	3	41116113-001	4263	REACTIVO DE FIBRINOGENO: REACTIVO P/ DETERMINACIÓN DE FIBRINOGENO			UNIDAD	DETERMINACIÓN	50.000	100.000	12.760	1.276.000.000
MONTO TOTAL C/ IVA INCLUIDO												3.963.900.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. J. R. Rotolo
Secretaría de Operación y
Dirección General de Contrataciones

Lic. Julian Morales Doncel
Jefe de
Departamento de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección de Operativa de Contrataciones