



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 059/2024 de fecha 14 de agosto de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 059-035/2024

POR LA QUE SE AUTORIZA LA INCLUSIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA AL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1479/2024, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 06 de agosto de 2024, el cual contiene la Nota Interna GS/N° 093/2024, de fecha 29 de julio de 2024, de la Gerencia de Salud, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la proforma de Resolución "POR LA QUE SE AUTORIZA LA INCLUSIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA AL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"; y

CONSIDERANDO: Que, el Jefe del Servicio de Anatomía Patológica - HC, solicitó la inclusión de Reactivos de Inmunohistoquímica al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social, y remitió la justificación para la inclusión de lo solicitado;

Que, al respecto, la Unidad de Regulación Farmacéutica, evalúa y luego de verificar la documentación anexada, informó cuanto sigue: *"...que las marcaciones de Inmunohistoquímica son consideradas casi de rutina para el diagnóstico de diferentes patologías tanto neoplásicas como no neoplásicas, dentro de este último grupo se incluyen a patologías infecciosas, autoinmunes y de trasplante. Ayudará a que se realicen diagnósticos más precisos, de manera a proporcionar un tratamiento más eficaz y certero";*

Que, por todo lo expuesto, se recomienda la Inclusión de Reactivos de Inmunohistoquímica, con ajuste estricto a protocolos, en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos – IPS;

Que, la Gerencia de Salud elevó los antecedentes a conocimiento y consideración de la máxima autoridad institucional, referente a la Inclusión del producto en cuestión al CBDM del IPS, con base a lo recomendado por la Unidad de Regulación Farmacéutica;

Que, por Resolución C.A. N° 005-028/2021, de fecha 13 de enero de 2021 "POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; Y LOS PERFILES DE CARGOS IDENTIFICADOS EN LA UNIDAD DE REGULACIÓN

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 059/2024 de fecha 14 de agosto de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 059-035/2024

FARMACÉUTICA, VERSIÓN 03, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE SALUD DEL IPS";

Que, por Resolución C.A. N° 018-024/2019, de fecha 23 de abril de 2019 "POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE REGULACIÓN FARMACÉUTICA, VERSIÓN 01, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE SALUD Y EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS Y DEL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, CON SU RESPECTIVO FLUJOGRAMA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP).

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Autorizar la inclusión de REACTIVOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA AL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 09 (nueve) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Encomendar a la Unidad de Regulación Farmacéutica, dependiente de la Gerencia de Salud, los trámites necesarios para la actualización y publicación de la inclusión aprobada, en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del IPS.-----
- 3º) Encomendar a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicación (TIC), la adecuación del Sistema Informático Hospitalario a las inclusiones aprobadas por la presente Resolución.-----
- 4º) Encomendar la verificación del cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Salud, a través de su Unidad de Control Interno.-----

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 059/2024 de fecha 14 de agosto de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 059-035/2024

- 5º) Establecer que la Gerencia de Salud, es la responsable de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 6º) Comunicara quienes corresponda y archivar.-----
SC/fm/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración






GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ANEXO

Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
1	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Alfa Fetoproteína para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
2	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Alfa Inhibina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
3	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-ALK para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
4	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-AMACR (P504) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
5	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Antígeno Carcinoembrionario (CEA-CD66e) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
6	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Antígeno Epitelial de Membrana {EMA} para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
7	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Antígeno Hepatocitario Específico (HEPAR 1) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
8	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Antígeno Prostático Específico para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
9	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-BCL-2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
10	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Cadena Ligera Kappa para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE






GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

ANEXO

Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
11	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Cadena Ligera Lambda para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
12	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CALDESOMON para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
13	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Calretinina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
14	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD10 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
15	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD15 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG o IgM. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
16	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD20 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
17	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD23 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
18	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD3 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
19	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD30 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
20	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD34 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
21	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD4 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
22	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD43 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE








GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ANEXO

Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
23	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD45 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
24	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD5 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
25	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD68 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
26	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD7 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
27	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD79a para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
28	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD8 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
29	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD99 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
30	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Ciclina D1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
31	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-p53 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
32	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Citoqueratina 20 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
33	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Citoqueratina 5/6 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
34	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Citoqueratina 7 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE








GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ANEXO

Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
35	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Citoqueratina 8 / 18 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
36	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Citoqueratina AE1-AE3 (Multi-Citoqueratina AE1 - AE3) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
37	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-c-KIT (CD117) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
38	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Cromogranina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
39	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Deoxinucleotidil Transferasa Terminal (TdT) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
40	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Desmina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
41	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Esclerina Neuronal Específica para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
42	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Estrogeno para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
43	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Factor de Transcripción Tiroideo-1 (TTF-1) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE







GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ANEXO

Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
44	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Fosfatasa Alcalina Placentaria para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
45	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-GATA-3 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
46	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-GLUT1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
47	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Gonadotropina Coriónica Humana para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
48	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-HER-2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
49	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-HHV8 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
50	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-HMB 45 (antimelanosoma) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
51	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-INI1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
52	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Ki-67 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
53	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Mamaglobina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
54	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Melan A (A103) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE








GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ANEXO




Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
55	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-MLH-1 (MutL1) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
56	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-MSH2 o (MutS 2) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
57	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-MSH6 (MutS 6) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
58	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Myogenin (Myf-4) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
59	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Oct 3/4 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
60	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-p16 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
61	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-P63 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
62	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-PAX-5 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
63	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-PD-L1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
64	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-PMS2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
65	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-PODOPLANINA para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
66	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Progesterona para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE





ANEXO

Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
67	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Proteína Glial Fibrilar Ácida para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
68	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-S100 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
69	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Sinaptofisina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
70	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-SOX-10 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
71	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Vimentina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
72	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Virus de Epstein Barr para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
73	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-BCL-6 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
74	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CALPONINA para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
75	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD138 (Syndecan 1) para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
76	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD1a para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
77	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
78	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD31 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE








GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ANEXO

Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
79	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti- CD56 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
80	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CD57 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
81	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-CDX-2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
82	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-COX-2 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
83	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-DOG-1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
84	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-E-Caderina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
85	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Von Willebrand - Antígeno relacionado al Factor VIII para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
86	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Granzima B para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
87	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Mieloperoxidasa para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
88	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-MUM 1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
89	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-MyoD1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ANEXO

Nº	DEPENDENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CERTIFICADOS
90	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-PAX-8 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
91	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-SALL-4 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
92	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Actina Músculo Liso para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
93	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-Tiroglobulina para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
94	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-WT1 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE
95	Servicio de Anatomía Patológica - HC		Anticuerpo anti-ZAP - 70 para Inmunohistoquímica	Para procesos Automatizados o Manuales. Anticuerpo de origen Murino. Cadena ligera de tipo Kappa o Lambda, Isotipo IgG. Refrigerado de 2° a 8 °C.	Determinación	Frasco	FDA Y/O CE

