



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 004/2025 de fecha 23 de enero de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 004-034/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA LA INCLUSIÓN DEL SISTEMA DE VÁLVULAS CARDIACAS TRANSCATÉTER EXPANDIBLE POR BALÓN Y AUTOEXPANDIBLE (VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATÉTER TAVI) Y LOS INSUMOS QUE CONFORMAN EL KIT COMPLETO EN EL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y VADEMÉCUM RESPECTIVAMENTE, DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 076/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 14 de enero de 2025, el cual contiene la Nota Interna GS/N° 007/2025, de fecha 09 de enero de 2025, de la Gerencia de Salud, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de Inclusión del Sistema de Válvulas Cardiacas Transcatéter Expandible por Balón y Autoexpandible (Válvula Aórtica Transcatéter Tavi) y los Insumos que conforman el kit completo, en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos y Vademécum respectivamente, del Instituto de Previsión Social; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorandos identificados como Expediente MEM-1151-2023-000087; Expediente MEM-1151-2024-000036; Expediente MEM-1151-2024-000043; Expediente MEM-1151-2024-000047; Expediente MEM-1151-2024-000048; Expediente MEM-1151-2024-000049; Expediente MEM-1151-2024-000050 y Expediente MEM-1151-2024-000051, el Servicio Cardiología Intervencionista y Hemodinamia, solicitó la INCLUSIÓN del Sistema de Válvulas Cardiacas Transcatéter Expandible por Balón y Autoexpandible (Válvula Aórtica Transcatéter Tavi) y los Insumos que conforman el kit completo en el Cuadro Básico Dispositivos Médicos y Vademécum Vigente respectivamente, justificando que en la estenosis aórtica es una patología muy frecuente que afecta al 2-7% de la población mayor de 65 (sesenta y cinco) años y su prevalencia aumenta con la edad. En los últimos años hemos tenido la fortuna de ser espectadores y partícipes de grandes avances en medicina cardiovascular. Mayores conocimientos y protocolos en prevención cardiovascular, curvas rápidas de aprendizaje, avances en la disponibilidad de biomarcadores, imágenes diagnósticas no invasiva e invasivas nos permiten diagnosticar y planear un mejor tratamiento;

Que, el advenimiento de los procedimientos percutáneos transcatéteres para el tratamiento de enfermedades vasculares y estructurales, procedimientos percutáneos transradiales y quirúrgicos mínimamente invasivos, avances en sedación y anestesia haciendo los procedimientos más seguros y de rápida recuperación, unidades de cuidados intensivos más eficientes, programas de asistencia ventricular y trasplante de corazón y pulmón, programas tempranos de rehabilitación cardíaca cada vez más adaptados e integrados con otras especialidades, entre otras;

FDO.: DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO. Presidente Interino.
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 004/2025 de fecha 23 de enero de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 004-034/2025

Que, continuamente se están realizando avances médicos que buscan que las cirugías sean menos invasivas. En el caso del tratamiento de las enfermedades de la válvula aórtica se están desarrollando nuevas técnicas que permiten el reemplazo de la misma por una prótesis a través de procedimientos menos invasivos para el paciente que permiten acortar la estancia hospitalaria y acelerar la recuperación posoperatoria, gracias a lo que conocemos como TAVI (Transcater Aórtica Valve Implantation; Implante transcatóter de la válvula aórtica);

Que, todo esto ha permitido que estemos logrando una medicina cardiovascular más precisa, eficiente, integral y costo-efectiva;

Que, la Dirección de Logística de Suministros de Salud, en cuanto a la Presentación y la Unidad de Medidas, según requerimientos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), recomendó su inclusión;

Que, por Providencia, la Unidad de Regulación Farmacéutica, recomendó la INCLUSIÓN del Sistema de Válvulas Cardíacas Transcatéter Expandible por Balón y Autoexpandible (Válvula Aórtica Transcatéter Tavi) y los Insumos que conforman el kit completo en el Cuadro Básico Dispositivos Médicos y Vademécum Vigente;

Que, por Nota Interna GS/N° 007/2025, de fecha 09 de enero de 2025, la Gerencia de Salud, elevó los antecedentes, a conocimiento y consideración de la Máxima Autoridad Institucional y recomendó la INCLUSIÓN del Sistema de Válvulas Cardíacas Transcatéter Expandible por Balón y Autoexpandible (Válvula Aórtica Transcatéter Tavi) y los Insumos que conforman el kit completo en el Cuadro Básico Dispositivos Médicos y Vademécum Vigente, con base a lo manifestado por la Unidad de Regulación Farmacéutica y la sugerencia de la Dirección de Logística de Suministros de Salud, en cuanto a la Presentación y la Unidad de Medida del producto según requerimientos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP);

Que, por Resolución C.A. N° 005-028/2021, de fecha 13 de enero de 2021, "POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; Y LOS PERFILES DE CARGOS IDENTIFICADOS EN LA UNIDAD DE REGULACIÓN FARMACÉUTICA, VERSIÓN 03, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE SALUD DEL IPS", y la Resolución C.A. N° 018-024/2019, de fecha 23 de abril de 2019, "POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE REGULACIÓN FARMACÉUTICA, VERSIÓN 01, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE SALUD Y EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS Y DEL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, CON SU RESPECTIVO FLUJOGRAMA, EN EL MARCO DE

FDO.: DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO. Presidente Interino.

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS

LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 004/2025 de fecha 23 de enero de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 004-034/2025

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP)";

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESUELVE:

- 1º) Autorizar la INCLUSIÓN del Sistema de Válvulas Cardíacas Transcatéter Expandible por Balón y Autoexpandible (Válvula Aórtica Transcatéter Tavi) y los Insumos que conforman el kit completo en el Cuadro Básico Dispositivos Médicos y Vademécum del Instituto de Previsión Social, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 08 (ocho) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
 - 2º) Encomendar a la Unidad de Regulación Farmacéutica, dependiente de la Gerencia de Salud, los trámites necesarios para la actualización y publicación de la INCLUSIÓN aprobada, en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos y Vademécum del Instituto de Previsión Social.-----
 - 3º) Encomendar a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), la adecuación del Sistema Informático Hospitalario, a la INCLUSIÓN aprobada por la presente Resolución.-----
 - 4º) Encomendar la verificación del cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Salud, a través de su Unidad de Control Interno.-----
 - 5º) Establecer que la Gerencia de Salud, es la responsable de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
 - 6º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
- SC/mg/pb.-

FDO.: DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO. Presidente Interino.
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL GERENCIA DE SALUD									
N°	Uso	Cod.	Principio Activo	Concentración	Forma Farmacéutica /EET	Via de Administración	Presentación	Unidad de Medida	ESPECIALIDADES
1	Hosp.		TIROFIBAN	0,25 mg/ml	Injectable	Parenteral	Vial	UNIDAD	CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA, UNIDAD CORONARIA Y EMERGENCIAS ADULTOS

Resolución C.A. -

[Signature]

Dra. RUTH MARIA ZAYAS
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

[Signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO
1	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 20 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 20MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
2	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 21,5 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 21,5 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
3	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 23 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 23 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN , SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER , JUEGO DE INTRODUCCTORES . ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO , DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Dra. RUTH MARIA ZAYAS
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
C.O.B. 10000000



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO
4	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 23 MM AUTOEXPANDIBLE	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 23 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCTORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
5	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 24,5 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 24,5MM. PAQUETE INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCTORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD		KIT
6	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 25 MM AUTOEXPANDIBLE	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 25 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCTORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Dr. RUTH MARIA ZAYAS
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. VICENTE
Gerente de Salud



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO
7	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 26 MM AUTOEXPANDIBLE	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 26 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCOTORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
8	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 26 EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 26 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCOTORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
9	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 27 MM AUTOEXPANDIBLE	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 27MM. PAQUETE INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCOTORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD		KIT

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ALBA ANASTASIO CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Dra. RUTH MARIA ZAYAS
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SALUD
10/07/2020



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO
10	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 27,5 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 27,5 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTENIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCADORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
11	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 29 MM AUTOEXPANDIBLE	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 29 MM. PAQUETE INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCADORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
12	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 29 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 29 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN, SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCADORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO, DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E.	UNIDAD	FDA O CE.	KIT

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABIGAILA MARIA ZAYAS
Secretaria del Consejo de Administración

Dra. RUTH MARIA ZAYAS
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO
13	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 30.5 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 30,5 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ENVASE SECUNDARIO CONTEIENDO: EL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE VALVULAS CARDIACAS TRANSCATETER COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA DE 0,035 LONGITUD MINIMA DE 260 CM. BALON DE PREDILATACIÓN. SISTEMA DE NAVEGACIÓN O SUMINISTRO DE LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER, JUEGO DE INTRODUCTORES. ALEACIÓN DE COBALTO, NIQUEL, CROMO. DE PERICARDIO BOBINO. LOGOTIPO DE F.D.A. O C.E	UNIDAD	FDA O CE	KIT
14	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 32 MM EXPANDIBLE POR BALON	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 32 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DEL STENT NITINOL, SUPRA-ANULAR PARA ACCESO TRANSFEMORAL, CON VALVAS DE PERICARDIO PORCINO. REPOSICIONABLE DURANTE EL IMPLANTE. EL KIT DEBE INCLUIR: INTRODUCTOR :14 F. SISTEMA DE ENTREGA (DELIVERY SISTEM) COMPATIBLE CON GUÍA DE 0,035". PERFIL DISTAL CON LA VALVULA MONTADA: 18 F.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
15	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 34 MM AUTOEXPANDIBLE	SISTEMA DE VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE 34 MM. PAQUETE ESTERIL INDIVIDUAL CONTEIENDO: LA VALVULA CARDIACA TRANSCATETER. ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DEL STENT NITINOL, SUPRA-ANULAR PARA ACCESO TRANSFEMORAL, CON VALVAS DE PERICARDIO PORCINO. REPOSICIONABLE DURANTE EL IMPLANTE. EL KIT DEBE INCLUIR: INTRODUCTOR :14 F SISTEMA DE ENTREGA (DELIVERY SISTEM) COMPATIBLE CON GUÍA DE 0,035". PERFIL DISTAL CON LA VALVULA MONTADA: 18 F.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
16	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		ALAMBRE GUIA DE ACCESO EXTRA SUPER RIGIDA PUNTA RECTA	ALAMBRE GUIA EXTRA SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, NUCLEO DE NITINOL, UNA PUNTA DISTAL DE PLATINO, CON REVESTIMIENTO PTFE, ACERO INOXIDABLE Y MANGUITO DE POLIURETANO PUNTA RECTA. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Dra. RUTH MARIA ZAYAS
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO
17	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13001	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		ALAMBRE GUIA DE ACCESO EXTRA SUPER RIGIDA PUNTA CURVA	ALAMBRE GUIA EXTRA SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, NUCLEO DE NITINOL, UNA PUNTA DISTAL DE PLATINO, CON REVESTIMIENTO PTFE, ACERO INOXIDABLE Y MANGUITO DE POLIURETANO PUNTA RECTA. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL
18	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13002	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		ALAMBRE GUIA PARA TAVI SUPER RIGIDA	ALAMBRE GUIA PREFORMADA PARA TAVI - SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, CON REVESTIMIENTO PTFE PUNTA CURVA O ANGULADA. TAMAÑO PEQUEÑO. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL
19	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13003	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		ALAMBRE GUIA PARA TAVI SUPER RIGIDA	ALAMBRE GUIA PREFORMADA PARA TAVI - SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, CON REVESTIMIENTO PTFE PUNTA CURVA O ANGULADA. TAMAÑO MEDIANO. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL
20	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13004	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		ALAMBRE GUIA PARA TAVI SUPER RIGIDA	ALAMBRE GUIA PREFORMADA PARA TAVI - SUPER RIGIDA DE 260 A 300 CM DE LONGITUD, CON REVESTIMIENTO PTFE PUNTA CURVA O ANGULADA. TAMAÑO GRANDE. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	ENVASE ESTERIL
21	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13005	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		ANCLA DE CIERRE ACTIVO ANGIO-SEAL BIOABSORBIBLE DE 8 FRENCH	ANCLA DE CIERRE ACTIVO ANGIO-SEAL BIOABSORBIBLE DE 8 FRENCH: Dispositivo de cierre vascular. Cateter de insercion. Localizador de arterioplastia y guia de 70 cm con insertador de guia en J. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	KIT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
AUG. ANTONIO MARTINEZ
Secretaria del Consejo de Administración

Dr. RUTH MARIA ZAYAS
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE SALUD



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO
22	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13006	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		ANCLA DE CIERRE ACTIVO ANGIO-SEAL BIOABSORBIBLE DE 6 FRENCH	ANCLA DE CIERRE ACTIVO ANGIO-SEAL BIOABSORBIBLE DE 6 FRENCH: Dispositivo de cierre vascular. Cateter de inserción. Localizador de arteriotomía y guía de 70 cm con insertador de guía en J. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
23	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia- Servicio de Cirugía Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13007	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE SUTURA- PERCLOSE	Sistema de cierre percutáneo mediante sutura de monofilamento de polipropileno canulada con cortador de sutura. El kit incluye embolo, empuñadura, vaina con recubrimiento hidrofílico y radiopaco, punta atraumática y sistema de intercambio de guía intercambio rápido. Con válvula hemostática y empujador. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	KIT
24	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13008	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		DISPOSITIVO TRANSCATETER VALVULAR VIA DE SALIDA DEL VENTRICULO DERECHO	DISPOSITIVO TRANSCATETER VALVULAR VIA DE SALIDA DEL VENTRICULO DERECHO: Dispositivo de cierre percutáneo mediante sutura de monofilamento de polipropileno canulada con cortador de sutura. El kit incluye embolo, empuñadura, vaina con recubrimiento hidrofílico y radiopaco, punta atraumática y sistema de intercambio de guía intercambio rápido. Con válvula hemostática y empujador. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	ISO - CE	KIT
25	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13009	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1 SIH GRUPO 13100		CATETER BALON PARA VALVULA AORTICA Y MITRAL	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DISEÑADO PARA PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTE DE VALVULA AORTICA Y MITRAL, FORMA RELOJ DE ARENA DE 18 A 30 DE DIAMETRO X 4 A 6 DE LONGITUD. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE O FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	FDA O CE	UD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
AUTANOMIA ADMINISTRATIVA
Secretaría del Consejo de Administración

Dra. RUTH MARIA ZAYAS
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL