



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 065/2025 de fecha 16 de septiembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 065-025/2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA ACLARACIÓN N° 1, AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 66/2025 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1886/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 15 de setiembre de 2025, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 1021/2025, de fecha 12 de setiembre de 2025, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de aprobación de la Aclaración N° 1, de la Licitación Pública Nacional N° 66/2025 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS”, con ID N° 472.731; y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaración N° 1, representa aclaraciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de las consultas realizadas por los potenciales oferentes a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en el Portal de la DNCP. Las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Hospitales del Área Interior;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística y con el aval de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones, garantizando así sus conformidades, en los términos del Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por el Consejo de Administración del IPS y del Memorando DOP/DLI1/N° 1021/2025, de fecha 12 de setiembre de 2025, suscritos por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEKELIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración





**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 065/2025 de fecha 16 de septiembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 065-025/2025

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1°) Aprobar la Aclaración N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 66/2025 “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS”, con ID N° 472.731, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 09 (nueve) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 3°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/mg/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 66/25
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS”, ID N° 472.731.

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, 12 de setiembre de 2025.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 66/25 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS”, ID N° 472.731, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

Consulta 1 - Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Con relación al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarían un equipo de 5 partes que genere alarmas y alertas sobre la posible presencia de linfocitos atípicos, células reactivas e inmaduras. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 2 - Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Con relación al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarían que el instrumento informe el parámetro RET-He (contenido de hemoglobina reticulocitaria) en lugar de MRV, considerando que el RET-He constituye un indicador más sensible para evaluar la respuesta medular. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 3 - Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Con relación al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarían un equipo que informe el recuento de plaquetas (PLT) junto con los parámetros de variación MPV y PCT. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 4 - Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Con relación al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarían un equipo con capacidad de procesar hasta 100 muestras por hora en modo cerrado/abierto, mediante racks de 10 muestras y con posibilidad de carga continua. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 5 - Química Clínica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Solicitamos a la convocante considerar la aceptación de un equipo que disponga de 60 posiciones de reactivos, dado que la marca a ser ofertada utiliza una posición por determinación. Cabe destacar que, según la solicitud de reactivos, se requieren 28 tests para química clínica, por lo que la capacidad de 60 posiciones supera ampliamente la cantidad de reactivos solicitados, garantizando disponibilidad, continuidad de análisis y flexibilidad operativa sin afectar la eficiencia del laboratorio. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Morales
Departamento de Contrataciones
y Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Jaime Caballero
Gerente
Departamento de Asesoramiento y Logística

Consulta 6 – INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta
	01-09-2025
Solicitamos a la convocante considerar la aceptación de un equipo de inmunología que procese 120 tests por hora, dado que esta capacidad permite atender eficientemente la demanda del laboratorio, garantizando tiempos de respuesta rápidos y continuidad en el flujo de trabajo sin afectar la calidad ni la confiabilidad de los resultados. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta
	04-09-2025
Se solicita a la convocante eliminar del listado los linfocitos atípicos, así como el recuento y diferenciación de células inmaduras de las series granulocítica, monocítica y linfocítica; ya que los mismos son parámetros de investigación (RUO) NO REPORTABLES. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 8 - Química Clínica

Consulta	Fecha de Consulta
	04-09-2025
Solicitamos a la convocante aceptar equipos que no cuenten con almacenamiento refrigerado a bordo de controles y calibradores, ya que estos se conservan en freezer hasta su uso y se cargan manualmente en el momento de la calibración o control, garantizando así la estabilidad y calidad analítica sin necesidad de refrigeración interna. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	



Consulta 9 - Especificaciones Técnicas Hemograma



Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante eliminar del listado los linfocitos atípicos, así como el recuento y diferenciación de células inmaduras de las series granulocítica, monocítica y linfocítica; ya que los mismos son parámetros de investigación (RUO) NO REPORTABLES. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	



Consulta 10 - Especificaciones Técnicas Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar si lo que se solicita es que el contador diferencie las células inmaduras de las series tanto granulocítica, monocítica y linfocítica; o pueda permitir que el equipo arroje alarmas o señales indicadoras de la presencia de células inmaduras. Respuesta: Se aclara que se solicita que el equipo arroje alarmas o señales indicadoras de la presencia de celulas inmaduras. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	



Consulta 11 - Equipo de soporte – Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar la velocidad de procesamiento que requiere para el equipo automatizado de Eritrosedimentación Respuesta: <i>Se aclara que el equipo automatizado de eritrosedimentación se solicita como soporte, por lo que el oferente esta en la facultad de presentar el equipo que posea, con las especificaciones tecnicas que tenga su equipo. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.</i>	

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas Coagulograma

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante eliminar el requerimiento de certificado de FDA ya que no es la única entidad capaz de validar la seguridad y eficacia de productos; existen certificaciones equivalentes, como las emitidas por la Unión Europea (CE) igualmente exigentes, cuya exclusión restringe de manera arbitraria la participación y viola los principios de igualdad y libre competencia establecidos en la Ley N° 7021/2022 de Suministros y Contrataciones Públicas. Respuesta: <i>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.</i>	

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas Coagulograma

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "Chequeo pre analítico: comprobación del volumen de tubos primarios y de la cantidad de las muestras en forma específica para cada ensayo las interferencias de hemolisis, ictericia, lipemia" Debido a que dicha característica limita la participación de potenciales oferentes. Respuesta: <i>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.</i>	


Consulta 14 - Especificaciones técnicas Equipo de Hemoglobina Glicosilada automatizado en comodato


Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante aceptar un equipo de hemoglobina glicada automatizada con un cargador automático de 10 muestras como mínimo, esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes. Respuesta: <i>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.</i>	

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas Inmunoquímica

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante permitir ofertar reactivos, controles y calibradores compatibles con el equipo en comodato. Respuesta: <i>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.</i>	











Consulta 16 - Especificaciones Técnicas Inmunoquímica

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante aceptar un equipo de soporte para las determinaciones de inmunología en el caso de que el equipo principal no realice todas las determinaciones del listado. Que permita realizar hasta dos determinaciones en el equipo de soporte. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas Inmunoquímica

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2025
Se solicita a la convocante admitir reactivos de inmunología con calibradores incluidos en el Kit, ya que ello optimiza tiempo en el procesamiento y espacio en cuanto a almacenamiento refrigerado de controles y calibradores. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 18 - Equipo automatizado para crisis - Página 46 del PBC


Consulta	Fecha de Consulta
	10-09-2025
Equipo automatizado para crisis: en la página 46 del PBC, en el punto 6 dice lo siguiente: ‘Determinación de Dímero D con valor predictivo negativo de 95-100%, con certificado de FDA o CE para la exclusión de trombosis profunda y embolia pulmonar. Se solicita a la convocante no limitar la participación únicamente a equipos que cuenten con dicha especificación estricta de “valor predictivo negativo de 95-100%”. La solicitud tiene como objetivo permitir una mayor amplitud de competencia entre oferentes. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	


Consulta 19 - Equipo automatizado para crisis - Página 46 del PBC

Consulta	Fecha de Consulta
	10-09-2025
Equipo automatizado para crisis: en la página 46 del PBC, en el punto 10 dice lo siguiente: ‘Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.’. Se solicita a la convocante no limitar a sondas independientes para reactivos y muestras, ya que los equipos con una sola sonda cuentan con configuraciones de lavados intensos que evitan contaminaciones indeseadas. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 20 - Equipo automatizado para crisis - Página 46 del PBC- Punto 14

Consulta	Fecha de Consulta
	10-09-2025
Equipo automatizado para crisis: en la página 46 punto 14 del PBC. En relación a la especificación técnica que solicita que el equipo cuente con función de “Chequeo preanalítico: comprobación del volumen de tubos primarios y detección de hemólisis, ictericia e interferencia por lipemia”, solicitamos a la convocante considerar la admisión de equipos que, si bien no realizan estas verificaciones de manera automática, cuentan con metodologías validadas, controles internos de calidad y software de gestión que permiten garantizar la confiabilidad de los resultados y la seguridad del proceso analítico. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 21 - Equipo automatizado de química clínica - Página 47 del PBC Punto 10

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
Equipo automatizado de química clínica: en la página 47 del PBC en el punto 10 indica: 'Capacidad de procesar volúmenes de muestras de 150 ul como mínimo' favor aclarar si se refiere al volumen de aspiración ya que un volumen de muestra de 150 ul no tiene coherencia. Respuesta: Se aclara que sí se refiere al volumen de aspiración mínimo. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 22 - Equipo automatizado de inmunología - Página 49 del PBC Punto 7

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
Equipo automatizado de inmunología: en la página 49 del PBC en el punto 7 indica: 'Volumen de muestra mínimo requerido para procesar: 150 ul.' Favor aclarar si se refiere al volumen de aspiración ya que un volumen de muestra de 150 ul no tiene coherencia. Respuesta: Se aclara que sí se refiere al volumen de aspiración mínimo. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 23 - KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASOMETRO. Se solicita a la convocante separar en un lote independiente. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 24 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
En el Pliego de Bases y Condiciones se observa que en un mismo lote se han incluido distintas áreas como hematología, química clínica e inmunología, gasometría y preanalítica. Se solicita amablemente a la Convocante considerar la posibilidad de separar los lotes por líneas de análisis, atendiendo a que se tratan de metodologías y equipamientos distintos, que por lo general corresponden a marcas diferentes. Esta división permitiría ampliar la participación de oferentes, fomentando una mayor competitividad en el proceso. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 25 - INMUNOQUIMICA - ÍTEM 42 CHAGAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
Con el propósito de dar mayor participación a oferentes; se solicita a la convocante admitir un equipo de apoyo/auxiliar para realizar hasta 1 determinaciones con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal, o de lo contrario que sean realizados por test rápido habiendo precedentes en otros Hospitales regidos por la misma ley de contrataciones. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 26 - lote 1 ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
Lote 1 ítem 63 Gasometría y electrolitos Solicitan reactivos o pack conservados a temperatura ambiente. Consultamos si aceptarían reactivos se conservan refrigerados, y permita que el oferente provea de la heladera a ser utilizada para la conservación de los cartuchos y controles de calidad. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocholl
Directora Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Consulta 27 - ITEM 33 al 62. Especificaciones Técnicas

Consulta	11-09-2025
Se observa que la convocante solicita “Capacidad de procesamiento mínima de 200 test/hora”. Se consulta si podrán ser admitidos equipos que cumplan con todos los demás criterios técnicos establecidos, ofreciendo un rendimiento de 180 tes/hora. Solicitamos reformular de la siguiente manera: Capacidad de procesamiento mínima de 180 test/hora. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 28 - ITEM 33 al 62. Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
Se observa que la convocante establece como requisito “capacidad mínima de 60 posiciones de muestra”. No obstante, solicitamos se considere la inclusión de equipos con 50 posiciones de muestra, teniendo en cuenta que existen en el mercado equipos que cumplen con los demás criterios técnicos. Solicitamos reformular de la siguiente manera: Capacidad de Carga de 50 posiciones como mínimo. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 29 - ITEM 32 al 61. Especificaciones Técnicas


Consulta	11-09-2025
Se observa que la convocante establece como requisito “capacidad mínima de 60 posiciones de muestra”. No obstante, solicitamos se considere la inclusión de equipos con 50 posiciones de muestra, teniendo en cuenta que existen en el mercado equipos que cumplen con los demás criterios técnicos. Solicitamos reformular de la siguiente manera: Capacidad de Carga de 50 posiciones como mínimo. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	



Consulta 30 - ITEM 32 al 61. Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
Se observa que la convocante solicita “Capacidad de procesamiento mínima de 200 test/hora”. Se consulta si podrán ser admitidos equipos que cumplan con todos los demás criterios técnicos establecidos, ofreciendo un rendimiento de 180 tes/hora. Solicitamos reformular de la siguiente manera: Capacidad de procesamiento mínima de 180 test/hora. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 31 - ITEM 6 al 31. Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
Se solicita a la convocante admitir que los oferentes que cumplan con el requisito mínimo de procesamiento de 400 tests/hora puedan presentar su oferta. Se observa que en el presente llamado se solicita 25 reactivos para química clínica (Ítems 5 al 30), considerando la posibilidad de que todos los reactivos tengan R1 y R2, lo que llevaría a un máximo de 50 reactivos. En este contexto, se considera que un equipo con capacidad de 55 posiciones de reactivos refrigerados a bordo cumple adecuadamente con lo solicitado, acorde a la envergadura del llamado. Por lo tanto, solicitamos modificar la especificación de la siguiente manera: “Capacidad de almacenamiento de reactivos a bordo: para química 55 posiciones como mínimo”. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 32 - ITEM 6 al 31. Especificaciones Técnicas

Consulta	11-09-2025
Se observa que la convocante solicita “Capacidad de almacenamiento de reactivos a bordo: para química 70 posiciones como mínimo”. Considerando que la mayoría de los equipos que cumplen plenamente con el requisito mínimo de procesamiento de 400 tests/hora no cuentan con la capacidad de carga de 70 posiciones de reactivos refrigerados a bordo —características propias de equipos de mayor porte, usualmente requeridos en licitaciones de mayor envergadura—, solicitamos amablemente ajustar estas especificaciones para permitir la participación de oferentes que cumplan con el requisito mínimo de procesamiento. En tal sentido, sugerimos que las especificaciones se modifiquen de la siguiente manera: “Capacidad de almacenamiento de reactivos a bordo: para química 55 posiciones como mínimo”. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 33 - ITEM 2 al 5. Especificaciones Técnicas

Consulta	11-09-2025
Se observa que en el ITEM 2 al 4, la convocante solicita “Chequeo preanalítico”. Se solicita excluir la solicitud, dado que dichas verificaciones pueden realizarse mediante control visual. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 34 - ITEM 2 al 5. Especificaciones Técnicas

Consulta	11-09-2025
Se observa que en el ITEM 2 al 4, la convocante solicita como “Gestión de muestras: con perforación de tapones” considerando que esta condición es restrictiva y no permite la participación de equipos con tecnología equivalente, que cumplen a cabalidad los reactivos y requerimientos solicitados, solicitamos a la convocante modificar este requisito. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 35 - ITEM 2 al 5. Especificaciones Técnicas

Consulta	11-09-2025
Se observa que la convocante solicita “Capacidad mínima de procesamiento: 40 (cuarenta) muestras”. Se consulta si el criterio a considerar corresponde al número de pruebas por hora o a la disponibilidad de carga de 40 posiciones de muestra en el equipo. Respuesta: Se aclara que corresponde de carga de 40 posiciones de muestra en el equipo. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 36 - Item 1. Especificaciones Técnicas

Consulta	11-09-2025
Teniendo en cuenta que la convocante solicita “Volumen de Muestra no mayor a 200 uL”, consultamos si eso incluiría a equipos automatizados con volúmenes mínimos de 20uL, ya que la mayoría de los equipos automatizados del mercado poseen volúmenes de muestra inferiores a lo solicitado. Respuesta: Se aclara que el parámetro NR/W, hace referencia a NRBC%. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASERO
Secretaría del Consejo de Administración

Lic. Julian Mora
Departamento de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Dirección de Abastecimiento y Logística

Consulta 37 - Item 2 a 5 - Coagulación

Consulta	11-09-2025
Se solicita a la convocante realizar la modificación correspondiente en las especificaciones técnicas adicionales de Coagulación, donde actualmente se indica: "Determinación de Dímero D con valor predictivo negativo de 95-100%, con certificación FDA para la exclusión de trombosis profunda y embolia pulmonar". Se observa que en este caso se exige únicamente la presentación de la certificación FDA. Sin embargo, en otros llamados de la misma convocante, donde se solicita el mismo reactivo, se admite indistintamente la presentación de documentación FDA o CE, tal como ocurre en la LPN N.º 57-25 con ID 472653. Solicitamos que se reformule de la misma manera solicitada en la mencionada licitación "Determinación de Dímero D con valor predictivo negativo de 95-100%, con certificación FDA o CE para la exclusión de trombosis profunda y embolia pulmonar". Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 38 - Item 6 al 62

Consulta	11-09-2025
Solicitan 01(unos) Equipo totalmente automatizado para Bioquímica Clínica y 01(unos) Equipo totalmente automatizado para Inmunología. Consultamos a la convocante si aceptan 1 equipo integrado química inmunología Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 39 - item 42

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
Item 42 Chagas. consultar si se puede ofertar un equipo auxiliar de la misma tecnología para procesar esa determinación Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

Consulta 40 - Lote 1 ítem 63

Consulta	11-09-2025
Lote 1 ítem 63 Gasometría y electrolitos Solicitan reactivos o pack conservados a temperatura ambiente. Consultamos si aceptarían reactivos que se conservan refrigerados, y permita que el oferente provea de la heladera a ser utilizada para la conservación de los cartuchos y controles de calidad. Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	

Consulta 41 - item 6 al 62

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
Solicita *Con capacidad para almacenar a bordo controles y calibradores refrigerados" esta característica correspondería a un equipo integrado. Y la convocante solicita equipos de química e inmunología separados. Permitirá la convocante ofertar un equipo integrado de química e inmunología? Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASERO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

Consulta 42 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta
Equipo automatizado con Metodología HPLC para HEMOGLOBINA GLICOSILADA Solicita: Mezcla automática de las muestras mediante homogeneización. Consultamos: Para la medición de hemoglobina glicada por el método de HPLC no es necesario mezclar la muestra, la homogenización de la muestra no repercute en el valor de HbA1c, se solicita eliminar este requerimiento o en su defecto establecer como opcional Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	11-09-2025

Consulta 43 - ITEM 64 – Kit para detección simultánea de antígeno de virus respiratorios

Consulta	Fecha de Consulta
Se solicita a la convocante especificar los virus respiratorios y la metodología Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	11-09-2025

Consulta 44 - Especificaciones Técnicas Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta
Se solicita a la convocante aclarar si el parámetro NR/W hace referencia a NRBC%, considerando que NR/W corresponde a una denominación antigua utilizada en métodos manuales. En la actualidad, los equipos automatizados emplean el parámetro NRBC% para esta determinación. Respuesta: Se aclara que el parámetro NR/W, hace referencia a NRBC%. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	11-09-2025

Consulta 45 - ITEM 65 - Dengue Test Rápido

Consulta	Fecha de Consulta
Se solicita a la convocante aclarar si es dengue IGG e IGM lo que necesitan Respuesta: El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29-08-2025.	11-09-2025

B

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Logística