



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 070/2025 de fecha 01 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 070-022/2025

POR LA QUE SE APRUEBAN LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS”; Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2076/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 30 de setiembre de 2025, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 1158/2025, de fecha 30 de setiembre de 2025, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de aprobación para la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 34/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS”, con ID N° 469.974; y la modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); y

CONSIDERANDO: Que, modificación parcial, representa modificaciones del respectivo Pliego, teniendo en cuenta las modificaciones suministradas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional), que son de exclusiva responsabilidad de Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

Que, en atención a lo expuesto anteriormente se solicita la aprobación de la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), sino que la misma es descargada del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) para ser presentada con el formulario correspondiente;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística y con el aval de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones, garantizando así sus conformidades, en los términos del Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por el Consejo de Administración del IPS y del Memorando DOP/DLI1/N° 1158/2025, de fecha 30 de setiembre de 2025, suscritos por los mismos;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO

ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH

SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 070/2025 de fecha 01 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 070-022/2025

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1°) Aprobar la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 34/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS", con ID N° 469.974, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 19 (diecinueve) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2°) Aprobar la modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de la Licitación Pública Nacional N° 34/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS", con ID N° 469.974, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 02 (dos) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 3°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 4°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/mg/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/25 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS PARA EL IPS”, con ID 469.974.-

MODIFICACION PARCIAL

1. En la Sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas; Especificaciones técnicas – CPS.

Donde dice:

LOTE 1:

ITEM	1	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE
1	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	1	DATOS GENERALES
1	1.1	Descripción: CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE
1	2	Datos Proveídos por el Oferente
1	2.1	Marca:
1	2.2	Modelo
1	2.3	Origen:
1	2.4	Dirección web del fabricante:
1	3	CRITERIOS DE EVALUACION
1	3.1	Norma de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
1	4	CARACTERISTICAS
1	4.1	Capacidad de soporte de peso 300kg.
1	4.2	Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores: Longitud de 220cm. Ancho 110cm.
1	4.3	Dimensiones de la superficie del paciente, Longitud de 194cm., Ancho 90cm. Barandales laterales abatibles.
1	4.4	Barandas de cabecera y piecera desmontables y rebatibles, divididos en 2 piezas por lado de la cama.
1	4.5	4 (cuatro) ruedas de 125mm de diámetro.
1	4.6	Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte, con un pedal a lo largo del ancho de la cama ubicado en la sección de pies
1	4.7	Capacidad de colocación de porta sueros en los cuatro vértices de la cama
1	4.8	Ganchos para bolsas de drenaje en ambos lados de la cama.
1	4.9	Asas para traslado y movimientos de la cama rebatibles
1	4.10	Esquineros para choques para evitar golpes en la estructura de la cama.
1	4.11	Estructura dividida en 3 (tres) secciones como mínimo: Dorso, sentadera y piernera desmontables para fácil limpieza
1	4.12	Elevación de la sección de espalda 75°
1	4.13	Trendelenburg 12°
1	4.14	Trendelenburg inverso 12°
1	4.15	Sección de rodilla 40°
1	4.16	Control remoto para movimientos de la cama con posibilidad de ubicarse de cualquier lado de la cama.
1	4.17	Batería para funcionamiento de la cama en caso de ausencia de corriente eléctrica.
1	4.18	Sistema de RCP mecánico.
1	5	ACCESORIOS
1	5.1	Colchón pasivo bidensito de espuma de poliuretano.
1	5.2	Anti hongo, antimicrobial, radiotransparente, recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego.
1	5.4	Espesor del colchón de 15cm
1	5.5	Sistema de fijación de colchón que evite desplazamientos
ITEM	2	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE
2	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	1	DATOS GENERALES
2	2	Datos Proveídos por el Oferente
2	2.1	Marca:
2	2.2	Modelo
2	2.3	Origen:
2	2.4	Dirección web del fabricante:
2	3	CRITERIOS DE EVALUACION
2	3.1	Norma de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
2	4	CARACTERISTICAS
2	4.1	Estructura de acero, recubierta con pintura electrostática.
2	4.2	Lecho montado sobre columnas verticales accionadas eléctricamente para elevación de la cama.
2	4.3	Sector del paciente, dividido en cuatro (04) secciones: respaldo, asiento, muslo y pantorrilla.
2	4.4	Cama de 4 secciones, que debe fabricarse con estructura y lecho de acero laminado en frío, electrocincado y recubrimiento de polvo (Pintura electrostática). Desmontable para facilitar la limpieza.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alica Maria Rocholl
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morale Doncel
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alica Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



2	4.5	Medidas externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho de 105cm Largo de 223cm
2	4.6	Altura máxima de la cama, sin colchón, 81 cm.
2	4.7	Altura mínima de la cama, sin colchón, 58 cm
2	4.8	Angulación de respaldo, hasta 75°
2	4.9	Angulación de sección de pies, hasta 45°.
2	4.10	Movimiento de Trendelemburg: hasta 12°.
2	4.11	Soporte peso de carga incluyendo accesorios: 300 kg
2	4.12	Barandas laterales rebatibles del tipo divididas, (02) dos a cada lado de la cama de material ABS.
2	4.13	Con trabas en las posiciones superior e inferior, para evitar caídas del paciente.
2	4.14	Las barandillas laterales deben plegarse bajo o a la altura de la plataforma del colchón.
2	4.15	Asas para el transporte de la cama, incorporados en la cabecera y en la piecera.
2	4.16	Montada sobre 4 (cuatro) ruedas con diámetro de 125mm
2	4.17	Ruedas deben ser giratorias y direccionales.
2	4.18	Sistema de control de las 4 (cuatro) ruedas con accionamiento central a través de un pedal localizado en la piecera de la cama. Sistema de ruedas con (03) tres posiciones: Conducción, Libre y Frenado.
2	4.19	Cabecera y piernas removibles de la cama y con trabas para su fijación.
2	4.20	Porta Chasis de Rayos X incorporado y localizado en el respaldo de espalda (radiotraslucido). Para colocación del chasis de Rayos X sin mover al paciente.
2	4.21	Cable de alimentación con soporte en la cama para que sea fijado durante el transporte de pacientes.
2	4.22	Panel de control lateral localizado en la parte externa e interna de la baranda lateral, para la enfermera y el paciente, (baranda izquierda o derecha). Controla todos los movimientos de la cama. Además de un panel de control en la piecera de la cama, junto con la pantalla para visualizar el peso del paciente.
2	4.23	Posición Silla Cardíaca. Accionamiento a través de un solo botón. Para pacientes con problemas cardíacos o dificultades pulmonares.
2	4.24	Alarma contra la salida del paciente. Activado/Apagado.
2	4.25	Posición RCP eléctrico, a través de sistema electrónico: tecla de accionamiento directo localizado en las barandillas laterales o del tipo removible, accionamiento a través de un solo botón.
2	4.26	Posición de RCP mecánico, a través de sistema mecánico: ante falla del sistema eléctrico, en ambas laterales de la cama en caso de falla del sistema eléctrico.
2	4.27	Balanza integrada con Tara a 0, y precisión de 1 gr. para pesaje del paciente, con una pantalla para visualizar el pesaje de 2"
2	4.28	Un (01) portasueros de altura regulable que pueda ser colocado en cada esquina de la cama. Debe ser original del fabricante
2	4.29	Dos (02) soportes para bolsas de drenaje, localizadas a cada lado de la cama.
2	4.30	Alimentación eléctrica 220 VAC±10%, 50 Hz con toma europeo tipo schucko y que incluya batería para uso sin corriente eléctrica por al menos 8hs continuas.
2	4.31	Deberá contar con colchón pertinente acorde a las medidas de la cama, grosor: 15 cm bi-denso, tipo de material: espuma viscoelástica de alta densidad y espuma de poliuretano de media densidad, forrado con material ignífugo, impermeable y removible
ITEM	3	CAMILLA HIDRAULICA
3	3	ESPECIFICACIONES TECNICAS
3	1	DATOS GENERALES
3	2	Datos Proveidos por el Oferente
3	2.1	Marca:
3	2.2	Modelo
3	2.3	Origen:
3	2.4	Dirección web del fabricante:
3	3	CRITERIOS DE EVALUACION
3	3.1	Norma de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
3	4	CARACTERISTICAS
3	4.1	Camilla hidráulica con 2 columnas verticales hidráulicas y estructura con largueros, construida con tubos de acero con pintura electrostatica.
3	4.2	Respaldo translúcido a los rayos X para exámenes clínicos
3	4.3	Estructura inferior termoformada de alta resistencia, con una cavidad para una botella de oxígeno y objetos del paciente.
3	4.4	Con protectores laterales frontales giratorios en las cuatro esquinas de la camilla.
3	4.5	Con barandillas laterales redondas abatibles de acero inoxidable tubular 304.
3	4.6	Con empujadores en ambos sentidos de la camilla.
3	4.7	Movimientos de espalda accionados por doble sistema neumático, movimientos de piernas accionados por sistema neumático. Sistema de elevación con dos columnas hidráulicas accionadas por pedales, permitiendo la elevación en altura, trendelemburg y trendelemburg inverso.
3	4.8	Con ruedas de 200 mm de diámetro con sistema de freno central, con 5ta rueda direccional.
3	4.9	Colchón: grosor de 5cm, de espuma viscoelástica de alta densidad, forrado con material ignífugo, impermeable y removible.
3	4.10	Capacidad de carga estática de 400Kg, capacidad de carga dinámica de 250Kg.
3	4.11	Peso total de la camilla de 132Kg
3	4.12	Medidas: Longitud total: 2,10 mts, anchura total 0,85 mts, variación de altura: 0,59 x 0,91 mts. Movimientos Trendelemburg 15°, Trendelemburg inverso 15°, respaldo 75°, sección de piernas 30°.
3	4.13	Sistema de RCP mecanico de rápida y facil activación
3	4.14	Porta suero con dos ganchos y 2 soportes laterales para bolsa de drenaje

LOTE 2

ITEM		MONITOR MULTIPARAMETRICO
1	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	1	DATOS GENERALES
1	1.1	Descripción: MONITOR MULTIPARAMETRICO
1	2	Datos Proveidos por el Oferente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julián Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alicia María Rocholl
Directora
Sección Operativa de Contrataciones



1	2.1	Marca:
1	2.2	Modelo
1	2.3	Origen:
1	2.4	Dirección web del fabricante:
1	3	CRITERIOS DE EVALUACION
1	3.1	Normas de calidad Internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
1	4	CARACTERISTICAS
1	4.1	Pantalla de 15 pulgadas
1	4.2	Pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT
1	4.3	Pantalla táctil para uso y control del monitor
1	4.4	Conectividad a la red de monitoreo (conexión con cables) sistema HL7
1	4.5	Despliegue de 10 curvas fisiológicas simultáneamente
1	4.6	Tendencias gráficas y numéricas de 360 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos
1	4.7	Capacidad de almacenamiento de 100 grupos de eventos
1	4.8	Diseñado para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
1	4.9	Sistema para fijación a pared
1	4.10	Función o perfil de cálculo hemodinámicos
1	4.11	Con posibilidad de actualizar la medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo
1	4.12	Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación
1	4.13	Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación tipo F Schuko de 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de 4 horas de autonomía.
1	4.14	Los monitores deben contar con espacio (rack o conexiones, de acuerdo a la tecnología del fabricante) para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. (Sistema modular)
1	4.15	Dimensiones para ocupación del menor espacio posible: ancho de 380mm, largo de 31mm, profundidad de 50mm
1	4.16	Peso máximo del equipo, incluida la batería 5 Kg
1	4.17	Resolución de 1366 x 768 pixeles
1	5	Monitorización en pantalla de :
1	5	ECG
1	5.1	Despliegue simultáneo de 6 curvas
1	5.2	Posibilidad de despliegue simultáneo de 7 derivaciones
1	5.3	Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
1	5.4	Detección de 26 arritmias
1	5.5	Despliegue numérico de frecuencia cardíaca
1	5.6	Protección contra descarga de desfibrilador
1	5.7	Función de detección de marcapasos
1	5.8	Configuración de valores de ganancia de forma manual o automática. Para los valores manuales, con los siguientes valores: 2,5 (x0,25), 5 (x0,5), 10 (x1), 20 (x2), 40 (x4) mm/mV.
1	5.9	Relación de rechazo en modo común (CMRR) de 85 dB (diagnóstico) y 102 dB (monitorización)
1	5.10	Impedancia de entrada de 5 MΩ
1	5.11	Potencial de compensación del electrodo (offset) de 500 mV
1	5.12	Posibilidad de obtener diferentes velocidades de barrido: 6,5mm/s - 12,5 mm/s - 25 mm/s y 50 mm/s con error menor a 5%
1	5.13	Ancho de banda para el modo monitor de 0,5 Hz hasta 40 Hz
1	6	SPo2
1	6.1	Curva de pletismografía
1	6.2	Despliegue numérico de saturación de oxígeno e índice de perfusión
1	6.3	Medición del Índice de Perfusión
1	6.4	Rango de medición de saturación de oxígeno: 1 a 100%. SpO2 entre 70% y 100% con exactitud de 2%
1	6.5	Rango de medición de frecuencia cardíaca: De 30 lpm a 240 lpm
1	7	Respiración
1	7.1	Curva de respiración
1	7.2	Despliegue numérico de frecuencia respiratoria
1	7.3	Canales seleccionables R-F- y R-L
1	7.4	Rango de impedancia de 500 Ω a 2000 Ω
1	7.5	Velocidad de barrido de 6,25 - 12,5 - 25 mm/s
1	8	Temperatura
1	8.1	Despliegue numérico de al menos dos temperaturas
1	8.2	Canales disponibles para lectura de temperatura de 2
1	8.3	Medición de la diferencia de temperatura
1	8.4	Rango de medición: 0 a 50 C°, con exactitud de 0,1 C°
1	8.5	Actualización de lectura de valores cada 1 seg
1	9	Presión No Invasiva
1	9.1	Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)
1	9.2	Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, y 480 minutos
1	9.3	Rango de medición de presión: 10 a 250 mmHg, con exactitud de 5 mmHg
1	9.4	Limitador de seguridad para la presión y el tiempo de insuflado, adecuado a rango de pacientes, adulto, pediátrico, neonatal.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alina Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Mariana Martinez Castro
Secretaria Ejecutiva de Administracion



1	9.5	Método de medición: Oscilométrico
1	10	Presión Invasiva
1	10.1	Con opción de 4 (cuatro) canales
1	10.2	Sensibilidad mínima del transductor de 5µV/V/mmHg con precisión del 2% de variación
1	10.3	Rango de medición de presión dinámica de 10 mmHg a 250 mmHg, con exactitud de 5 mmHg
1	10.4	Resolución de 1 mmHg
1	10.5	Etiquetado del sitio de medición de al menos ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP
1	10.6	Posibilidad de calibración a presión cero
1	11	Medición de CO2
1	11.1	Método de medición: lectura del espectro infrarrojo
1	11.2	Rango de medición de concentración de 0 a 20% (0 a 150 mmHg)
1	11.3	Resolución de 1 mmHg
1	11.4	Exactitud de 2% + 0,2% por volumen para el rango de lectura por debajo del 12%. Para el rango de lectura de 12,1% y superior de 6% + 0,2% por volumen
1	11.5	Rango de medición para realizar esta lectura de 0 a 150 rpm
	12	Medición de CO
1	12.1	Rango de medición: CO 0,20 - 20,00 L/Min con resolución de 0,01 L/Min y exactitud de 0,2L/Min o 5% del valor leído (El mayor valor leído)
1	13	Funciones
1	13.1	CO2
1	13.2	Presión invasiva
1	13.3	Alarma de apnea
1	13.4	Alarma de arritmia
1	13.5	Alarmas del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor
1	13.6	Con silenciador temporal de alarmas
1	14	ACCESORIOS POR CADA EQUIPO
1	14.1	02 (dos) cables troncales y 05 (cinco) sensores adulto, 05 (cinco) sensores pediátrico, 05 (cinco) sensores neonatal, todos reusables, para oximetría de pulso
1	14.2	05 (cinco) sensores reusables de temperatura (de piel o superficie)
1	14.3	05 (cinco) brazaletes adulto, 05 (cinco) brazaletes pediátrico, 05 (cinco) brazaletes neonatal, reusables para medición de la presión no invasiva. 03 (tres) (una manguera con conector para los brazaletes)
1	14.4	02 (dos) Cables troncales y 05 (cinco) cables de paciente adulto, 05 (cinco) cables de paciente pediátrico, 05 (cinco) cables de paciente neonatal para ECG de tres puntas
1	14.5	Dos cables de paciente para ECG de 05 puntas para despliegue simultáneo de 7 derivaciones para calidad diagnóstica
1	14.6	Dos cables troncales para medición de Presión Invasiva, con 5 (cinco) domos desechables o 5 (cinco) kits de transductor desechable
1	14.7	Cualquier otro accesorio necesario para el correcto y completo funcionamiento del equipo y que no esté citado en la presente planilla
ITEM		VIDEOCOLPOSCOPIO
2	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	1	DATOS GENERALES
2	2	Datos Proveídos por el Oferente
2	2.1	Marca:
2	2.2	Modelo
2	2.3	Origen:
2	2.4	Dirección web del fabricante:
2	3	CRITERIOS DE EVALUACION
2	3.1	Normas de calidad Internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
2	4	CARACTERISTICAS
2	4.1	Sensor de alta resolución de 1/4" a color CCD.
2	4.2	Posibilidad de enfoque automático y control manual
2	4.3	Salida de video para conectar a PC.
2	4.4	Ajuste automático de balance de blancos
2	4.5	Fuente de luz LED
2	4.6	Brillo regulable
2	4.7	Intensidad de luz LED 1200 Lumen
2	4.8	Temperatura irradiada de luz led hasta 41°C

B

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julia Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mariana Castro
Secretaria de Contrataciones



2	4.9	Base con 4 ruedas como mínimo y freno en por lo menos dos de ellas.
2	4.10	Distancia de trabajo 200mm a 400m
2	4.11	Resolucion de pantalla como mínimo 1024 x 768 pixeles
2	4.12	Resolucion de cámara 480 líneas
2	4.13	Zoom de cámara ajustable continuamente desde 1 hasta 264X
2	4.14	Relación señal-ruido de la lente 50dB
2	4.15	Distancia de enfoque 10mm a 800mm
2	4.16	Soporte ajustable en altura
2	4.17	Computadora con capacidad para recibir las imágenes del colposcopio y procesar con el software del mismo
2	4.18	Software para captura y transmisión de imágenes y videos, deberá permitir el registro de pacientes y emitir informes.
2	4.19	Monitor de 20"
2	5	Accesorios
2	5.1	Impresora de inyeccion de tinta
2	5.2	Carro de traslado
2	5.3	Accesorios perifericos para el correcto funcionamiento del sistema
2	5.4	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko)
2	5.5	Cualquier otro accesorio necesario para el correcto y completo funcionamiento del equipo y que no esté citado en la presente planilla
ITEM		ELECTROBISTURI
3	3	ESPECIFICACIONES TECNICAS
3	1	DATOS GENERALES
3	2	Datos Proveidos por el Oferente
3	2.1	Marca:
3	2.2	Modelo
3	2.3	Origen:
3	2.4	Dirección web del fabricante:
3	3	CRITERIOS DE EVALUACION
3	3.1	Normas de calidad Internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
3	4	CARACTERISTICAS
3	4.1	Modos de trabajo: Corte monopolar, coagulación monopolar, corte bipolar y coagulación bipolar.
3	4.2	Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador.
3	4.3	Pantalla LCD TFT táctil de 8 pulgadas, con control de todas funcionalidades desde la misma.
3	5	Funciones
3	5.1	Trabajo en simultáneo de 2 lápices
3	5.2	Control de tiempo entre 0,1 a 2,0 segundos en los modos de coagulación bipolar
3	5.3	Resección uretral de próstata RTUP (TURP)
3	5.4	Resección uretral de vejiga RTUV (TURB)
3	5.5	Salida de pulsos
3	5.6	Polipectomía
3	5.7	Corte mastoideo
3	5.8	Corte endo
3	5.9	Coagulación por plasma de Argon APC (Air-Beam)
3	5.10	Sellado de recipientes "LigaSure" (Seal-Safe)
3	5.11	Sellado endoscópico de vasos (Endo-Safe)
	6	Rangos de ajustes como mínimo para corte monopolar
3	6.1	Puro 400 W,
3	6.2	Blend 300 W / 250W / 200W
3	6.3	Urinario 200W-1500V / 200W-1900V
3	6.4	Polyp 120W-1200V / 120W-1400V
3	6.5	Mastoid 80W/150W
3	6.6	Mucosal 100W
3	6.7	Care 60W-900V
3	6.8	Modo Combinado Corte y Coagulación Monopolar: 120 W.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. A. María Castro
Secretaría de Contrataciones y Administración



3	6.9	Modo Coagulación Monopolar: nueve tipos seleccionables y configurables.
3	6.10	Combinado 180 W
3	6.11	Fulgurante 120 W
3	6.12	UrinarioCG 1 120W-2500V
3	6.13	UrinarioCG 2 120W-2600V
3	6.14	Care 60W-1600V
3	6.15	Dessicate 120W
3	6.16	Spray 120W
3	6.17	APC (Air-Beam) 120W
3	6.18	EndoCG 100W
3	7	Modos de Corte Bipolar Predeterminado: siete tipos seleccionables y configurables.
3	7.1	Puro 120W
3	7.2	Mezcla 100W
3	7.3	Shear 100W
3	7.4	TURP 1 (RTUP) 120W
3	7.5	TURP 2 (RTUP) 100W
3	7.6	TURB 1 (RTUV) 120W
3	7.7	TURB 2 (RTUV) 100W
3	8	Modos Bipolar de Coagulación:
3	8.1	Macro 100W
3	8.2	Micro 60W
3	8.3	Seal Safe 300W
3	8.4	Endo Safe 100W
3	8.5	TUR (RTU) 150W
3	8.6	Preciso 150W
3	8.7	Standard 150W
3	9	Alarma que se activa si no existe contacto adecuado con el paciente. Sistema REM
3	10	Con indicadores visuales y audibles, con desactivación inmediata del generador si se detecta una condición de falla.
3	11	Indicadores digitales.
3	12	Sistema audiovisual indicador de activación de corte, coagulación y alarmas.
3	13	Activación automática de la unidad desde el lápiz o uso del pedal, tanto en modo monopolar como en bipolar.
3	14	Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
3	15	Salida aislada para protección del paciente.
3	16	Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
3	17	El equipo deberá presentar compatibilidad con el módulo de gas argón
3	18	Rango de memoria y/o configuración para usuarios de 100 espacios
3	19	Sistema de protección contra sobrecarga de corriente.
3	20	Dos salidas monopolares activas
3	21	Sistema de evacuación de humo, integrable a sistema externo de extracción de humo.
3	22	Interfaz RS232 para detección de problemas y actualización de software.
3	23	ACCESORIOS
3	23.1	Carro para transporte del equipo.
3	23.2	1 pedal monopolar para corte y coagulación, y 1 pedal bipolar para corte y coagulación. Ambos con conexiones distintas y diferenciadas en la parte trasera del equipo.
3	23.3	Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo
3	23.4	Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal, con cable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo
3	23.5	Lápices desechables con control de corte y coagulación. Cantidad: 100 (cien) unidades por equipo
3	23.6	Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto. Cantidad: 100 (cien) unidades por equipo

LOTE 3

ITEM		SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
1	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	1	DATOS GENERALES
	1.1	Descripción: SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
	2	Datos Proveídos por el Oferente
	2.1	Marca:
	2.2	Modelo
	2.3	Origen:
	2.4	Dirección web del fabricante:
	3	CRITERIOS DE EVALUACION
	3.1	Normas de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
1	4	CARACTERISTICAS
1	4.1	Marco de Silla (Chasis) en acero cromado
	4.2	Plegable
	4.3	Apoya brazo acolchonado, corto o largo batiente
	4.4	Asiento y espaldero de cuero sintético totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza
	4.5	Reposapiés desmontable
	4.6	Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla
	4.7	Ejes traseros y delanteros fijos
	4.8	Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo
	4.9	Ruedas delanteras de neumático solido

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lic. Alicia Maria Rocholl

Directora

Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abg. Jaime Caballero

GERENTE

Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lic. Julian Morales Doncel

Jefe, Departamento de Licitaciones

Dirección Operativa de Contrataciones



	4.10	Ruedas posteriores con cubiertas inflables con aro 24
	4.11	Ancho del Asiento: 46 cm.
	4.12	Profundidad del asiento: de 40cm, Altura de asiento: de 51cm, Anchura total: 65cm
	4.13	Longitud total de 110cm
	4.14	Peso neto 18 Kg
	4.15	Capacidad de carga min. de 100 kg
	4.16	Capacidad de carga max. 150 kg.
	4.17	Bloqueador de ruedas
ITEM		SILLAS DE RUEDAS CROMADAS
2	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1	DATOS GENERALES
	1.1	Descripción: SILLAS DE RUEDAS CROMADAS
	2	Datos Proveidos por el Oferente
	2.1	Marca:
	2.2	Modelo
	2.3	Origen:
	2.4	Dirección web del fabricante:
	3	CRITERIOS DE EVALUACION
	3.1	Normas de calidad internacional:FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
2	4	CARACTERISTICAS
	4.1	Silla de ruedas cromadas de acero plegables
	4.2	Marco de Silla (Chasis) en acero
	4.3	Plegable
	4.4	Apoya brazo fijos acolchonado
	4.5	Asiento y espaldero de cuero sintético totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo en materiales sintéticos lavables
	4.6	Reposapiés fijo
	4.7	Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.
	4.8	Ejes traseros y delanteros fijos
	4.9	Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo
	4.10	Ruedas delanteras neumático sólido.
	4.11	Ruedas posteriores con cubierta solida 24 ".
	4.12	Ancho del Asiento: 18 pulgadas.
	4.13	Profundidad del asiento: 38cm. Altura de asiento: 49cm. Anchura total: 64cm.
	4.14	Longitud total: 106cm.
	4.15	Peso neto 16,5 Kg
	4.16	Capacidad de carga min. 100 kg.
	4.17	Capacidad de carga max. 150 kg.
ITEM		SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
3	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1	DATOS GENERALES
	1.1	Descripción: SILLAS DE RUEDAS DE RELAJACIÓN ADULTO
	2	Datos Proveidos por el Oferente
	2.1	Marca:
	2.2	Modelo
	2.3	Origen:
	2.4	Dirección web del fabricante:
	3	CRITERIOS DE EVALUACION
	3.1	Normas de calidad internacional:FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
3	4	CARACTERISTICAS
	4.1	Silla de ruedas esmaltada plegable desmontable
	4.2	Marco de Silla (Chasis) en acero esmaltado

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARCA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



	4.3	Plegable
	4.4	Respaldo reclinable hasta 170° con bloqueo de posición
	4.5	Apoya brazo acolchonado, batiente
	4.6	Asiento y espaldero de cuero sintético.
	4.7	Reposapiés elevable
	4.8	Reposa Piernas desmontable y regulable en ángulo con bloqueo.
	4.9	Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.
	4.10	Ejes traseros y delanteros fijos
	4.11	Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo
	4.12	Ruedas delanteras de goma sólida de 200mm.
	4.13	Ruedas posteriores con cubiertas inflables de aro 24".
	4.14	Ancho del Asiento: 18 pulgadas.
	4.15	Profundidad del asiento: 54 cm
	4.16	Altura de asiento: 58 cm
	4.17	Anchura total: 68 cm
	4.18	Longitud total: 122 cm
	4.19	Altura total: 122 cm (134cm con apoya cabeza)
	4.20	Peso neto: 23,5 kg
	4.21	Capacidad de carga min. 100 kg
	4.22	Capacidad de carga max. 150 kg
ITEM		SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
4	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
4	1	DATOS GENERALES
	1.1	Descripción: SILLAS DE RUEDAS PEDIATRICAS
	2	Datos Proveidos por el Oferente
	2.1	Marca:
	2.2	Modelo
	2.3	Origen:
	2.4	Dirección web del fabricante:
	3	CRITERIOS DE EVALUACION
4	3.1	Normas de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
	4	CARACTERISTICAS
4	4.1	Silla de ruedas esmaltada de aluminio plegables
	4.2	Marco de Silla (Chasis) en aluminio liviano
	4.3	Esmaltado colorido
	4.4	Ruedas traseras de 22" inflables
	4.5	Con volante manual para accionamiento directo del paciente
	4.6	Apoya brazo batiente acolchonado liviano
	4.7	Asiento y espaldero de tela acolchado.
	4.8	Reposapiés fijo
	4.9	Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.
	4.10	Ejes traseros y delanteros fijos
	4.11	Ruedas delanteras de goma solida de 15cm
	4.12	Ruedas posteriores con cubierta inflable de 58cm.
	4.13	Ancho de la silla plegada: 29 cm
	4.14	Altura del respaldo 44 cm
	4.15	Ancho del Asiento: 35 cm
	4.16	Profundidad del asiento: 36 cm

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Adquisiciones
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística



	4.17	Altura de asiento: 47 cm
	4.18	Longitud total: 97 cm
	4.19	Ancho total: 52,5 cm
	4.20	Alto total: 89 cm
	4.21	Peso neto: 13 kg
	4.22	Capacidad de carga min. 100 kg
	4.23	Capacidad de carga max. 150 kg

DEBE DECIR:

LOTE 1:

ITEM	1	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE
1	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	1	DATOS GENERALES
1	1.1	Descripción: CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE
1	2	Datos Proveídos por el Oferente
1	2.1	Marca:
1	2.2	Modelo
1	2.3	Origen:
1	2.4	Dirección web del fabricante:
1	3	CRITERIOS DE EVALUACION
1	3.1	Norma de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
1	4	CARACTERISTICAS
1	4.1	Capacidad de soporte de peso 300kg.
1	4.2	Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores: Longitud de 220cm. Ancho 110cm.
1	4.3	Dimensiones de la superficie del paciente: Longitud de 194cm., Ancho 90cm. Barandales laterales abatibles.
1	4.4	Barandas de cabecera y piecera desmontables y rebatibles, divididos en 2 piezas por lado de la cama.
1	4.5	4 (cuatro) ruedas de 125mm de diámetro.
1	4.6	Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte, con un pedal a lo largo del ancho de la cama ubicado en la sección de pies
1	4.7	Capacidad de colocación de porta sueros en los cuatro vértices de la cama
1	4.8	Ganchos para bolsas de drenaje en ambos lados de la cama.
1	4.9	Asas para traslado y movimientos de la cama rebatibles
1	4.10	Esquineros parachoques para evitar golpes en la estructura de la cama.
1	4.11	Estructura dividida en 3 (tres) secciones como mínimo: Dorso, sentadera y piñnera desmontables para fácil limpieza
1	4.12	Elevación de la sección de espalda 75°
1	4.13	Trendelenburg 12°
1	4.14	Trendelenburg inverso 12°
1	4.15	Sección de rodilla 40°
1	4.16	Control remoto para movimientos de la cama con posibilidad de ubicarse de cualquier lado de la cama.
1	4.17	Batería para funcionamiento de la cama en caso de ausencia de corriente eléctrica.
1	4.18	Sistema de RCP mecánico.
1	5	ACCESORIOS
1	5.1	Colchón pasivo bidensó de espuma de poliuretano.
1	5.2	Anti hongo, antimicrobial, radiotransparente, recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego.
1	5.4	Espesor del colchón de 15cm
1	5.5	Sistema de fijación de colchón que evite desplazamientos

ITEM	2	CAMILLA HIDRAULICA
2	2	ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	1	DATOS GENERALES
2	2	Datos Proveídos por el Oferente
2	2.1	Marca:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion



2	2.2	Modelo
2	2.3	Origen:
2	2.4	Dirección web del fabricante:
2	3	CRITERIOS DE EVALUACION
2	3.1	Norma de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
2	4	CARACTERISTICAS
2	4.1	Camilla hidráulica con 2 columnas verticales hidráulicas y estructura con largueros, construida con tubos de acero con pintura electrostática.
2	4.2	Respaldo translúcido a los rayos X para exámenes clínicos
2	4.3	Estructura inferior termoformada de alta resistencia, con una cavidad para una botella de oxígeno y objetos del paciente.
2	4.4	Con protectores laterales frontales giratorios en las cuatro esquinas de la camilla.
2	4.5	Con barandillas laterales redondas abatibles de acero inoxidable tubular 304.
2	4.6	Con empujadores en ambos sentidos de la camilla.
2	4.7	Movimientos de espalda accionados por doble sistema neumático, movimientos de piernas accionados por sistema neumático. Sistema de elevación con dos columnas hidráulicas accionadas por pedales, permitiendo la elevación en altura, trendelemburg y trendelemburg inverso.
2	4.8	Con ruedas de 200 mm de diámetro con sistema de freno central, con 5ta rueda direccional.
2	4.9	Colchón: grosor de 5cm, de espuma viscoelástica de alta densidad, forrado con material ignífugo, impermeable y removible.
2	4.10	Capacidad de carga estática de 400Kg, capacidad de carga dinámica de 250Kg.
2	4.11	Peso total de la camilla de 132Kg
2	4.12	Medidas: Longitud total: 2,10 mts, anchura total 0,85 mts, variación de altura: 0,59 x 0,91 mts. Movimientos Trendelemburg 15°, Trendelemburg inverso 15°, respaldo 75°, sección de piernas 30°.
2	4.13	Sistema de RCP mecanico de rápida y facil activación
2	4.14	Porta suero con dos ganchos y 2 soportes laterales para bolsa de drenaje

LOTE 2:

ITEM	1	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE
1	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	1	DATOS GENERALES
1	2	Datos Proveídos por el Oferente
1	2.1	Marca:
1	2.2	Modelo
1	2.3	Origen:
1	2.4	Dirección web del fabricante:
1	3	CRITERIOS DE EVALUACION
1	3.1	Norma de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
1	4	CARACTERISTICAS
1	4.1	Estructura de acero, recubierta con pintura electrostática.
1	4.2	Lecho montado sobre columnas verticales accionadas eléctricamente para elevación de la cama.
1	4.3	Sector del paciente, dividido en cuatro (04) secciones: respaldo, asiento, muslo y pantorrilla.
1	4.4	Cama de 4 secciones, que debe fabricarse con estructura y lecho de acero laminado en frío, electrocincado y recubrimiento de polvo (Pintura electrostática) o polímero de plástico reforzado. Desmontable para facilitar la limpieza

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. YANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe, Departamento de Licitaciones
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones



1	4.5	Medidas externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho de rango de 95cm a 105 cm Largo de rango de 217cm a 223cm
1	4.6	Altura máxima de la cama, sin colchón, rango de 79 cm a 83cm.
1	4.7	Altura mínima de la cama, sin colchón, rango de 38cm a 42cm
1	4.8	Angulación de respaldo, hasta 75°
1	4.9	Angulación de sección de pies, hasta 45°.
1	4.10	Movimiento de Trendelemburg: hasta 16°.
1	4.11	Soporte peso de carga incluyendo accesorios: 300 kg
1	4.12	Barandas laterales rebatibles del tipo divididas, (02) dos a cada lado de la cama de material ABS.
1	4.13	Con trabas en la posición superior para evitar caídas del paciente. La baranda deberá tener un mecanismo que impida que el paciente abra fácilmente la misma desde dentro de la cama
1	4.14	Las barandillas laterales deben plegarse bajo o a la altura de la plataforma del colchón.
1	4.15	Asas para el transporte de la cama, incorporados en la cabecera y en la piecera.
1	4.16	Montada sobre 4 (cuatro) ruedas con diámetro de 150mm
1	4.17	Ruedas deben ser giratorias y direccionales.
1	4.18	Sistema de control de las 4 (cuatro) ruedas con accionamiento central a través de un pedal localizado en la piecera de la cama. Sistema de ruedas con (03) tres posiciones: Conducción, Libre y Frenado..
1	4.19	Cabecera y pierneras removibles de la cama y con trabas para su fijación.
1	4.20	Porta Chasis de Rayos X incorporado y localizado en el respaldo de espalda (radiotraslucido). Para colocación del chasis de Rayos X sin mover al paciente.
1	4.21	Cable de alimentación con soporte en la cama para que sea fijado durante el transporte de pacientes.
1	4.22	Panel de control lateral localizado en la parte externa e interna de la baranda lateral, para la enfermera y el paciente, (baranda izquierda o derecha). Controla todos los movimientos de la cama.
1	4.23	Posición Silla Cardíaca. Accionamiento a través de un solo botón. Para pacientes con problemas cardíacos o dificultades pulmonares.
1	4.24	Alarma contra la salida del paciente. Activado/Apagado. Alarma de freno
1	4.25	Posición RCP eléctrico, a través de sistema electrónico: tecla de accionamiento directo localizado en las barandillas laterales o del tipo removible, accionamiento a través de un solo botón.
1	4.26	Posición de RCP mecánico, a través de sistema mecánico activado con una palanca de color rojo: ante falla del sistema eléctrico, en ambas laterales de la cama en caso de falla del sistema eléctrico.
1	4.27	Balanza integrada con Tara a 0, y precisión de 1 gr. para pesaje del paciente, con una pantalla para visualizar el pesaje ubicada en el barandal
1	4.28	Un (01) portasueros de altura regulable que pueda ser colocado en cada esquina de la cama. Debe ser original del fabricante
1	4.29	Dos (02) soportes para bolsas de drenaje, localizadas a cada lado de la cama.
1	4.30	Alimentación eléctrica 220 VAC±10%, 50 Hz con toma europeo tipo schucko y que incluya batería para uso sin corriente eléctrica por al menos 8hs continuas.
1	4.31	Deberá contar con colchón pertinente acorde a las medidas de la cama, grosor: rango de 14cm a 20cm bi-denso, tipo de material: espuma viscoelástica de alta densidad y espuma de poliuretano de media densidad, forrado con material ignífugo, impermeable y removible. Norma de calidad del colchón: CE MDD93/42/EEC Class 1 justificado con certificado vigente. Capacidad de peso rango de 200Kg a 220kg
1	4.32	Luz nocturna para seguridad del paciente y control de la enfermera
1	4.33	Cargador de USB incorporado en ambos lados de la cama para uso del paciente y de enfermería
1	4.34	Debe contar con un dispositivo eléctrico que ayude al paciente para levantarse de la cama
1	4.35	Con posibilidad de conectar la cama a un sistema de monitoreo central instalado en el hospital para monitorear posición de las barandas, salida del paciente, estado de los frenos, etc

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística



LOTE 3

ITEM		MONITOR MULTIPARAMETRICO
1	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	1	DATOS GENERALES
1	1.1	Descripción: MONITOR MULTIPARAMETRICO
1	2	Datos Proveídos por el Oferente
1	2.1	Marca:
1	2.2	Modelo
1	2.3	Origen:
1	2.4	Dirección web del fabricante:
1	3	CRITERIOS DE EVALUACION
1	3.1	Normas de calidad Internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
1	4	CARACTERISTICAS
1	4.1	Pantalla de 15 pulgadas
1	4.2	Pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT
1	4.3	Pantalla táctil para uso y control del monitor
1	4.4	Conectividad a la red de monitoreo (conexión con cables) sistema HL7
1	4.5	Despliegue de 10 curvas fisiológicas simultáneamente
1	4.6	Tendencias gráficas y numéricas de 360 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos
1	4.7	Capacidad de almacenamiento de 100 grupos de eventos
1	4.8	Diseñado para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
1	4.9	Sistema para fijación a pared
1	4.10	Función o perfil de cálculo hemodinámicos
1	4.11	Con posibilidad de actualizar la medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo
1	4.12	Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación
1	4.13	Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación tipo F Schuko de 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de 4 horas de autonomía.
1	4.14	Los monitores deben contar con espacio (rack o conexiones, de acuerdo a la tecnología del fabricante) para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. (Sistema modular)
1	4.15	Dimensiones para ocupación del menor espacio posible: ancho de 380mm, largo de 31mm, profundidad de 50mm
1	4.16	Peso máximo del equipo, incluida la batería 5 Kg
1	4.17	Resolución de 1366 x 768 píxeles
1	5	Monitorización en pantalla de :
1	5	ECG
1	5.1	Despliegue simultáneo de 6 curvas
1	5.2	Posibilidad de despliegue simultáneo de 7 derivaciones
1	5.3	Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
1	5.4	Detección de 26 arritmias
1	5.5	Despliegue numérico de frecuencia cardíaca
1	5.6	Protección contra descarga de desfibrilador
1	5.7	Función de detección de marcapasos
1	5.8	Configuración de valores de ganancia de forma manual o automática. Para los valores manuales, con los siguientes valores: 2,5 (x0,25), 5 (x0,5), 10 (x1), 20 (x2), 40 (x4) mm/mV.
1	5.9	Relación de rechazo en modo común (CMRR) de 85 dB (diagnóstico) y 102 dB (monitorización)
1	5.10	Impedancia de entrada de 5 MΩ
1	5.11	Potencial de compensación del electrodo (offset) de 500 mV
1	5.12	Posibilidad de obtener diferentes velocidades de barrido: 6,5mm/s - 12,5 mm/s - 25 mm/s y 50 mm/s con error menor a 5%
1	5.13	Ancho de banda para el modo monitor de 0,5 Hz hasta 40 Hz
1	6	SPo2

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lc. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Angela Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Angela Maria Castro
Secretaría del Consejo de Administración



1	6.1	Curva de pletismografía
1	6.2	Despliegue numérico de saturación de oxígeno e índice de perfusión
1	6.3	Medición del Índice de Perfusión
1	6.4	Rango de medición de saturación de oxígeno: 1 a 100%. SpO2 entre 70% y 100% con exactitud de 2%
1	6.5	Rango de medición de frecuencia cardíaca: De 30 lpm a 240 lpm
1	7	Respiración
1	7.1	Curva de respiración
1	7.2	Despliegue numérico de frecuencia respiratoria
1	7.3	Canales seleccionables R-F- y R-L
1	7.4	Rango de impedancia de 500 Ω a 2000 Ω
1	7.5	Velocidad de barrido de 6,25 - 12,5 - 25 mm/s
1	8	Temperatura
1	8.1	Despliegue numérico de al menos dos temperaturas
1	8.2	Canales disponibles para lectura de temperatura de 2
1	8.3	Medición de la diferencia de temperatura
1	8.4	Rango de medición: 0 a 50 C°, con exactitud de 0,1 C°
1	8.5	Actualización de lectura de valores cada 1 seg
1	9	Presión No Invasiva
1	9.1	Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)
1	9.2	Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, y 480 minutos
1	9.3	Rango de medición de presión: 10 a 250 mmHg, con exactitud de 5 mmHg.
1	9.4	Limitador de seguridad para la presión y el tiempo de insuflado, adecuado al rango de pacientes, adulto, pediátrico, neonatal.
1	9.5	Método de medición: Oscilométrico
1	10	Presión Invasiva
1	10.1	Con opción de 4 (cuatro) canales
1	10.2	Sensibilidad mínima del transductor de 5µV/V/mmHg con precisión del 2% de variación
1	10.3	Rango de medición de presión dinámica de 10 mmHg a 250 mmHg, con exactitud de 5 mmHg
1	10.4	Resolución de 1 mmHg
1	10.5	Etiquetado del sitio de medición de al menos ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP
1	10.6	Posibilidad de calibración a presión cero
1	11	Medición de CO2
1	11.1	Método de medición: lectura del espectro infrarrojo
1	11.2	Rango de medición de concentración de 0 a 20% (0 a 150 mmHg)
1	11.3	Resolución de 1 mmHg
1	11.4	Exactitud de 2% + 0,2% por volumen para el rango de lectura por debajo del 12%. Para el rango de lectura de 12,1% y superior de 6% + 0,2% por volumen
1	11.5	Rango de medición para realizar esta lectura de 0 a 150 rpm
1	12	Medición de CO
1	12.1	Rango de medición: CO 0,20 - 20,00 L/Min con resolución de 0,01 L/Min y exactitud de 0,2L/Min o 5% del valor leído (El mayor valor leído)
1	13	Funciones
1	13.1	CO2
1	13.2	Presión invasiva
1	13.3	Alarma de apnea
1	13.4	Alarma de arritmia
1	13.5	Alarmas del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor
1	13.6	Con silenciador temporal de alarmas
1	14	ACCESORIOS POR CADA EQUIPO

40

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe. Departamento de Contrataciones
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora General
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente General
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ANA MARIA CASTRO



1	14.1	02 (dos) cables troncales y 05 (cinco) sensores adulto, 05 (cinco) sensores pediátrico, 05 (cinco) sensores neonatal, todos reusables, para oximetría de pulso
1	14.2	05 (cinco) sensores reusables de temperatura (de piel o superficie)
1	14.3	05 (cinco) brazaletes adulto, 05 (cinco) brazaletes pediátrico, 05 (cinco) brazaletes neonatal, reusables para medición de la presión no invasiva. 03 (tres) (una manguera con conector para los brazaletes)
1	14.4	02 (dos) Cables troncales y 05 (cinco) cables de paciente adulto, 05 (cinco) cables de paciente pediátrico, 05 (cinco) cables de paciente neonatal para ECG de tres puntas
1	14.5	Dos cables de paciente para ECG de 05 puntas para despliegue simultaneo de 7 derivaciones para calidad diagnóstica
1	14.6	Dos cables troncales para medición de Presión Invasiva, con 5 (cinco) domos desechables o 5 (cinco) kits de transductor desechable
1	14.7	Cualquier otro accesorio necesario para el correcto y completo funcionamiento del equipo y que no esté citado en la presente planilla
ITEM		VIDEOCOLPOSCOPIO
2	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	1	DATOS GENERALES
2	2	Datos Proveidos por el Oferente
2	2.1	Marca:
2	2.2	Modelo
2	2.3	Origen:
2	2.4	Dirección web del fabricante:
2	3	CRITERIOS DE EVALUACION
2	3.1	Normas de calidad Internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
2	4	CARACTERISTICAS
2	4.1	Sensor de alta resolución de 1/4" a color CCD.
2	4.2	Posibilidad de enfoque automático y control manual
2	4.3	Salida de video para conectar a PC.
2	4.4	Ajuste automático de balance de blancos
2	4.5	Fuente de luz LED
2	4.6	Brillo regulable
2	4.7	Intensidad de luz LED 1200 Lumen
2	4.8	Temperatura irradiada de luz led hasta 41°C
2	4.9	Base con 4 ruedas como mínimo y freno en por lo menos dos de ellas.
2	4.10	Distancia de trabajo 200mm a 400m
2	4.11	Resolucion de pantalla como minimo 1024 x 768 pixeles
2	4.12	Resolucion de cámara 480 lineas
2	4.13	Zoom de cámara ajustable continuamente desde 1 hasta 264X
2	4.14	Relación señal-ruido de la lente 50dB
2	4.15	Distancia de enfoque 10mm a 800mm
2	4.16	Soporte ajustable en altura
2	4.17	Computadora con capacidad para recibir las imágenes del colposcopio y procesar con el software del mismo
2	4.18	Software para captura y transmisión de imágenes y videos, deberá permitir el registro de pacientes y emitir informes.
2	4.19	Monitor de 20"
2	5	Accesorios
2	5.1	Impresora de inyeccion de tinta
2	5.2	Carro de traslado
2	5.3	Accesorios perifericos para el correcto funcionamiento del sistema
2	5.4	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko)
2	5.5	Cualquier otro accesorio necesario para el correcto y completo funcionamiento del equipo y que no esté citado en la presente planilla
ITEM		ELECTROBISTURI
3	3	ESPECIFICACIONES TECNICAS
3	1	DATOS GENERALES
3	2	Datos Proveidos por el Oferente
3	2.1	Marca:
3	2.2	Modelo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales
Jefe, Departamento de Contrataciones
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones



3	2.3	Origen:
3	2.4	Dirección web del fabricante:
3	3	CRITERIOS DE EVALUACION
3	3.1	Normas de calidad Internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
3	4	CARACTERISTICAS
3	4.1	Modos de trabajo: Corte monopolar, coagulación monopolar, corte bipolar y coagulación bipolar.
3	4.2	Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador.
3	4.3	Pantalla LCD TFT táctil de 8 pulgadas, con control de todas funcionalidades desde la misma.
3	5	Funciones
3	5.1	Trabajo en simultáneo de 2 lápices
3	5.2	Control de tiempo entre 0,1 a 2,0 segundos en los modos de coagulación bipolar
3	5.3	Resección uretral de próstata RTUP (TURP)
3	5.4	Resección uretral de vejiga RTUV (TURB)
3	5.5	Salida de pulsos
3	5.6	Polipectomía
3	5.7	Corte mastoideo
3	5.8	Corte endo
3	5.9	Coagulación por plasma de Argon APC (Air-Beam
3	5.10	Sellado de recipientes "LigaSure" (Seal-Safe)
3	5.11	Sellado endoscópico de vasos (Endo-Safe)
6		Rangos de ajustes como mínimo para corte monopolar
3	6.1	Puro 400 W,
3	6.2	Blend 300 W / 250W / 200W
3	6.3	Urinario 200W-1500V / 200W-1900V
3	6.4	Polyp 120W-1200V / 120W-1400V
3	6.5	Mastoid 80W/150W
3	6.6	Mucosal 100W
3	6.7	Care 60W-900V
3	6.8	Modo Combinado Corte y Coagulación Monopolar: 120 W.
3	6.9	Modo Coagulación Monopolar: nueve tipos seleccionables y configurables.
3	6.10	Combinado 180 W
3	6.11	Fulgurante 120 W
3	6.12	UrinarioCG 1 120W-2500V
3	6.13	UrinarioCG 2 120W-2600V
3	6.14	Care 60W-1600V
3	6.15	Dessicate 120W
3	6.16	Spray 120W
3	6.17	APC (Air-Beam) 120W
3	6.18	EndoCG 100W
3	7	Modos de Corte Bipolar Predeterminado: siete tipos seleccionables y configurables.
3	7.1	Puro 120W
3	7.2	Mezcla 100W
3	7.3	Shear 100W
3	7.4	TURP 1 (RTUP) 120W
3	7.5	TURP 2 (RTUP) 100W
3	7.6	TURB 1 (RTUV) 120W
3	7.7	TURB 2 (RTUV) 100W
3	8	Modos Bipolar de Coagulación:
3	8.1	Macro 100W
3	8.2	Micro 60W
3	8.3	Seal Safe 300W

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Jeline Caballero
Directora Operativa de Contrataciones y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juliana Morgado Denzel
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



3	8.4	Endo Safe 100W
3	8.5	TUR (RTU) 150W
3	8.6	Preciso 150W
3	8.7	Standard 150W
3	9	Alarma que se activa si no existe contacto adecuado con el paciente. Sistema REM
3	10	Con indicadores visuales y audibles, con desactivación inmediata del generador si se detecta una condición de falla.
3	11	Indicadores digitales.
3	12	Sistema audiovisual indicador de activación de corte, coagulación y alarmas.
3	13	Activación automática de la unidad desde el lápiz o uso del pedal, tanto en modo monopolar como en bipolar.
3	14	Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
3	15	Salida aislada para protección del paciente.
3	16	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
3	17	El equipo deberá presentar compatibilidad con el módulo de gas argón
3	18	Rango de memoria y/o configuración para usuarios de 100 espacios
3	19	Sistema de protección contra sobrecarga de corriente.
3	20	Dos salidas monopolares activas
3	21	Sistema de evacuación de humo, integrable a sistema externo de extracción de humo.
3	22	Interfaz RS232 para detección de problemas y actualización de software.
3	23	ACCESORIOS
3	23.1	Carro para transporte del equipo.
3	23.2	1 pedal monopolar para corte y coagulación, y 1 pedal bipolar para corte y coagulación. Ambos con conexiones distintas y diferenciadas en la parte trasera del equipo.
3	23.3	Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo
3	23.4	Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal, con cable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo
3	23.5	Lápices desechables con control de corte y coagulación. Cantidad: 100 (cien) unidades por equipo
3	23.6	Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto. Cantidad: 100 (cien) unidades por equipo

LOTE 4

ITEM		SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
1	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	1	DATOS GENERALES
	1.1	Descripción: SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
	2	Datos Proveídos por el Oferente
	2.1	Marca:
	2.2	Modelo
	2.3	Origen:
	2.4	Dirección web del fabricante:
	3	CRITERIOS DE EVALUACION
	3.1	Normas de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
	4	CARACTERISTICAS
1	4.1	Marco de Silla (Chasis) en acero cromado
	4.2	Plegable
	4.3	Apoya brazo acolchonado, corto o largo batiente
	4.4	Asiento y espaldero de cuero sintético totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza
	4.5	Reposapiés desmontable
	4.6	Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla
	4.7	Ejes traseros y delanteros fijos
	4.8	Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo
	4.9	Ruedas delanteras de neumático sólido
	4.10	Ruedas posteriores con cubiertas inflables con aro 24
	4.11	Ancho del Asiento: 46 cm.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jaime Caballero
Secretaria de Abastecimiento y Logística



	4.12	Profundidad del asiento: de 40cm, Altura de asiento: de 51cm, Anchura total: 65cm
	4.13	Longitud total de 110cm
	4.14	Peso neto 18 Kg
	4.15	Capacidad de carga min. de 100 kg
	4.16	Capacidad de carga max. 150 kg.
	4.17	Bloqueador de ruedas
ITEM		SILLAS DE RUEDAS CROMADAS
2	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	1	DATOS GENERALES
	1.1	Descripción: SILLAS DE RUEDAS CROMADAS
	2	Datos Proveidos por el Oferente
	2.1	Marca:
	2.2	Modelo
	2.3	Origen:
	2.4	Dirección web del fabricante:
	3	CRITERIOS DE EVALUACION
	3.1	Normas de calidad internacional:FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
2	4	CARACTERISTICAS
2	4.1	Silla de ruedas cromadas de acero plegables
	4.2	Marco de Silla (Chasis) en acero
	4.3	Plegable
	4.4	Apoya brazo fijos acolchonado
	4.5	Asiento y espaldero de cuero sintético totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos lavables
	4.6	Reposapiés fijo
	4.7	Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.
	4.8	Ejes traseros y delanteros fijos
	4.9	Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo
	4.10	Ruedas delanteras neumático sólido.
	4.11	Ruedas posteriores con cubierta solida 24 ".
	4.12	Ancho del Asiento: 18 pulgadas.
	4.13	Profundidad del asiento: 38cm. Altura de asiento: 49cm. Anchura total: 64cm.
	4.14	Longitud total: 106cm.
	4.15	Peso neto 16,5 Kg
	4.16	Capacidad de carga min. 100 kg.
	4.17	Capacidad de carga max. 150 kg.
ITEM		SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
3	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
3	1	DATOS GENERALES
	1.1	Descripción: SILLAS DE RUEDAS DE RELAJACIÓN ADULTO
	2	Datos Proveidos por el Oferente
	2.1	Marca:
	2.2	Modelo
	2.3	Origen:
	2.4	Dirección web del fabricante:
	3	CRITERIOS DE EVALUACION
	3.1	Normas de calidad internacional:FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
3	4	CARACTERISTICAS
3	4.1	Silla de ruedas esmaltada plegable desmontable
	4.2	Marco de Silla (Chasis) en acero esmaltado

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe. Departamento de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística
17



	4.3	Plegable
	4.4	Respaldo reclinable hasta 170° con bloqueo de posición
	4.5	Apoya brazo acolchonado, batiente
	4.6	Asiento y espaldero de cuero sintético.
	4.7	Reposapiés elevable
	4.8	Reposa Piernas desmontable y regulable en ángulo con bloqueo.
	4.9	Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.
	4.10	Ejes traseros y delanteros fijos
	4.11	Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo
	4.12	Ruedas delanteras de goma sólida de 200mm.
	4.13	Ruedas posteriores con cubiertas inflables de aro 24".
	4.14	Ancho del Asiento: 18 pulgadas.
	4.15	Profundidad del asiento: 54 cm
	4.16	Altura de asiento: 58 cm
	4.17	Anchura total: 68 cm
	4.18	Longitud total: 122 cm
	4.19	Altura total: 122 cm (134cm con apoya cabeza)
	4.20	Peso neto: 23,5 kg
	4.21	Capacidad de carga min. 100 kg
	4.22	Capacidad de carga max. 150 kg
ITEM		SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
4	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1	DATOS GENERALES
	1.1	Descripción: SILLAS DE RUEDAS PEDIATRICAS
	2	Datos Proveídos por el Oferente
	2.1	Marca:
	2.2	Modelo
	2.3	Origen:
	2.4	Dirección web del fabricante:
	3	CRITERIOS DE EVALUACION
	3.1	Normas de calidad internacional: FDA, CE O JIS, SIENDO CUALQUIERA DE ELLAS ACEPTABLES
4	4	CARACTERISTICAS
	4.1	Silla de ruedas esmaltada de aluminio plegables
	4.2	Marco de Silla (Chasis) en aluminio liviano
	4.3	Esmaltado colorido
	4.4	Ruedas traseras de 22" inflables
	4.5	Con volante manual para accionamiento directo del paciente
	4.6	Apoya brazo batiente acolchonado liviano
	4.7	Asiento y espaldero de tela acolchado.
	4.8	Reposapiés fijo
	4.9	Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.
	4.10	Ejes traseros y delanteros fijos
	4.11	Ruedas delanteras de goma solida de 15cm
	4.12	Ruedas posteriores con cubierta inflable de 58cm.
	4.13	Ancho de la silla plegada: 29 cm
	4.14	Altura del respaldo 44 cm
	4.15	Ancho del Asiento: 35 cm
	4.16	Profundidad del asiento: 36 cm
	4.17	Altura de asiento: 47 cm

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria de Asesoría y Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



	4.18	Longitud total: 97 cm
	4.19	Ancho total: 52,5 cm
	4.20	Alto total: 89 cm
	4.21	Peso neto: 13 kg
	4.22	Capacidad de carga min. 100 kg
	4.23	Capacidad de carga max. 150 kg

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lc. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lc. Ana Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Resolución C.A. - Página Web IPS



PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

-En los Datos Cargados en el SICP, se realiza la siguiente modificación:

DONDE DICE:

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	1	42191807-001	Cama eléctrica de 5 movimientos	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA DE 5 MOVIMIENTOS	Unidad	Unidad	100	58.750.000	5.875.000.000
	2	42191807-001	Cama eléctrica para UTI con balanza	CAMA DE INTERNACION CON BALANZA PARA CUIDADOS CRITICOS	Unidad	Unidad	30	83.500.000	2.505.000.000
	3	42192207-9999	Camilla hidráulica	CAMILLA HIDRAULICA	Unidad	Unidad	30	46.400.000	1.392.000.000
									9.772.000.000

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
2	1	42181904-002	Monitor Multiparametrico	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Unidad	Unidad	5	75.000.000	375.000.000
	2	42182003-002	Videocolposcopio	VIDEOCOLPOSCOPIO DIGITAL	Unidad	Unidad	5	86.750.000	433.750.000
	3	42291613-003	Electrobisturí	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD	Unidad	Unidad	5	243.625.000	1.218.125.000
									2.026.875.000

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
3	1	42192210-001	Sillas de ruedas plegables	SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES DESMONTABLES	Unidad	Unidad	200	2.859.000	571.800.000
	2	42192210-002	Sillas de Ruedas cromada	SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES ESTANDAR CROMADAS	Unidad	Unidad	250	1.785.417	446.354.250
	3	42192210-001	Sillas de ruedas plegables	SILLAS DE RUEDAS DE RELAJACION ADULTO	Unidad	Unidad	120	2.873.750	344.850.000
	4	42192210-001	Sillas de ruedas plegables	SILLAS DE RUEDAS PEDIATRICAS	Unidad	Unidad	30	3.440.000	103.200.000
									1.466.204.250

MONTO TOTAL LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3: LPN° 34/25 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS PARA EL IPS", asciende a Gs. 13.265.079.250

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gestión de Recursos Humanos y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI



DEBE DECIR:

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	1	42191807-001	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA DE 5 MOVIMIENTOS	Unidad	Unidad	100	58.750.000	5.875.000.000
	2	42192207-9999	CAMILLA HIDRAULICA / NEUMATICA DE PACIENTE	CAMILLA HIDRAULICA	Unidad	Unidad	30	46.400.000	1.392.000.000
TOTAL									7.267.000.000

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
2	1	42191807-001	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE	CAMA DE INTERNACION CON BALANZA PARA CUIDADOS CRITICOS	Unidad	Unidad	30	83.500.000	2.505.000.000
TOTAL									2.505.000.000

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
3	1	42181904-002	Monitor Multiparametrico	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Unidad	Unidad	5	75.000.000	375.000.000
	2	42182003-002	Video Colposcopio	VIDEOCOLPOSCOPIO DIGITAL	Unidad	Unidad	5	86.750.000	433.750.000
	3	42291613-003	Electrobisturí	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD	Unidad	Unidad	5	243.625.000	1.218.125.000
TOTAL									2.026.875.000

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
4	1	42192210-001	Sillas de ruedas plegables	SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES DESMONTABLES	Unidad	Unidad	200	2.859.000	571.800.000
	2	42192210-002	Sillas de Ruedas cromada	SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES ESTANDAR CROMADAS	Unidad	Unidad	250	1.785.417	446.354.250
	3	42192210-001	Sillas de ruedas plegables	SILLAS DE RUEDAS DE RELAJACION ADULTO	Unidad	Unidad	120	2.873.750	344.850.000
	4	42192210-001	Sillas de ruedas plegables	SILLAS DE RUEDAS PEDIATRICAS	Unidad	Unidad	30	3.440.000	103.200.000
TOTAL									1.466.204.250

MONTO TOTAL LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3 + LOTE 4: LPN N° 34/25 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS PARA EL IPS", asciende a Gs. 13.265.079.250

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración