



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 072/2025 de fecha 07 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 072-016/2025

POR LA QUE SE APRUEBAN LA ACLARACIÓN N° 1; LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 90/2025 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000400”; Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2106/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 06 de octubre de 2025, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 1177/2025, de fecha 06 de octubre de 2025, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de aprobación de la Aclaración N° 1; la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 90/2025 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000400”, con ID N° 472.734; y la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaración N° 1 y la modificación parcial, representan aclaraciones y modificaciones realizadas sobre las Bases y Condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de las consultas realizadas por los potenciales oferentes, la respuesta suministrada (remitida a través de Correo Electrónico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Logística de Suministros de Salud;

Que, en atención a lo expuesto anteriormente se solicita la aprobación de la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) sino que la misma es descargada del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) para ser presentada con el formulario correspondiente;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el aval de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones; y el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, garantizando así sus conformidades, en los términos del Memorando DOP/DLI1/N° 1177/2025, de fecha 06 de octubre de 2025 y el Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por parte del Consejo de Administración del IPS, suscritos por los mismos;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO :
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 072/2025 de fecha 07 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 072-016/2025

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Aprobar la Aclaración N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 90/2025 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000400”, con ID N° 472.734, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 06 (seis) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Aprobar la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 90/2025 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000400”, con ID N° 472.734, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 08 (ocho) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 3º) Aprobar la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de la Licitación Pública Nacional N° 90/2025 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000400”, con ID N° 472.734, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 03 (tres) foja y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 4º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 5º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/mg/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 90/25

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000400” ID 472.734

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, de de 2025.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 90/25 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000400” ID 472.734, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por los potenciales oferentes:

CONSULTA 1 - ITEM 35 Y 36 BATAS

Solicitamos a la convocante, que los oferentes que coticen productos de origen nacional, Para los ítems N° 35 y 36, las telas SMS deberán presentar Certificado emitido por una Entidad Certificadora Nacional o Internacional, debidamente consularizada o apostillada, en el que avale cumplir con las normas ANSI/AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, ASTM 2101, EN14126, ISO 16603:2004, al menos una de ellas. En el Certificado deberá constar una de las normas indicadas, dicho documento deberá estar a nombre del fabricante del tejido. Esto atendiendo lo requerido en el llamado Licitación 410902 - LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS, en cuyo caso solicitan el mismo producto licitado en el presente llamado.

De manera a poder garantizar que el producto en cuanto al tejido cumpla con unas de las normas mencionadas, atendiendo que estas batas son de uso quirúrgicos.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

CONSULTA 2 - ITEM 35 Y 36 BATA QUIRURGICA TAMAÑO MEDIANO Y EXTRA GRANDE

Favor aclarar que se permitirá la cotización de Batas tipo SMMS o de más capas.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

CONSULTA 3 - ITEM 13 ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRESA DE VIENTRE

Solicitamos amablemente que se establezca un margen ± 5 cm para el producto compresado de vientre atendiendo que las medidas de 45 x 45 cm son las más utilizadas en la práctica hospitalaria y quirúrgica. Esta medida se encuentra estandarizada en la mayoría de los fabricantes y proveedores internacionales, lo que garantiza disponibilidad constante además de permitir mayor participación.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 4 - ITEM 35 Y 36 BATA QUIRURGICA TAMAÑO MEDIANO Y EXTRA GRANDE

El Sistema de Abastecimiento Simultáneo contempla la adjudicación de un mismo ítem a más de un proveedor en un mismo proceso, ya sea por razones de economía y eficiencia o por razones de capacidad. En este sentido, solicitamos se sirvan aclarar si resulta aceptable, en el marco de este sistema, que un mismo fabricante, bajo una misma marca comercial, provea a distintos oferentes que compiten en el mismo proceso. Asimismo, solicitamos se expidan sobre si en estos casos se considera que se cumple efectivamente con el objetivo de diversificación de riesgo previsto en la aplicación del Sistema de Abastecimiento Simultáneo, o si, por el contrario, existe un riesgo real de desabastecimiento en caso de que dicho fabricante presente inconvenientes. La efectividad se pierde si en la práctica los oferentes adjudicados pertenecen al mismo núcleo económico, lo que podría transformar una modalidad pensada para pluralidad en una adjudicación de hecho monopólica.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.


CONSULTA 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 8

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 8 “CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO” solicitan: “CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5,5 FRENCH 3 LÚMEN”

Solicitamos a la convocante considerar un rango de French de $5 \pm 0,5$ Fr manteniendo los lúmenes requeridos ya que el rango mencionado, al ser menor al requerido inicialmente, no implica un inconveniente para las indicaciones/aplicaciones de producto solicitado.

En un catéter venoso central, si la cantidad de lumen se mantiene y los flujos de cada lumen cumplen con lo requerido, una medida inferior de french facilita la colocación del catéter y no implica un riesgo en la aplicación de este. Por lo tanto, solicitamos modificar a: “CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL $5 \pm 0,5$ FRENCH 3 LÚMEN”

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.



CONSULTA 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 9

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 9 "CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO" solicitan: "CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL N° 16" Solicitamos a la convocante aclarar la medida del french requerido y ¿de cuántos lúmenes? Asimismo, aclarar si la descripción "N° 16" ¿se refiere a la longitud del catéter?

Respuesta: Se aclara que el N°16 corresponde al calibre. El Cuadro Básico de Dispositivos Médicos no declara EETT específicas debido a que no influye en el producto, lo que permite a los oferentes proponer productos dentro del rango clínicamente aceptado. Esta redacción tiene por objeto favorecer la igualdad de condiciones y la libre competencia.

CONSULTA 7 - ITEM 29 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL

En el ítem 29 solicitan las siguientes EETT "ESTÉRIL, MATERIAL POLIURETANO, 125 A 140 CM. DE LONGITUD, MANDRIL Y OLIVA DE TUNSGTENO.SET COMPLETO C/ GUÍA STANDARD Y ADAPTADOR UNIVERSAL" solicitamos a la convocante modificar el material solicitado y ampliar la participación de oferentes estableciendo "Poliuretano / Silicona 100%" ya que está comprobado que ambos materiales tienen las mismas ventajas en cuanto al uso en insumos de vías digestivas, el mismo MSP y BS establece en sus compras ambos materiales.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 8 - ITEM 30 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL

En el ítem 30 solicitan las siguientes EETT "ESTÉRIL, MATERIAL POLIURETANO , 125 A 140 CM. DE LONGITUD, MANDRIL Y OLIVA DE TUNSGTENO.SET COMPLETO C/ GUÍA STANDARD Y ADAPTADOR UNIVERSAL" solicitamos a la convocante modificar el material solicitado y ampliar la participación de oferentes estableciendo "Poliuretano / Silicona 100%" ya que esta comprobado que ambos materiales tienen las mismas ventajas en cuanto al uso en insumos de vías digestivas, el mismo MSP y BS establece en sus compras ambos materiales.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 9 - PRECIO REFERENCIAL

ITEM 3 BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 55.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 10 - PRECIO REFERENCIAL

ITEM 14 CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 44.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta: Se aclara que, lo consultado acerca del CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO corresponde al ÍTEM N° 8, el ÍTEM 14 corresponde a, FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, por lo que el Oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 11 - PRECIO REFERENCIAL

ITEM 18 JERINGA DESCARTABLE CONO CATETER: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 4.400 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 12 - PRECIO REFERENCIAL



ITEM 24 SONDA VESICAL DOBLE VIA: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 27.500 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 13 - PRECIO REFERENCIAL

ITEM 26 SONDA VESICAL: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 11.774 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado. También teniendo en cuenta el Ítem 25 que corresponde al mismo producto del mismo tipo y material.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.



CONSULTA 14 - PRECIO REFERENCIAL

ITEM 26 SONDA VESICAL: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 11.774 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado. También teniendo en cuenta el Ítem 25 que corresponde al mismo producto del mismo tipo y material.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 15 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÍTEM 27

Se solicita a la convocante poder ofertar también de 8 FR. Quedando las EETT de la siguiente manera: "SONDA NASOGÁSTRICA FR:09 (+1) – TIPO K 30, 100% DE SILICONA."

Dicho pedido corresponde a que en el mercado normalmente la medida del calibre (French) son de medidas pares, es decir (2 FR, 4 FR, 6 FR, etc.), por lo que lo solicitado por la convocante solo limita la concurrencia de potenciales oferentes que podrían suministrar y a su vez satisfacer las necesidades de la misma.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 16 - PRECIO REFERENCIAL

ITEM 33 VENDA ENYESADA: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 16.500 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 17 - PRECIO REFERENCIAL

ITEM 34 VENDA ENYESADA: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 7.700 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 18 - ÍTEM 35 CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO

Ítem 35 Bata quirúrgica mediana Donde menciona: CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA, TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+ - 6) GR/M2. RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES, SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASÓNICO), REPELENCIA AL ALCOHOL DE 70%, LA MÁS ALTA BARRERA BACTERIANA, MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM DE ANCHO, CIERRES TIPO MAGNÉTICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA, LONGITUD MÍNIMA 120 (+/- 5) CM. DEBERÁN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO. ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERÁ SER INFERIOR AL 94%.

Consultamos a la convocante los siguientes puntos: • Tela TNT tipo SMMS como alternativa: Solicitamos confirmación sobre la posibilidad de ofertar la bata confeccionada en tela TNT tipo SMMS, ya que esta presenta una composición superior en términos de barrera protectora, manteniendo o superando las propiedades del tipo SMS solicitado. • Variación en repelencia al alcohol: Solicitamos autorización para permitir una variación del $\pm 10\%$ respecto al valor de repelencia al alcohol del 70%, considerando que los materiales cumplen con pruebas de resistencia a fluidos y garantizan protección efectiva. • Variación en longitud o aceptación por talla: Solicitamos autorización para permitir una variación de ± 10 mm en la longitud mínima de 120 cm, o en su defecto, se acepte la presentación del producto en talla L, la cual cumple con dicha medida dentro del margen aceptado de ± 5 cm especificado en el requerimiento. • Variación en barrera bacteriana:

Solicitamos considerar una variación de hasta $\pm 5\%$ en la eficacia de protección de la barrera bacteriana, siempre que se adjunten certificados que avalen la equivalencia con normas internacionales, garantizando la idoneidad del producto para uso médico.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

CONSULTA 19 - ÍTEM 36 BATA QUIRÚRGICA EXTRAGRANDE

Donde dice: CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA, TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+ - 6) GR/M2. RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES, SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASÓNICO), REPELENCIA AL ALCOHOL DE 70%, LA MÁS ALTA BARRERA BACTERIANA, MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM DE ANCHO, CIERRES TIPO MAGNÉTICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA, LONGITUD MÍNIMA 140 (+/- 5) CM. DEBERÁN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO. ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERÁ SER INFERIOR AL 94%.

Consultamos a la convocante los siguientes puntos: • Tela TNT tipo SMMS como alternativa: Solicitamos confirmación sobre la posibilidad de ofertar la bata confeccionada en tela TNT tipo SMMS, ya que esta presenta una composición superior en términos de barrera protectora, manteniendo o superando las

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA ROCHOLLI
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ruteia
Gerencia de Oferta
Gerencia de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Roncel
Jefe de Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholli
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

propiedades del tipo SMS solicitado. • Variación en repelencia al alcohol: Solicitamos autorización para permitir una variación del $\pm 10\%$ respecto al valor de repelencia al alcohol del 70%, considerando que los materiales cumplen con pruebas de resistencia a fluidos y garantizan protección efectiva. • Variación en longitud o aceptación por talla: Solicitamos autorización para permitir una variación de ± 10 mm en la longitud mínima de 120 cm, o en su defecto, se acepte la presentación del producto en talla XXL, la cual cumple con dicha medida dentro del margen aceptado de ± 5 cm especificado en el requerimiento. • Variación en barrera bacteriana: Solicitamos considerar una variación de hasta $\pm 5\%$ en la eficacia de protección de la barrera bacteriana, siempre que se adjunten certificados que avalen la equivalencia con normas internacionales, garantizando la idoneidad del producto para uso médico.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

CONSULTA 20 - CAPACIDAD TÉCNICA

Se solicita a la convocante unificar los puntos 5 y 4 (Para los productos importados), ya que corresponden al mismo documento. Quedando de la siguiente manera: "PARA LOS PRODUCTOS IMPORTADOS: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA) ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EMITIDO POR LA AGENCIA REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN, A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO O CERTIFICADO ISO/CE/UL/FDA/TUVF OTORGADO POR LA ENTIDAD CERTIFICADORA EN ORIGEN."

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 21 - MUESTRAS

En el apartado de Muestras solicitamos a la convocante en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 22 - ITEM 36 BATA QUIRURGICA EXTRAGRANDE

Donde dice: CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA, TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+ - 6) GR/M2. RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES, SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASONICO), REPELENCIA AL ALCOHOL DE 70%, LA MÁS ALTA BARRERA BACTERIANA, MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM DE ANCHO, CIERRES TIPO MAGNÉTICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA, LONGITUD MÍNIMA 140 (+/- 5) CM. DEBERÁN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO. ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERÁ SER INFERIOR AL 94%. Consultamos a la convocante los siguientes puntos: • Tela TNT tipo SMMS como alternativa: Solicitamos confirmación sobre la posibilidad de ofertar la bata confeccionada en tela TNT tipo SMMS, ya que esta presenta una composición superior en términos de barrera protectora, manteniendo o superando las propiedades del tipo SMS solicitado. • Variación en repelencia al alcohol: Solicitamos autorización para permitir una variación del $\pm 10\%$ respecto al valor de repelencia al alcohol del 70%, considerando que los materiales cumplen con pruebas de resistencia a fluidos y garantizan protección efectiva. • Variación en longitud o aceptación por talla: Solicitamos autorización para permitir una variación de ± 10 mm en la longitud mínima de 140 cm, o en su defecto, se acepte la presentación del producto en talla XXL, la cual cumple con dicha medida dentro del margen aceptado de ± 5 cm especificado en el requerimiento. • Variación en barrera bacteriana: Solicitamos considerar una variación de hasta $\pm 5\%$ en la eficacia de protección de la barrera bacteriana, siempre que se adjunten certificados que avalen la equivalencia con normas internacionales, garantizando la idoneidad del producto para uso médico.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

CONSULTA 23 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

DONDE DICE: Cantidades mínimas: 20 % hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega de productos adjudicados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del mencionado plazo. Saldo dentro de los 30 (treinta) días, a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, según necesidad del servicio con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del plazo establecido.

CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la ampliación de dichos plazos. Debido a que, tratándose de productos en volúmenes significativos, se requiere de una planificación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA ROCHOLLI
Secretaría del Consejo de Administración

logística adecuada que involucra procesos de importación, transporte, nacionalización y control de calidad, a fin de garantizar el cumplimiento con los estándares exigidos. En ese sentido, proponemos que el plazo inicial del 20 % sea extendido a 20 (veinte) días corridos, lo que permitirá una provisión más eficiente, sin comprometer la calidad ni la continuidad del suministro para la Entidad Convocante.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 24 - ÍTEM 8 - EETT

Ítem 8: Consultamos respetuosamente si "jeringa tipo sin rosca" es condición estricta, considerando que los kits de catéter venoso central disponibles en el mercado internacional, y que cumplen con normas de seguridad vigentes, incluyen de forma estándar jeringa con pico rosca (Luer lock). Este tipo de jeringa ofrece una mayor seguridad frente a fugas o desconexiones accidentales, siendo actualmente la práctica recomendada en guías internacionales.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 25 - ÍTEM 9 - EETT

Ítem 9: Solicitamos aclaren el calibre Fr. Además, solicitamos respetuosamente una aclaración. El término "Vialón" corresponde a una marca comercial registrada utilizada por ciertos fabricantes para un tipo de poliuretano radiopaco. Sin embargo, otros fabricantes internacionales de catéteres venosos centrales emplean poliuretano de grado médico, que cumple la misma función clínica, biocompatibilidad y seguridad del dispositivo. Esta aclaración resulta fundamental a fin de asegurar igualdad de condiciones entre los oferentes y permitir la participación de más opciones disponibles en el mercado.

Respuesta: Se aclara que el N°16 corresponde al calibre. El CBDM no declara EETT específicas de Fr o lúmenes debido a que no influye en el producto, lo que permite a los oferentes proponer productos dentro del rango clínicamente aceptado. El término "Vialón" NO se emplea como referencia a una marca comercial específica, sino como denominación técnica utilizada en el ámbito médico para identificar un tipo de poliuretano radiopaco empleado en la fabricación de catéteres venosos centrales.

CONSULTA 26 - ÍTEM 10 - EETT

Ítem 10: Consultamos respetuosamente si "jeringa tipo sin rosca" es condición estricta, considerando que los kits de catéter venoso central disponibles en el mercado internacional, y que cumplen con normas de seguridad vigentes, incluyen de forma estándar jeringa con pico rosca (Luer lock). Este tipo de jeringa ofrece una mayor seguridad frente a fugas o desconexiones accidentales, siendo actualmente la práctica recomendada en guías internacionales.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 27 - ÍTEM 13 - EETT

Item 13: Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar la presentación de compresa de vientre de 15 hilos, 45 x 45 cm.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 28 - ÍTEM 25 - EETT

Item 25: Solicitamos se considere la participación con sonda con balón de 5-10 cc, dado que esta característica no afecta la calidad del producto ni el procedimiento, a fin de permitir la mayor participación de oferentes en el llamado.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 29 - ÍTEM 26 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

Solicitamos amablemente a la convocante que se considere la participación con sonda con balón de 5-10 cc, dado que esta característica no afecta la calidad del producto ni el procedimiento.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 30 - ÍTEM 27 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se solicita amablemente a la convocante permitir la participación con sonda vesical K31, calibre 8 Fr, considerando que cumple con la finalidad del procedimiento sin afectar la calidad del producto.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. María Rocasuro
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Julio Rotela
Sección de Llamado de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe, Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

CONSULTA 31 - ITEM 28 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se solicita amablemente a la convocante solicitar longitudes mínimas, no longitudes estrictas, ya que esto limita la participación de oferentes.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse al Pliego publicado en fecha 01/09/25.

CONSULTA 32 - ITEM 35 – ESPECIFICACIONES TECNICAS




Se solicita respetuosamente a la convocante que donde menciona "ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERÁ SER INFERIOR AL 94%" se acepte un 95% de protección, como mínimo.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.

CONSULTA 33 - ITEM 36 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se solicita respetuosamente a la convocante que donde menciona "ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERÁ SER INFERIOR AL 94%" se acepte un 95% de protección, como mínimo.

Respuesta: El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.







Resolución C... - Página 6



LPN N° 90/25

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000400” ID N° 472.734.

MODIFICACIÓN PARCIAL

1- En la Sección Datos de la Convocatoria – Muestras - Muestras para Peritaje Analítico Control de Calidad en el momento de la Evaluación, se excluyen los ÍTEMS 35 BATA QUIRÚRGICA MEDIANA CÓDIGO SIH 11368 E ÍTEM 36 BATA QUIRÚRGICA EXTRAGRANDE CÓDIGO SIH 11373, por lo que se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

ITEM	CÓDIGOSIH	MATERIAL	CODIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCION DEL ARTICULO DNCP	DESCRIPCION DEL ARTICULO CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD
3	2491	11001243	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	CON SISTEMA DE LLENADO INCORPORADO CON 3 LÍNEAS DE BAJADA	10
4	2775	11001267	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	ESTÉRIL, DESCARTABLE	10
13	5941	11001390	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE	COMPRESA DE VIENTRE 50 X 50 CM. DE ALGODÓN C/ CINTA RADIOPACA S/ ALMIDÓN. ABSORVENTE	NO ESTÉRILES CONFECCIONADAS EN GASA DE 16 HEBRAS X CM2	10
18	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATETER	JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC. CONOCATETER SIN AGUJA	ESTÉRIL.	25
27	2948-2	11001592	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO	SONDA NASOGÁSTRICA FR:09 - TIPO K 30, 100 % DE SILICONA	ESTÉRIL, RADIOPACA, FLEXIBLE, 100% SILICONA. LONGITUD MÍNIMA DE 60 A 105 CM. TIPO LEVINE. ENVASE INDIVIDUAL.	3
28	2947-2	11001598	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO	SONDA NASOGÁSTRICA FR:04 - TIPO K 35, 100% SILICONA	ESTERIL, MATERIAL 100% SILICONA, RADIOPACA, FLEXIBLE. LONG. 40-60 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	3
35	11368	11003510	42131702-9999	BATA QUIRÚRGICA MEDIANA	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA, TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+ - 6) GR/M2. RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES, SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASÓNICO), REPELENCIA AL ALCOHOL DE 70%, LA MÁS ALTA BARRERA BACTERIANA, MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM DE ANCHO, CIERRES TIPO MAGNÉTICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA, LONGITUD MÍNIMA 120 (+/- 5) CM. DEBERÁN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO. ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERÁ SER INFERIOR AL 94%.	5
36	11373	11003530	42131702-9997	BATA QUIRÚRGICA EXTRAGRANDE	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA, TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+ - 6) GR/M2. RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES, SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASÓNICO), REPELENCIA AL ALCOHOL DE 70%, LA MÁS ALTA BARRERA BACTERIANA, MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM DE ANCHO, CIERRES TIPO MAGNÉTICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA.	5

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abdo Jaime Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alicia María Rocholl
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe de Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe de Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



						LONGITUD MÍNIMA 140 (+/- 5) CM. DEBERÁN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO. ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERÁ SER INFERIOR AL 94%.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Debe decir:

ITEM	CÓDIGOSIH	MATERIAL	CODIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCION DEL ARTICULO DNCP	DESCRIPCION DEL ARTICULO CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD
3	2491	11001243	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	CON SISTEMA DE LLENADO INCORPORADO CON 3 LÍNEAS DE BAJADA.	10
4	2775	11001267	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	ESTÉRIL, DESCARTABLE	10
13	5941	11001390	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE	COMPRESA DE VIENTRE 50 X 50 CM. DE ALGODÓN C/ CINTA. RADIOPACA S/ ALMIDÓN. ABSORVENTE	NO ESTÉRILES CONFECCIONADAS EN GASA DE 16 HEBRAS X CM2	10
18	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATETER	JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONOCATETER SIN AGUJA	ESTÉRIL.	25
27	2948-2	11001592	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO	SONDA NASOGÁSTRICA FR-09 - TIPO K 30, 100 % DE SILICONA	ESTÉRIL, RADIOPACA, FLEXIBLE, 100% SILICONA, LONGITUD MÍNIMA DE 60 A 105 CM. TIPO LEVINE. ENVASE INDIVIDUAL.	3
28	2947-2	11001598	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO	SONDA NASOGÁSTRICA FR-04 - TIPO K 35, 100% SILICONA	ESTERIL, MATERIAL 100% SILICONA, RADIOPACA, FLEXIBLE. LONG. 40-60 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	3

2-En la Sección Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas - Detalle de los bienes y/o servicios, se excluyen los ÍTEMS 35 BATA QUIRÚRGICA MEDIANA CÓDIGO SIH 11368 E ÍTEM 36 BATA QUIRÚRGICA EXTRAGRANDE CÓDIGO SIH 11373, por lo que se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

ITEM	CÓDIGOSIH	MATERIAL	CODIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCION DEL ARTICULO DNCP	DESCRIPCION DEL ARTICULO CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACION ENTREGA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	2457	11001219	42182002-001	ANOSCOPIO	ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA	PLASTICO RIGIDO. NO ESTERIL	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	300	600
2	3850	11001240	41104112-001	BOLSITA COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS	BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑOS.	ESTÉRIL. DESCARTABLE	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	CAJA/ENVASE X 10 UNIDADES COMO MINIMO	600	1 200
3	2491	11001243	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	CON SISTEMA DE LLENADO INCORPORADO CON 3 LÍNEAS DE BAJADA.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE ESTERIL	2 750	5 500
4	2775	11001267	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	ESTÉRIL, DESCARTABLE	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE ESTERIL	950	1 900
5	9762	11001284	42142402-006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON DE BAJA PRESION N° 8	EN MATERIAL PVC ALTAMENTE TRANSPARENTE, CON BAÑO DE SILICONA. BALON DE BAJA PRESION, GUÍA DE INSERCIÓN Y TUBO DE ASPIRACIÓN INTERNA. SOPORTE CON ANILLO METÁLICO. VELCRO DE SUJECCIÓN ESTERIL., DESCARTABLE	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE ESTERIL	150	300
6	7258-1	11001331	42221504-001	CATETER DOBLE DIRIGIBLE DESCARTABLE	CATETER DOBLE "J" N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	ESTÉRIL, DESCARTABLE DE 26 CM.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE ESTERIL	300	600
7	7258-2	11001332	42221504-001	CATETER DOBLE DIRIGIBLE DESCARTABLE	CATETER DOBLE "J" N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	ESTÉRIL, DESCARTABLE DE 28 CM.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE ESTERIL	500	1 000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Maestecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana Maria Masiero
Secretaría de Gestión de Adquisiciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Morales
Jefe. Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Morales
Jefe. Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



8	9273	11001343	42221503-002	CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO	CATETER P/ VIA VENOSA CENTRAL. 5.5 FRENCH 3 LUMEN	POLIURETANO. DESCART. ESTÉRIL. C/ JERINGA (PICO SIN ROSCA). AGUJA INCLUIDA Y ALAMBRE GUÍA.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	550	1.100
9	2979	11001358	42221503-007	CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO	CATETER P/ VIA VENOSA CENTRAL. N° 16	KIT. ESTÉRIL. DESCARTABLE. CON AGUJA INCLUIDA DE VIALON RADIOPACO	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	150	300
10	9274	11001359	42221503-007	CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO	CATETER P/ VIA VENOSA CENTRAL. N° 4.5. UNILUMEN	POLIURETANO. DESCART. ESTÉRIL. C/ JERINGA (PICO SIN ROSCA). AGUJA INCLUIDA Y ALAMBRE GUÍA.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	6	12
11	6763	11001361	42221503-004	CATETER PERCUTANEO	CATETER PERCUTANEO UNILUMEN 22 FR. DE 20 A 23 CM DE LONGITUD	ESTÉRIL. DESCARTABLE. MATERIAL VIALON O POLIURETANO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	50	100
12	3846	11001388	41104112-002	COLECTOR / CONTENEDOR DE ORINA	COLECTOR DE ORINA C/ PRESERVATIVO	DE LÁTEX.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	1.750	3.500
13	5941	11001390	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE	COMPRESA DE VIENTRE 50 X 50 CM. DE ALGODÓN C/ CINTA RADIOPACA S/ ALMIDÓN. ABSORVENTE	NO ESTÉRILES CONFECCIONADAS EN GASA DE 16 FIBRAS X CM2	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1.600	3.200
14	10241	11001442	42222008-003	FILTRO PARA NUTRICION PARENTERAL	FILTRO DE 1.2 MICRAS PARA ADMINISTRACION DE NUTRICION PARENTERAL TOTAL.	MEMBRANA HIDROFÍLICA FILTRAANTE DE PES (POLIETILSULFONA) CON PROLONGADOR Y CONEXION MACHO Y HEMBRA. ADAPTABLE A LAS BOLSA DE NUTRICION. ESTÉRIL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE X UNIDAD	5.400	10.800
15	10154	11001459	42271702-999	HALO CEFALICO	HALO CEFALICO PEQUEÑO	FORMA CILINDRICA COMPACTA. QUE PROPORCIONE CONCENTRACIONES DE OXIGENO SUPERIORES A 90% UNA TAPA CON ORIFICIO CENTRAL PARA ENTRADA DE SENSOR DE OXIGENO Y TERMOMETRO CON ABERTURAS FRONTAL Y LATERALES. CONSTRUIDO EN ACRILICO TRANSPARENTE. VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENO Y PANEL PARA USO CON TERAPIA DE RADIACION NO DESCARTABLE.-	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	30	60
16	3550	11001460	42271702-999	HALO CEFALICO	HALO CEFALICO GRANDE	FORMA CILINDRICA COMPACTA. QUE PROPORCIONE CONCENTRACIONES DE OXIGENO SUPERIORES A 90% UNA TAPA CON ORIFICIO CENTRAL PARA ENTRADA DE SENSOR DE OXIGENO Y TERMOMETRO CON ABERTURAS FRONTAL Y LATERALES. CONSTRUIDO EN ACRILICO TRANSPARENTE. VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENO Y PANEL PARA USO CON TERAPIA DE RADIACION NO DESCARTABLE.-	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	20	40
17	10155	11001461	42271702-999	HALO CEFALICO	HALO CEFALICO MEDIANO	FORMA CILINDRICA COMPACTA. QUE PROPORCIONE CONCENTRACIONES DE OXIGENO SUPERIORES A 90% UNA TAPA CON ORIFICIO CENTRAL PARA ENTRADA DE SENSOR DE OXIGENO Y TERMOMETRO CON ABERTURAS FRONTAL Y LATERALES. CONSTRUIDO EN ACRILICO TRANSPARENTE. VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENO Y PANEL PARA USO CON TERAPIA DE RADIACION NO DESCARTABLE.-	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	35	70
18	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESECHABLE CONO CATETER	JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC. CONOCATETER SIN AGUJA	ESTÉRIL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	42.700	85.400
19	4388	11001501	41104102-003	LANCETA DESECHABLE	LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE	DESECHABLE, ESTÉRIL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	68.200	136.400
20	9336	11001518	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA	SET PARA CISTOSTOMIA N° 12	DESCARTABLE CON CATETER RECTO, CON BALÓN O COLA DE CHANCIO (PIGTAIL) O MALEOT. ESTÉRIL. PRESENTACION KIT.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	50	100

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abel Jaime Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alicia María Rocho
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Rotela
Jefe Departamento de Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocho
Jefe Departamento de Licitaciones
Direccion Operativa de Contrataciones



21	9337	11001519	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA	SET PARA CISTOSTOMIA N° 14	DESCARTABLE CON CATETER RECTO, CON BALÓN O COLA DE CHANCHO (PIGTAIL) O MALECOT. ESTÉRIL. PRESENTACIÓN: KIT.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	50	100
22	9338	11001520	42142709-001	SETS DE NEFROSTOMIA	SET PARA NEFROSTOMIA N° 14	DESCARTABLE CON CATETER RECTO, CON BALÓN O COLA DE CHANCHO (PIGTAIL) O MALECOT. ESTÉRIL. PRESENTACIÓN: KIT.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	50	100
23	7062	11001528	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL POR FRICCIÓN	SONDA DE 14 FR DE 155 CM CON ALETAS A LO LARGO DEL CATETER CON MARCAS GRADUADAS CADA 10 CM. DESECHABLE	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	100	200
24	6912	11001567	42293603-002	SONDA VESICAL DOBLE VIA	SONDA FOLEY N° 20 SILICONA 2 VIAS TRANSPARENTE	100% DE SILICONA. ESTÉRIL. FLEXIBLE. DESCARTABLE. ENVASE INDIVIDUAL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	550	1.100
25	2919	11001572	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDA FOLEY N° 14 C/ BALÓN 5 CC	LATEX SILICONADO ESTÉRIL. FLEXIBLE. DESCARTABLE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	8.700	17.400
26	2922	11001576	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDA FOLEY N° 20 C/ BALÓN 5 CC	LATEX SILICONADO ESTÉRIL. FLEXIBLE. DESCARTABLE. ENVASE INDIVIDUAL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	1.400	2.800
27	2948-2	11001592	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO	SONDA NASOGASTRICA FR. 09 - TIPO K 30, 100 % DE SILICONA	ESTÉRIL. RADIOPACA. FLEXIBLE. 100% SILICONA. LONGITUD MINIMA DE 60 A 105 CM. TIPO LEVINE. ENVASE INDIVIDUAL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	ENVASE ESTÉRIL	7.150	14.300
28	2947-2	11001598	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO	SONDA NASOGASTRICA FR. 04 - TIPO K 35, 100% SILICONA	ESTÉRIL. MATERIAL: 100% SILICONA. RADIOPACA. FLEXIBLE. LONG. 40-60 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	ENVASE ESTÉRIL	1.350	2.700
29	7255-1	11001599	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL	SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	ESTÉRIL. MATERIAL: POLIURETANO. 125 A 140 CM DE LONGITUD. MANDRIL Y OLIVA DE TUNGSTENO SET COMPLETO C/ GUÍA STANDARD Y ADAPTADOR UNIVERSAL	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	550	1.100
30	7256-1	11001601	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL	SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	ESTÉRIL. MATERIAL: POLIURETANO. 125 A 140 CM DE LONGITUD. MANDRIL Y OLIVA DE TUNGSTENO SET COMPLETO C/ GUÍA STANDARD Y ADAPTADOR UNIVERSAL	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	1.300	2.600
31	2972	11001618	42293603-007	SONDA PEZZER	SONDA PEZZER N° 30	ESTÉRIL. PVC FLEXIBLE. DESCARTABLE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	ENVASE ESTÉRIL	200	400
32	7202	11001634	42271903-003	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL	TUBO " T "	CON NEBULIZADOR Y TUBULADURA DE CONECCION PARA OXIGENO. PVC, ESTÉRIL O ALTAMENTE DESINFECTADA. CON O SIN +MASCARA. PRESENTACION: KIT	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	850	1.700
33	3907	11001657	42311505-001	VENDA ENYESADA	VENDA ENYESADA 20 CM X 3 MT DE LARGO MINIMO	DE RAPIDO SECADO. 3 A 5 MINUTOS DE FRAGUADO. RESISTENTE. 3 MT. DE LARGO MINIMO. PRESENTACION: ROLLOS	UNIDAD	ROLLOS	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	7.050	14.100
34	7011	11001658	42311505-001	VENDA ENYESADA	VENDA ENYESADA DE 10 CM X 3 MT. LARGO MINIMO	DE RAPIDO SECADO. 3 A 5 MINUTOS DE FRAGUADO. RESISTENTE. 3 MT. DE LARGO MINIMO.	UNIDAD	ROLLOS	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	5.550	11.100
35	11368	11003510	42131702-9999	BATA QUIRURGICA MEDIANA	CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTÉRIL. DESCARTABLE. TAMAÑO MEDIANO	CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA. TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+/-) 6 GR/M2. RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES. SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASONICO). REPELENCIA AL ALCOHOL DE 70%. LA MAS ALTA BARRERA BACTERIANA. MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM DE ANCHO. CIERRES TIPO MAGNETICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA. LONGITUD MINIMA 120 (+/-) 5 CM. DEBERAN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO. ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN. QUE NO DEBERA SER INFERIOR AL 94%	UNIDAD	PAQUETE	PAQUETE X 10 UNIDADES COMO MINIMO	53.250	106.500

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Jaime Caballero
Abg. Gerente de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mariana Rocholl
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



36	11373	11003530	42131702-9997	BATA QUIRURGICA EXTRAGRANDE	CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTÉRIL. DESCARTABLE. TAMAÑO EXTRA GRANDE	CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+ - 6) GR/M2 RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASONICO). REPELENCIA AL ALCOHOL DE 70% LA MÁS ALTA BARRERA BACTERIANA. MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM. DE ANCHO. CIERRES TIPO MAGNÉTICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA. LONGITUD MÍNIMA 140 (+/- 5) CM. DEBERÁN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO. ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERÁ SER INFERIOR AL 94%	UNIDAD	PAQUETE	PAQUETE X 10 UNIDADES COMO MÍNIMO	29.950	59.900
----	-------	----------	---------------	-----------------------------	--	--	--------	---------	-----------------------------------	--------	--------

Debe decir:

ITEM	CODIGOSIH	MATERIAL	CODIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCION DEL ARTICULO DNCP	DESCRIPCION DEL ARTICULO CHDM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACION ENTREGA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	2457	11001219	42182002-001	ANOSCOPIO	ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA	PLASTICO RÍGIDO. NO ESTÉRIL.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	300	600
2	3850	11001240	41104112-001	BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS	BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCION DE ORINA NIÑOS.	ESTÉRIL. DESCARTABLE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	CAJA/ENVASE X 10 UNIDADES COMO MÍNIMO	600	1.200
3	2491	11001243	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL.	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	CON SISTEMA DE LLENADO INCORPORADO CON 3 LINEAS DE BAJADA.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	2.750	5.500
4	2775	11001267	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	ESTÉRIL. DESCARTABLE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	950	1.900
5	9762	11001284	42142402-006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON DE BAJA PRESION N° 8	EN MATERIAL PVC ALTAMENTE TRANSPARENTE. CON BAÑO DE SILICONA. BALON DE BAJA PRESION. GUIA DE INSERCCION Y TUBO DE ASPIRACION INTERNA. SOPORTE CON ANILLO METALICO. VELCRO DE SUJECION. ESTÉRIL. DESCARTABLE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	150	300
6	7258-1	11001331	42221504-001	CATETER DOBLE DIRIGIBLE DESCARTABLE	CATETER DOBLE "J" N° 6 CON GUIA Y POSICIONADOR	ESTÉRIL. DESCARTABLE DE 26 CM.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	300	600
7	7258-2	11001332	42221504-001	CATETER DOBLE DIRIGIBLE DESCARTABLE	CATETER DOBLE "J" N° 6 CON GUIA Y POSICIONADOR	ESTÉRIL. DESCARTABLE DE 28 CM.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	500	1.000
8	9273	11001343	42221503-002	CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO	CATETER P/ VIA VENOSA CENTRAL 5.5 FRENCH 3 LUMEN	POLIURETANO. DESCART. ESTÉRIL C/ JERINGA (PICO SIN ROSCA). AGUJA INCLUIDA Y ALAMBRE GUIA.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	550	1.100
9	2979	11001358	42221503-007	CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL. PEDIATRICO	CATETER P/ VIA VENOSA CENTRAL N° 16	KIT. ESTÉRIL. DESCARTABLE. CON AGUJA INCLUIDA DE VIALÓN RADIOPACO	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	150	300
10	9274	11001359	42221503-007	CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL. PEDIATRICO	CATETER P/ VIA VENOSA CENTRAL N° 4.5 UNILUMEN	POLIURETANO. DESCART. ESTÉRIL C/ JERINGA (PICO SIN ROSCA). AGUJA INCLUIDA Y ALAMBRE GUIA.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	6	12
11	6763	11001361	42221503-004	CATETER PERCUTANEO	CATETER PERCUTANEO UNILUMEN 22 FR DE 20 A23 CM DE LONGITUD	ESTÉRIL. DESCARTABLE. MATERIAL VIALON O POLIURETANO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	50	100
12	3846	11001388	41104112-002	COLECTOR / CONTENEDOR DE ORINA	COLECTOR DE ORINA C/ PRESERVATIVO	DE LATEX.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL.	ENVASE ESTÉRIL.	1.750	3.500
13	5941	11001390	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE	COMPRESA DE VIENTRE 50 X 50 CM. DE ALGODON C/ CINTA RADIOPACA S/ ALMIDON. ABSORVENTE.	NO ESTERILES CONFECCIONADAS EN GASA DE 16 HEBRAS X CM2	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1.600	3.200

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Área de Planeamiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María Castro
Directora de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Rotela
Jefe, Departamento de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe, Departamento de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



14	10241	11001442	42222008-003	FILTRO PARA NUTRICION PARENTERAL	FILTRO DE 1.2 MICRAS PARA ADMINISTRACION DE NUTRICION PARENTERAL TOTAL	MEMBRANA HIDROFILICA FILTRANTE DE PIES (POLIETERSULFONA) CON PROLONGADOR Y CONEXION MACHO Y HEMBRA. ADAPTABLE A LAS BOLSAS DE NUTRICION ESTERIL.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE X UNIDAD	5.400	10.800
15	10154	11001459	42271702-999	HALO CEFALICO	HALO CEFALICO PEQUEÑO	FORMA CILINDRICA COMPACTA. QUE PROPORCIONE CONCENTRACIONES DE OXIGENO SUPERIORES A 90% UNA TAPA CON ORIFICIO CENTRAL PARA ENTRADA DE SENSOR DE OXIGENO Y TERMOMETRO CON ABERTURAS FRONTAL Y LATERALES. CONSTRUIDO EN ACRILICO TRANSPARENTE. VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENO Y PANEL PARA USO CON TERAPIA DE RADIACION. NO DESCARTABLE -	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	30	60
16	3550	11001460	42271702-999	HALO CEFALICO	HALO CEFALICO GRANDE	FORMA CILINDRICA COMPACTA. QUE PROPORCIONE CONCENTRACIONES DE OXIGENO SUPERIORES A 90% UNA TAPA CON ORIFICIO CENTRAL PARA ENTRADA DE SENSOR DE OXIGENO Y TERMOMETRO CON ABERTURAS FRONTAL Y LATERALES. CONSTRUIDO EN ACRILICO TRANSPARENTE. VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENO Y PANEL PARA USO CON TERAPIA DE RADIACION. NO DESCARTABLE -	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	20	40
17	10155	11001461	42271702-999	HALO CEFALICO	HALO CEFALICO MEDIANO	FORMA CILINDRICA COMPACTA. QUE PROPORCIONE CONCENTRACIONES DE OXIGENO SUPERIORES A 90% UNA TAPA CON ORIFICIO CENTRAL PARA ENTRADA DE SENSOR DE OXIGENO Y TERMOMETRO CON ABERTURAS FRONTAL Y LATERALES. CONSTRUIDO EN ACRILICO TRANSPARENTE. VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENO Y PANEL PARA USO CON TERAPIA DE RADIACION. NO DESCARTABLE -	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	35	70
18	2735	11001497	42142604-001	JERINGA	JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC. CONOCATETER SIN AGUA	ESTERIL.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	42.700	85.400
19	4388	11001501	41104102-003	LANCETA DESECHABLE	LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE	DESECHABLE. ESTERIL	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	68.200	136.400
20	9336	11001518	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA	SET PARA CISTOSTOMIA N° 12	DESCARTABLE CON CATETER RECTO, CON BALÓN O COLA DE CHANCHO (PIGTAIL) O MALECOT, ESTERIL. PRESENTACION: KIT.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	50	100
21	9337	11001519	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA	SET PARA CISTOSTOMIA N° 14	DESCARTABLE CON CATETER RECTO, CON BALÓN O COLA DE CHANCHO (PIGTAIL) O MALECOT, ESTERIL. PRESENTACION: KIT.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	50	100
22	9338	11001520	42142709-001	SETS DE NEFROSTOMIA	SET PARA NEFROSTOMIA N° 14	DESCARTABLE CON CATETER RECTO, CON BALÓN O COLA DE CHANCHO (PIGTAIL) O MALECOT, ESTERIL. PRESENTACION: KIT.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	50	100
23	7062	11001528	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL POR FRICCION	SONDA DE 14 FR DE 155 CM CON ALETAS A LO LARGO DEL CATETER CON MARCAS GRADUADAS CADA 10 CM. DESECHABLE.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	100	200
24	6912	11001567	42293603-002	SONDA VESICAL DOBLE VIA	SONDA FOLEY N° 20 SILICONA 2 VIAS TRANSPARENTE	100% DE SILICONA, ESTERIL. FLEXIBLE, DESCARTABLE. ENVASE INDIVIDUAL.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	550	1.100
25	2919	11001572	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDA FOLEY N° 14 C/ BALÓN 5 CC	LATEX SILICONADO ESTERIL. FLEXIBLE. DESCARTABLE.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	8.700	17.400
26	2922	11001576	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDA FOLEY N° 20 C/ BALÓN 5 CC	LATEX SILICONADO ESTERIL. FLEXIBLE, DESCARTABLE. ENVASE INDIVIDUAL.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	1.400	2.800

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente General
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARTA CASERO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Roteira
Jefe de Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe de Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



27	2948-2	11001592	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO	SONDA NASOGASTRICA FR-09 - TIPO K 30, 100 % DE SILICONA	ESTÉRIL, RADIOPACA, FLEXIBLE, 100% SILICONA, LONGITUD MINIMA DE 60 A 105 CM. TIPO LEVINE. ENVASE INDIVIDUAL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	ENVASE ESTÉRIL	7.150	14.300
28	2947-2	11001598	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO	SONDA NASOGASTRICA FR-04 - TIPO K 35, 100% SILICONA	ESTÉRIL, MATERIAL 100% SILICONA, RADIOPACA, FLEXIBLE. LONG. 40-60 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	ENVASE ESTÉRIL	1.350	2.700
29	7255 -1	11001599	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL	SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	ESTÉRIL, MATERIAL POLIURETANO, 125 A 140 CM. DE LONGITUD, MANDRIL Y OLIVA DE TUNGSTENO SET COMPLETO C/ GUÍA STANDARD Y ADAPTADOR UNIVERSAL.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	550	1.100
30	7256-1	11001601	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL	SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	ESTÉRIL, MATERIAL POLIURETANO, 125 A 140 CM. DE LONGITUD, MANDRIL Y OLIVA DE TUNGSTENO SET COMPLETO C/ GUÍA STANDARD Y ADAPTADOR UNIVERSAL.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	1.300	2.600
31	2972	11001618	42293603-007	SONDA PEZZER	SONDA PEZZER N° 30	ESTÉRIL, PVC FLEXIBLE, DESCARTABLE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	ENVASE ESTÉRIL	200	400
32	7202	11001634	42271903-003	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL	TUBO " T "	CON NEBULIZADOR Y TUBULADURA DE CONECCION PARA OXIGENO, PVC, ESTÉRIL O ALTAMENTE DESINFECTADA, CON O SIN +MASCARA. PRESENTACION: KIT.	UNIDAD	KIT - JUEGO	KIT - JUEGO	850	1.700
33	3907	11001657	42311505-001	VENDA ENYESADA	VENDA ENYESADA 20 CM X 3 MT DE LARGO MINIMO	DE RAPIDO SECADO, 3 A 5 MINUTOS DE FRAGUADO, RESISTENTE, 3 MT. DE LARGO MINIMO. PRESENTACION ROLLOS	UNIDAD	ROLLOS	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	7.050	14.100
34	7011	11001658	42311505-001	VENDA ENYESADA	VENDA ENYESADA DE 10 CM X 3 MT LARGO MINIMO	DE RAPIDO SECADO, 3 A 5 MINUTOS DE FRAGUADO, RESISTENTE, 3 MT. DE LARGO MINIMO.	UNIDAD	ROLLOS	CAJA X 10 UNIDADES COMO MINIMO	5.550	11.100

3-En la Sección Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas - Plan de entrega de los bienes-
Requerimiento para Entrega de Artículos al Departamento de Administración de Suministros Médicos, se
excluyen los ÍTEMS 35 BATA QUIRÚRGICA MEDIANA CÓDIGO SIH 11368 E ÍTEM 36 BATA
QUIRÚRGICA EXTRAGRANDE CÓDIGO SIH 11373, por lo que se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

ITEM	CÓDIGO SIH	MATERIAL	CODIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCION DEL ARTICULO DNCP	DESCRIPCION DEL ARTICULO CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD
3	2491	11001243	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	CON SISTEMA DE LLENADO INCORPORADO CON 3 LÍNEAS DE BAJADA.	10
4	2775	11001267	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	ESTÉRIL, DESCARTABLE	10
13	5941	11001390	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE	COMPRESA DE VIENTRE 50 X 50 CM. DE ALGODÓN C/ CINTA RADIOPACA S/ ALMIDÓN. ABSORVENTE	NO ESTÉRILES CONFECCIONADAS EN GASA DE 16 HEBRAS X CM2	10
18	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATETER	JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONOCATETER SIN AGUJA	ESTÉRIL.	25
27	2948-2	11001592	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO	SONDA NASOGASTRICA FR-09 -TIPO K 30, 100 % DE SILICONA	ESTÉRIL, RADIOPACA, FLEXIBLE, 100% SILICONA, LONGITUD MINIMA DE 60 A 105 CM. TIPO LEVINE. ENVASE INDIVIDUAL.	3
28	2947-2	11001598	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO	SONDA NASOGASTRICA FR-04 -TIPO K 35, 100% SILICONA	ESTÉRIL, MATERIAL 100% SILICONA, RADIOPACA, FLEXIBLE. LONG. 40-60 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	3
35	11368	11003510	42131702-9999	BATA QUIRÚRGICA MEDIANA	CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA, TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+ - 6) GR/M2, RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES, SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASONICO), REPELENDA AL ALCOHOL DE 70%, LA MAS ALTA BARRERA BACTERIANA, MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM DE ANCHO, CIERRES TIPO MAGNÉTICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA, LONGITUD MINIMA 120 (+/- 5) CM. DEBERÁN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO, ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA	5

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente General
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Secretaría de Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Rotela
Jefe, Departamento de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Julian Morales Donzel
Jefe, Departamento de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Maria Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



						DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERA SER INFERIOR AL 94%.	
36	11373	11003530	42131702-9997	BATA QUIRÚRGICA EXTRAGRANDE	CHALECO O BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE	CONFECCIONADA EN TELA NO TEJIDA, TNT (POLIPROPILENO) TIPO SMS DE 50 (+ - 6) GR/M2. RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES, SIN COSTURA (UNIONES POR TERMOSELLADO O ULTRASONICO), REPELENCIA AL ALCOHOL DE 70%, LA MÁS ALTA BARRERA BACTERIANA, MANGAS CON PUÑOS ELASTIZADOS REFORZADOS DE 5 A 15 CM. DE ANCHO, CIERRES TIPO MAGNÉTICO Y/O TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CINTURA, LONGITUD MÍNIMA 140 (+/- 5) CM. DEBERÁN ACOMPAÑAR AL PRODUCTO. ADEMÁS DE OTROS CERTIFICADOS QUE RESPALDEN LA ALTA BARRERA BACTERIANA DE PROTECCIÓN, QUE NO DEBERA SER INFERIOR AL 94%.	5

Debe decir:

ITEM	CÓDIGO SIH	MATERIAL	CODIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCION DEL ARTICULO DNCP	DESCRIPCION DEL ARTICULO CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD
3	2491	11001243	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	CON SISTEMA DE LLENADO INCORPORADO CON 3 LÍNEAS DE BAJADA.	10
4	2775	11001267	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	ESTÉRIL, DESCARTABLE	10
13	5941	11001390	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE	COMPRESA DE VIENTRE 50 X 50 CM. DE ALGODÓN C/ CINTA. RADIOPACA S/ ALMIDÓN. ABSORVENTE	NO ESTÉRILES CONFECCIONADAS EN GASA DE 16 HEBRAS X CM2	10
18	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATETER	JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONOCATETER SIN AGUJA	ESTÉRIL.	25
27	2948-2	11001592	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO	SONDA NASOGASTRICA FR.09 - TIPO K 30, 100 % DE SILICONA	ESTERIL, RADIOPACA, FLEXIBLE, 100% SILICONA, LONGITUD MÍNIMA DE 60 A 105 CM. TIPO LEVINE. ENVASE INDIVIDUAL.	3
28	2947-2	11001598	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO	SONDA NASOGASTRICA FR.04 - TIPO K 35, 100% SILICONA	ESTERIL, MATERIAL 100% SILICONA, RADIOPACA, FLEXIBLE. LONG. 40-60 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	3


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Rotela
Jefe Departamento de Inspecciones
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP)

-EN LOS DATOS CARGADOS EN EL SICP, SE EXCLUYEN LOS ÍTEMS 35 BATA QUIRÚRGICA MEDIANA CÓDIGO SIH 11368 E ÍTEM 36 BATA QUIRÚRGICA EXTRAGRANDE CÓDIGO SIH 11373, Y SE MODIFICAN LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

Donde dice:

ÍTEM	CÓDIGO SIH	CÓDIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO DNCP	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	2457	42182002-001	ANOSCOPIO			UNIDAD	UNIDAD	300	600	25.929	15.557.400
2	3850	41104112-001	BOLSITA COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	600	1.200	1.492	1.790.400
3	2491	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	2.750	5.500	40.605	223.327.500
4	2775	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	950	1.900	35.033	66.562.700
5	9762	42142402-006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	150	300	401.667	120.500.100
6	7258-1	42221504-001	CATETER DOBLE DIRIGIBLE DESCARTABLE			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	300	600	299.333	179.599.800
7	7258-2	42221504-001	CATETER DOBLE DIRIGIBLE DESCARTABLE			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	500	1.000	398.102	398.102.000
8	9273	42221503-002	CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO			UNIDAD	KIT - JUEGO	550	1.100	256.479	282.126.900
9	2979	42221503-007	CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO			UNIDAD	KIT - JUEGO	150	300	249.088	74.726.400
10	9274	42221503-007	CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO			UNIDAD	KIT - JUEGO	6	12	285.883	3.430.596
11	6763	42221503-004	CATETER PERCUTANEO			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	1.258.333	125.833.300
12	3846	41104112-002	COLECTOR / CONTENEDOR DE ORINA			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1.750	3.500	33.000	115.500.000
13	5941	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE			UNIDAD	UNIDAD	1.600	3.200	3.700	11.840.000
14	10241	42222008-003	FILTRO PARA NUTRICION PARENTERAL			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	5.400	10.800	30.345	327.726.000
15	10154	42271702-999	HALO CEFALICO			UNIDAD	UNIDAD	30	60	690.000	41.400.000
16	3550	42271702-999	HALO CEFALICO			UNIDAD	UNIDAD	20	40	690.000	27.600.000
17	10155	42271702-999	HALO CEFALICO			UNIDAD	UNIDAD	35	70	690.000	48.300.000
18	2735	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATETER			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	42.700	85.400	2.640	225.456.000
19	4388	41104102-003	LANCETA DESECHABLE			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	68.200	136.400	806	109.938.400
20	9336	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA			UNIDAD	KIT - JUEGO	50	100	423.000	42.300.000
21	9337	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA			UNIDAD	KIT - JUEGO	50	100	423.000	42.300.000
22	9338	42142709-001	SETS DE NEFROSTOMIA			UNIDAD	KIT - JUEGO	50	100	570.000	57.000.000
23	7062	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL			UNIDAD	KIT - JUEGO	100	200	176.880	35.376.000
24	6912	42293603-002	SONDA VESICAL DOBLE VIA			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	550	1.100	17.761	19.537.100
25	2919	42293603-001	SONDA VESICAL			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	8.700	17.400	11.774	204.867.600
26	2922	42293603-001	SONDA VESICAL			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1.400	2.800	6.304	17.651.200
27	2948-2	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	7.150	14.300	66.667	953.338.100
28	2947-2	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1.350	2.700	66.467	179.460.900
29	7255 -1	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL			UNIDAD	KIT - JUEGO	550	1.100	229.667	252.633.700
30	7256-1	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL			UNIDAD	KIT - JUEGO	1.300	2.600	229.667	597.134.200
31	2972	42293603-007	SONDA PEZZER			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	200	400	23.467	9.386.800
32	7202	42271903-003	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL			UNIDAD	KIT - JUEGO	850	1.700	325.702	553.693.400
33	3907	42311505-001	VENDA ENYESADA			UNIDAD	ROLLO	7.050	14.100	11.118	156.763.800
34	7011	42311505-001	VENDA ENYESADA			UNIDAD	ROLLO	5.550	11.100	4.717	52.358.700
35	11368	42131702-9999	BATA QUIRURGICA MEDIANA			UNIDAD	PAQUETE	53.250	106.500	40.964	4.362.666.000
36	11373	42131702-9997	BATA QUIRURGICA EXTRAGRANDE			UNIDAD	PAQUETE	29.950	59.900	37.244	2.230.915.600
TOTAL											12.166.700.596

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Rotela
Jefe de Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Julian Morales Doñel
Jefe de Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Aleta Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PARAGUÁI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Debe decir:

ÍTEM	CÓDIGO SIH	CÓDIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO DNCP	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	2457	42182002-001	ANOSCOPIO			UNIDAD	UNIDAD	300	600	25.929	15.557.400
2	3850	41104112-001	BOLSITA COLECTORA DE ORINA PARA ANÁLISIS			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	600	1.200	1.492	1.790.400
3	2491	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	2.750	5.500	45.058	247.819.000
4	2775	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	950	1.900	35.033	66.562.700
5	9762	42142402-006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	150	300	401.667	120.500.100
6	7258-1	42221504-001	CATETER DOBLE DIRIGIBLE DESCARTABLE			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	300	600	299.333	179.599.800
7	7258-2	42221504-001	CATETER DOBLE DIRIGIBLE DESCARTABLE			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	500	1.000	398.102	398.102.000
8	9273	42221503-002	CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO			UNIDAD	KIT - JUEGO	550	1.100	256.479	282.126.900
9	2979	42221503-007	CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO			UNIDAD	KIT - JUEGO	150	300	249.088	74.726.400
10	9274	42221503-007	CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO			UNIDAD	KIT - JUEGO	6	12	285.883	3.430.596
11	6763	42221503-004	CATETER PERCUTANEO			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	1.258.333	125.833.300
12	3846	41104112-002	COLECTOR / CONTENEDOR DE ORINA			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1.750	3.500	33.000	115.500.000
13	5941	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE			UNIDAD	UNIDAD	1.600	3.200	3.700	11.840.000
14	10241	42222008-003	FILTRO PARA NUTRICION PARENTERAL			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	5.400	10.800	37.084	400.507.200
15	10154	42271702-999	HALO CEFALICO			UNIDAD	UNIDAD	30	60	690.000	41.400.000
16	3550	42271702-999	HALO CEFALICO			UNIDAD	UNIDAD	20	40	690.000	27.600.000
17	10155	42271702-999	HALO CEFALICO			UNIDAD	UNIDAD	35	70	690.000	48.300.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. *[Firma]*
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. *[Firma]*
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. *[Firma]*
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. *[Firma]*
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. *[Firma]*
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

ÍTEM	CÓDIGO SIH	CÓDIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO DNCP	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
18	2735	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATETER			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	42.700	85.400	3.992	340.916.800
19	4388	41104102-003	LANCETA DESECHABLE			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	68.200	136.400	806	109.938.400
20	9336	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA			UNIDAD	KIT - JUEGO	50	100	423.000	42.300.000
21	9337	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA			UNIDAD	KIT - JUEGO	50	100	423.000	42.300.000
22	9338	42142709-001	SETS DE NEFROSTOMIA			UNIDAD	KIT - JUEGO	50	100	570.000	57.000.000
23	7062	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL			UNIDAD	KIT - JUEGO	100	200	176.880	35.376.000
24	6912	42293603-002	SONDA VESICAL DOBLE VIA			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	550	1.100	28.239	31.062.900
25	2919	42293603-001	SONDA VESICAL			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	8.700	17.400	12.341	214.733.400
26	2922	42293603-001	SONDA VESICAL			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1.400	2.800	10.000	28.000.000
27	2948-2	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	7.150	14.300	66.667	953.338.100
28	2947-2	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1.350	2.700	66.467	179.460.900
29	7255 -1	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL			UNIDAD	KIT - JUEGO	550	1.100	229.667	252.633.700
30	7256-1	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACION NASOYEYUNAL			UNIDAD	KIT - JUEGO	1.300	2.600	229.667	597.134.200
31	2972	42293603-007	SONDA PEZZER			UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	200	400	23.467	9.386.800
32	7202	42271903-003	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL			UNIDAD	KIT - JUEGO	850	1.700	379.635	645.379.500
33	3907	42311505-001	VENDA ENYESADA			UNIDAD	ROLLO	7.050	14.100	12.518	176.503.800
34	7011	42311505-001	VENDA ENYESADA			UNIDAD	ROLLO	5.550	11.100	5.233	58.086.300
TOTAL											5.934.746.596

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Julian Morales Doncel
Jefe Departamento de Liquidaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración