



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 092/2025 de fecha 10 de diciembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 092-021/2025

POR LA QUE SE APRUEBAN LA ACLARACIÓN N° 1; LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2024 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 20/2022 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS – SOLPED N° 114000260 Y N° 114000261”; Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2676/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 09 de diciembre de 2025, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 1397/2025, de fecha 09 de diciembre de 2025, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la aprobación de la Aclaración N° 1, la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitación Pública Nacional N° 11/2024 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 20/2022 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS – SOLPED N° 114000260 Y N° 114000261”, con ID N° 445.273; y la modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaración N° 1 y la modificación parcial, representan aclaraciones y modificaciones realizadas sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz por consultas realizadas por los potenciales oferentes y las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional), que son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Logística de Suministro de Salud;

Que, en atención a lo expuesto anteriormente se solicita la aprobación de la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) sino que la misma es descargada del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) para ser presentada con el formulario correspondiente;

Que, la propuesta en cuestión, cuenta con el aval de la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones; y el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y

FDG.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSEFRÁN DIETRICH
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 092/2025 de fecha 10 de diciembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 092-021/2025

Logística, garantizando así sus conformidades, en los términos del Memorando DOP/DLI1/N° 1397/2025, de fecha 09 de diciembre de 2025 y el Formulario de Recepción de Expedientes para tratamiento por parte del Consejo de Administración del IPS, suscritos por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1°) Aprobar la Aclaración N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 11/2024 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 20/2022 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS – SOLPED N° 114000260 Y N° 114000261”, con ID N° 445.273, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 14 (catorce) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2°) Aprobar la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 11/2024 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 20/2022 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS – SOLPED N° 114000260 Y N° 114000261”, con ID N° 445.273, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 93 (noventa y tres) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 3°) Aprobar la modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de la Licitación Pública Nacional N° 11/2024 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 20/2022 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS – SOLPED N° 114000260 Y N° 114000261”, con ID N° 445.273”, con ID N° 445.273, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍGIZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 092/2025 de fecha 10 de diciembre de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 092-021/2025

las áreas técnicas respectivas, que consta de 12 (doce) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

4°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/mg/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

Resolución C.A. - Página Web IPS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/24
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 20/22 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS N° 114000260 Y N° 114000261"
ID 445.273

ACLARACIÓN N° 1

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 11/24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 20/22 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS N° 114000260 Y N° 114000261", con ID 445.273, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

CONSULTA 1 - LOTE 115 STENT PERIFERICO RENAL

Se le consulta y pide a la Convocante aclarar si en la definición de medidas que necesita está queriendo decir:
Lote 115 - Stent Renal
5mm diámetro x 15 a 19mm de largo
6mm diámetro x 15 a 19mm de largo
7mm diámetro x 15 a 19mm de largo

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 2 - Lote 115 - stent periférico RENAL

Se le pide a la Convocante que acepte Stent para angioplastia renal con aleación de Cromo Cobalto L-605. Y así poder recibir ofertas de stents renales de excelente calidad y abrir la competencia.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 3 - LOTE 1 ITEM 1 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante separar el Item 1 del Lote 1, teniendo en cuenta que este producto no hay disponible actualmente en Paraguay.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

Consulta 4 - LOTE 1 ITEM 1 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante separar el Item 1 del Lote 1, teniendo en cuenta que este producto no hay disponible actualmente en Paraguay

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 5 - LOTE 1 ITEM 2 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar el rango de la presión de ruptura a 18 ATM (+2 ATM) del Cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 6 - LOTE 1 ITEM 4 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar el rango de presión de ruptura de 18 ATM (+2 ATM) del Cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 7 - LOTE 1 ITEM 5 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar la presión de ruptura de 14 a 18 ATM del Cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 8 - LOTE 1 ITEM 6 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar la presión de ruptura de 14 a 18 ATM del Cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 9 - LOTE 1 ITEM 7 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar la presión de ruptura de 14 a 18 ATM del Cateter balón

Stamp: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, ABOG. JAIME CABALLERO, GERENTE, Gerencia de Abastecimiento Tecnológico

Stamp: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, Lic. ANA MARIA CASTRO, Secretaria del Consejo de Administración

Stamp: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, Juan Rotela, Jefe, Sección Gestión de Oferta, Dirección General de Contrataciones

Handwritten signature and stamp area

Stamp: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, Lic. María María Rocholl, Directora, Dirección Operativa de Contrataciones

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 10 - LOTE 1 ITEM 8 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar el rango de presión de ruptura a 18 ATM (+2 ATM) del Cateter balón.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 11 - LOTE 1 ITEM 9 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar el rango de presión de ruptura a 18 ATM (+2 ATM) del cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 12 - LOTE 1 ITEM 10 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar el rango de la presión de ruptura de 18 ATM (+2 ATM) del cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 13 - LOTE 1 ITEM 11 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar el rango de presión de ruptura de 18 ATM (+2 ATM) del Cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 14 - LOTE 1 ITEM 12 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar el rango de presión de ruptura de 18 ATM (+2 ATM) del Cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 15 - LOTE 1 ITEM 13 CATETER BALON

Se solicita amablemente a la Convocante ampliar el rango de presión de ruptura de 18 ATM (+2 ATM) del Cateter balón

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 16 - LOTE 2 COILS

Se solicita a la Convocante separar el LOTE 2 en items, a fin de dar oportunidad a mayor número de oferentes

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 17 - LOTE 108 INTRODUTOR ARTERIAL

Se solicita a la convocante ampliar el rango de la longitud del introductor de 7 a 10 cm, ya que la medida solicitada corresponde a un introductor pediátrico

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 18 - LOTES 66 al 99 CATETER GUIA TERAPEUTICO

Se solicita a la Convocante se pueda cotizar Cateter guia terapeutico con malla de trenzado doble de acero inoxidable u otra tecnología similar, de esta manera dar oportunidad a otros oferentes

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

Consulta 19 - LOTE 115 STENT RENAL

Se solicita a la Convocante se pueda cotizar Stent renal montado en balón semi complaciente con presión de insuflado de 14 ATM (+2 ATM) así como también poder cotizar guías de alambre de 0,035".

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 20 - CAPACIDAD TECNICA * Requisitos documentales para evaluar

Donde dice: Documento expedido por DINAVISA Tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuenten con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos. Solicitamos: Se le solicita a la Convocante que exprese y aclare cómo se llama el "Documento" que se pretende emita la DINAVISA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
A Dgo. Jaime Caballero
GERENTE
Dirección de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Rotela
Jefe
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANGELINA MARIA CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración



(Tecnovigilancia) y cómo se gestiona, ya que no es de uso habitual, y no se encuentra en el menú de Certificados / Constancias que emite regularmente la DINAVISA (Tecnovigilancia). Este tipo de consulta es potestad y responsabilidad de la Convocante, y debería realizarla DIRECTAMENTE a la DINAVISA (Tecnovigilancia) en una consulta VINCULANTE y PÚBLICA sobre un producto ESPECÍFICO que le genere duda razonable al momento de la evaluación de Ofertas.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

En la columna Especificaciones técnicas pagina 24/124: solicitamos aclarar si se trata de un error de tipeo donde solicitan como dato en el empaque individual a: NOMBRE DE LA DROGA. favor eliminar ese requerimiento si se trata de un error ya que éste dispositivo no contiene fármacos.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

Consulta 22 - CAPACIDAD TECNICA

Se solicita a la Convocante a eliminar el sgte punto "Documento que avale la Experiencia de uso mínimo de 5 años en el Mercado Paraguayo y/o Internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización" ya que DINAVISA no emite ninguna documentación al respecto

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

Consulta 23 - CAPACIDAD TECNICA

Se solicita a la Convocante a eliminar este punto "Documento expedido por DINAVISA tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos" ya que DINAVISA no emite ninguna documentación al respecto.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

Consulta 24 - LOTE 1

Se respetuosamente a la convocante la separación del lote 1, ya que solicita una medida de balón que sólo cierra la posibilidad de participación a una sola empresa en el país. Considerando que la modalidad por ítem permite la participación de empresas de diferentes tamaños y especialidades, lo que fomenta una competencia más equitativa y transparente. Las empresas pueden ofrecer sus mejores condiciones para cada ítem específico, beneficiando así a la entidad convocante con opciones más variadas y competitivas.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 25 - Experiencia requerida

Demostrar la experiencia en provisión de Insumos de Hemodinamia y/o Neuroradiología según corresponda) con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. solicitamos a la Convocante aceptar demostrar la Experiencia en Provisión de Insumos de Hemodinamia y/o Neuroradiología y/o Insumos médicos y/o dispositivos médicos y/o medicamentos. Teniendo en cuenta que con esa modificación fomanta la participación de potenciales oferentes con marcas mundialmente utilizadas y certificadas por organismos Internacionales como la FDA

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 26 –CAPACIDAD TECNICA: Requisitos documentales para evaluar

Se solicita a la Convocante a eliminar el siguiente punto " Documento expedido por DINAVISA Tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos" ya que DINAVISA no emite la documentación solicitada.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 27 - LOTE 1/ITEM 2

Donde dice: CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante la aclaración de la solicitud de X 6 a 8 MM DE LONGITUD. Se hace referencia a un rango de tener todas las medidas a partir de 6cm hasta 8cm o un rango de medidas dando opciones dentro de ese rango.

RESPUESTA: El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jorge Rojas
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratos

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

CONSULTA 28 - EXPERIENCIA REQUERIDA

El pliego solicita Documento que avale la Experiencia de uso mínimo de 5 años en el Mercado Paraguayo y/o Internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización. LO CONSIGNADO ES UNA LIMITANTE INNECESARIA QUE SOLO FAVORECE A UNOS POCOS PROVEEDORES. LA COMERCIALIZACIÓN DE UN PRODUCTO ES AUTORIZADA CON LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO. LA INCLUSIÓN DE UNA ANTIGÜEDAD O PLAZO EN AÑOS POSTERIOR A ELLO ES TÉCNICAMENTE INNECESARIA, MÁS AÚN CUANDO YA SE REQUIERE CERTIFICACIONES FDA O CE QUE APRUEBAN EL USO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 29 – DOCUMENTO EXPEDIDO POR DINAVISA TECNOVIGILANCIA

El Pliego solicita: Documento expedido por DINAVISA Tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/o Internacional de provisión y utilización de estos productos. LO REQUERIDO ES UNA LIMITANTE TÉCNICAMENTE INNECESARIA, MÁS AUN CUANDO NUEVAMENTE PRETENDE APLICAR UN PLAZO IRRACIONAL DE 5 AÑOS. LOS PRODUCTOS YA SON RESPALDADOS POR SU CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO Y LOS CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE USO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. TAMPOCO DINAVISA PODRÍA AVALAR LA SITUACIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 30 - MUESTRAS

Referente a las muestras solicitamos que en caso de productos que solo se diferencien por las medidas, pueda ser presentada una sola muestra acompañada de la declaración jurada correspondiente de que en caso de adjudicación de distinta medida, será entregada el producto debido. otro lado, la modificación mencionada no afecta la composición ni aplicación del medicamento

RESPUESTA: Se aclara que en el mismo se encuentra incluido dicho requisito de la siguiente manera: *“En caso de ofertarse en varios lotes-ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el lote-ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada. El Oferente deberá ajustarse a la última versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 02 de octubre de 2024.-*

CONSULTA 31 - ADJUDICACIÓN POR LOTE

Este proceso ha establecido el sistema de adjudicación por LOTE. Solicitamos se opte por la adjudicación por ítems que permite una mayor participación a los oferentes, tal como lo ha establecido en varias ocasiones la DNCP.

RESPUESTA: El Oferente deberá ajustarse a la última versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 02 de octubre de 2024.

CONSULTA 32 - ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

Por las cantidades requeridas, solicitamos la implementación del SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

RESPUESTA: El Oferente deberá ajustarse a la última versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 02 de octubre de 2024.




CONSULTA 33 - LOTE 1/ITEM 3

Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 34 - LOTE 1/ITEM 3

Donde dice: CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante la aclaración de la solicitud de X 12 a 15 MM DE LONGITUD. Se hace referencia a un rango de tener todas las medidas a partir de 12cm hasta 15cm o un rango de medidas dando



opciones dentro de ese rango.

RESPUESTA: Se aclara que se refiere a un rango de medidas dando opciones de ofertar dentro de ese rango, por lo que el Oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 35 - LOTE 1/ITEM 4.

Donde dice: CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 20 a 25 MM DE LONGITUD. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante la aclaración de la solicitud de X 20 a 25 MM DE LONGITUD. Se hace referencia a un rango de tener todas las medidas a partir de 12cm hasta 15cm o un rango de medidas dando opciones dentro de ese rango.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 36 - LOTE 1/ITEM 4

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 37 - LOTE 1/ITEM 5

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 38 - LOTE 1/ITEM 6

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 39 - LOTE 1 / ITEM 7

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 40 - LOTE 1/ITEM 7

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 41 - LOTE 1/ITEM 8

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gestión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Rafaela
Secretaría de Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia M. Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABYANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 42 - LOTE 1/ITEM 10

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 43 - LOTE 1/ITEM 9

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 44 - LOTE 1/ITEM 10

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.

CONSULTA 45 - LOTE 1/ITEM 11

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 46 - LOTE 1/ITEM 12

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 47 - LOTE 1/ITEM 12

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 48 - LOTE 1/ITEM 13

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abel Jaime Caballero
GERENTE
de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Rotela
Secretario de Gestion de Utiel
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alejandra Maria Recholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANGELINA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 49 - Documento Expedido por DINAVISA que el producto NO cuenta con una reacción o incidente adverso registrado como mínimo 5 años registrado en Mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos Principio d) Igualdad y Libre Competencia.

Se le solicita a la Convocante que exprese y aclare cómo se llama el "Documento" que se pretende emita la DINAVISA (Tecnovigilancia) y cómo se gestiona, ya que no es de uso habitual, y no se encuentra en el menú de Certificados / Constancias que emite regularmente la DINAVISA (Teconovigilancia). Este tipo de consulta es potestad y responsabilidad de la Convocante, y debería realizarla DIRECTAMENTE a la DINAVISA (Tecnovigilancia) en una consulta VINCULANTE y PÚBLICA sobre un producto ESPECÍFICO que le genere duda razonable al momento de la evaluación de Ofertas

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 50 - LOTE 1/ITEM 13

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 51 - LOTE 1/ITEM 14

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 52 - LOTE 1/ITEM 15

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 53 - LOTE 1/ITEM 14

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-



CONSULTA 54 - LOTE 1/ITEM 16

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 55 - LOTE 1/ ITEMS 5 AL 7

• Donde dice: PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de medidas de la presión de ruptura a PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 14 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO.



RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 56 - CAPACIDAD TECNICA: Requisitos documentales para evaluar.

Se solicita a la Convocante a eliminar este Requisito "Documento expedido por DINAVISA tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos" debido a que DINAVISA no expide la documentación solicitada

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 57 - LOTE 3 Y 4 ITEM 1

Donde dice: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" x... Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar las guías con pulgadas de 0.021 a 0.025". Solicitamos a la convocante considerar un rango de variación solicitada con el fin de dar mayor oportunidad a más oferentes a la participación en el presente llamado

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 58 - CAPACIDAD TÉCNICA – Documentos para evaluar capacidad técnica

DONDE DICE: Documento que avale la Experiencia de uso mínimo de 5 años en el Mercado Paraguayo y/o Internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización. Se consulta si los contratos de provisión avalan lo solicitado; o Favor especificar a qué documento se refiere y quién debe expedirlo, con la redacción actual no es posible determinar el documento que se debe presentar, en contraposición a lo que indica la ley 2051/03 en su artículo 20 que establece que: "...las especificaciones deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante..."

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 59 - CAPACIDAD TÉCNICA – Documentos para evaluar capacidad técnica

Documento expedido por DINAVISA Tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos.

Se solicita excluir el requisito por no ser un requisito técnicamente indispensable, limitando la concurrencia y que supone favorecer a determinadas marcas del mercado, en contraposición a los principios que rigen la Ley 2051/03.

Favor explicar el motivo por el cual es técnicamente indispensable la antigüedad de 5 años de un producto en el mercado nacional, porque un producto con la mejor tecnología pudo haber sido registrado y comercializado en el país hace por ejemplo solo 3 años, pudiendo ser de mejor calidad que un material registrado con anterioridad que incluso puede ser obsoleto por su antigüedad.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 60 - CAPACIDAD TÉCNICA – Documentos para evaluar capacidad técnica

DONDE DICE: "El oferente deberá presentar cualquier documentación de Origen o aclaratorio debidamente autenticado, que podrá ser solicitado por la Comisión Evaluadora durante la Etapa de Evaluación." Se solicita excluir el requisito, considerando que los criterios de evaluación y calificación deben ser establecidos de manera clara y objetiva en el Pliego de Bases y Condiciones, y el presente requisito, habilita a solicitar cualquier documento no previsto en el llamado, pudiendo comprometer seriamente el principio de igual y transparencia y publicidad, al habilitar a solicitar documentos que favorecen a un oferente para una eventual descalificación de la competencia

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 61 - LOTE 21 Y 22 / ITEM 1

Donde dice: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" x... Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar las guías con pulgadas de 0.021 a 0.025". Solicitamos a la convocante considerar un rango de variación solicitada con el fin de dar mayor oportunidad a más oferentes a la participación en el presente llamado.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 62 - LOTE 27 Y 28

Donde dice: ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL TITANIO 0,025 PUNTA RECTA.... Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si se requiere un alambre guía con núcleo de nítidol.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Roteira
Jefe
Secretaría de Gestión de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 63 - LOTE 34-35 ALAMBRE GUIA

DONDE DICE: ALAMBRE GUÍA 0.014 PUNTA J O RECTAS Solicitamos a la convocante solicitar solor rectas.

1. Facilidad de acceso: La punta recta permite un acceso más directo a las lesiones, facilitando la navegación a través de tortuosidades y curvaturas en las arterias.
2. Control y precisión: La punta recta proporciona un mejor control y precisión durante la manipulación, lo que puede ser crucial en lesiones complejas o en anatomías difíciles.
3. Menor riesgo de traumatismo: Al no tener una curva, el alambre guía recto puede reducir el riesgo de perforación accidental o daños en la pared arterial.
4. Versatilidad: Este tipo de alambre puede ser más versátil en situaciones donde se necesita cambiar de trayectoria, ya que la punta recta puede adaptarse mejor a diferentes configuraciones anatómicas.
5. Mejor visibilidad: La punta recta puede ser más fácil de visualizar durante la fluoroscopia, lo que ayuda a los operadores a monitorear su posición y evitar complicaciones.
6. Facilidad de intercambio: En algunos casos, el alambre guía recto puede facilitar el intercambio con otros dispositivos, como balones, debido a su perfil más lineal.
7. Menor posibilidad de atrapamiento: La forma recta puede reducir la posibilidad de que el alambre se atrape en estructuras vasculares o en el propio dispositivo que se está utilizando

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 64 - LOTE 32

Donde dice: Hidrofilica: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofilico

Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar material de núcleo en la parte distal (nitído) y en la parte proximal acero inoxidable.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 65 - LOTE 43-44-45-46-47-48-49-50

Donde dice:... CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el rango de la capacidad de soportar una presión de hasta 1000 PSI.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 66 - LOTE 33

ALAMBRE GUIA 0.014 X 170 A 200CM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA PARA OCLUSIONES CRONICAS. HIDROFILICA: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofilico. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar material de núcleo en la parte distal (nitído) cubierto de polímero y en la parte proximal acero inoxidable

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 67 - LOTE 37-LOTE 38-LOTE 39-LOTE 40

Donde dice:... CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el rango de la capacidad de soportar una presión de hasta 1000 PSI.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 68 - LOTE 60

Donde dice: CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 4 FRENCH... Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante la aclaración de la curva tipo NIH CORDIS.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 69 - LOTE 58

Donde dice:... CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el rango de la capacidad de soportar una presión de hasta 1000 PSI.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 70 - LOTE 55-56

Donde dice:... CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el rango de la capacidad de soportar una presión de hasta 1000 PSI.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 71 - LOTE 52-53

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan P. P. P.
Secretaría de Gestión de Clientes
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Kocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Donde dice:... CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el rango de la capacidad de soportar una presión de hasta 1000 PSI

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 72 - LOTE 72

Donde dice: CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100CM DE LONGITUD Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el largo del catéter de 90 a 100 cm

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 73 - LOTE 75-76

Donde dice:... CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el rango de la capacidad de soportar una presión de hasta 1000 PSI

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 74 - ALAMBRE GUÍA

Donde dice: ... ALAMBRE GUIA 0,035 x 140 a 180 cm longitud... Consulta: Solicitamos a la convocante considerar un rango de variación de +- 10 cm en la longitud solicitada con el fin de dar mayor oportunidad a más oferentes a la participación en el presente llamado

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 75 - EETT LOTE 1 CATETER BALON

Solicitamos a la convocante aclarar los diámetros del lote 1 porque difieren entre las Especificaciones Técnicas y la Descripción del Artículo según CBDM.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 76 - EETT LOTE 1 CATETER BALON

Para el Lote 1, correspondiente a los CATETER BALON NO COMPLACIENTES solicitamos a la convocante ampliar el rango de presión de ruptura de 18 a 20 ATM, a fin de no direccionar innecesariamente la compra a un solo proveedor, por otro lado se debe tener en cuenta que este rango se solicita también en el ítem 1 del mismo lote por lo cual no vemos porque el IPS exige para todos los demás ítems del lote 1 un rango distinto

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 77 - EETT LOTE 1 CATETER BALON - PRESENTACION DEL PRODUCTO

Para el Lote 1, correspondiente a los CATETER BALON SEMICOMPLACIENTES solicitamos a la convocante ampliar el rango de presión de ruptura de 14 a 18 ATM, a fin de no direccionar innecesariamente la compra a un solo proveedor.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 78 - EETT LOTE 1 CATETER BALON

Para el Lote 1, correspondiente a los CATETER BALON SEMICOMPLACIENTES solicitamos a la convocante ampliar el rango de presión de ruptura de 14 a 18 ATM, a fin de no direccionar innecesariamente la compra a un solo proveedor.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 79 - SISTEMA DE ADJUDICACION - SEPARACION DE ITEMS LOTE N° 1

Solicitamos a la convocante separar el Lote 1 CATETER BALON en LOTES INDIVIDUALES, ya que son diferentes tipos de catéteres, esto a fin de no direccionar la compra de los 19 ítems contenidos en el LOTE a un solo proveedor, se propone además esta posibilidad en consideración que en el mismo PBC los productos "alambre guía" se solicitan en lotes individuales que van del lote 3 al 36.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 80 - EETT CATETER GUIA

Solicitamos a la convocante para los Lotes 66, 68, 70, 72, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 y 98, CATETER GUIA, donde dice: "...LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,071 PARA 6 FRENCH..." se solicita a la convocante

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Rocela
Jefe
Sección Sesión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

reformular las EETT de la siguiente manera: "...LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,070 PARA 6 FRENCH..." a fin de no dirección la compra a un solo proveedor y así promover la mayor participación de potenciales oferentes.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 81 - EETT CATETER GUIA - ANTIGUEDAD 5 AÑOS

En cuanto al producto ALAMBRE GUIA que va desde el lote 3 al 36, la convocante solicita lo siguiente: Experiencia mínima de 5 años en el mercado paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Solicitamos amablemente a la convocante la exclusión del referido requisito esto en atención a que exigir por un lado una antigüedad de 5 años en el mercado paraguayo o internacional limita la libre participación de potenciales oferentes, esto considerando que la antigüedad de un registro o un producto no podría acreditar la calidad técnica del producto sino que la misma se garantiza a través de los procesos de fabricación del producto ofertado, procesos de fabricación que son acreditados por certificaciones internacionales tales como la FDA o CE o ISO 13485, por otro lado en cuanto a lo mencionado: "sin notificación a vigilancia sanitaria", se solicita su exclusión debido a la ambigüedad con la cual se encuentra redactada esto porque la DINAVISA no emite certificaciones de esta índole sobre puntuales productos y por otro lado porque en caso de dudas sobre el producto debe ser el IPS quien debería solicitar informes a la DINAVISA sobre los productos ofertados.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 82 - EETT LOTE N° 106 INTRODUTOR ARTERIAL

EN EL LOTE 106 DONDE MENCIONA: "INTRODUCTOR RADIAL HIDROFILICO: Introducutor arterial radial con recubrimiento hidrofílico M Coat, tamaños de 5 FR, largos de 10 cm, válvula hemostática unidireccional de diseño corte cruzado, dilatador de suave transición y broche de presión para mayor control con la vaina. Miniguía de 0,025 y 45 cm de largo, catéter de punción de 20G y 1 ¼ de largo. Con conector lateral con llave de 3 vías + un ojo de sutura para fijación. Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. SOLICITAMOS AMPLIAR las EETT en cuanto a: LARGO DEL INTRODUTOR: DE 7 CM A 11CM MINIGUÍA: DE 0,021 A 0,025" AGUJA: DE 20 G sin indicación del largo Esto en consideración que de la forma en la que se encuentra redactada el PBC se colige que la misma siendo tan específica en sus características se encuentra direccionada a una empresa en particular.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 83 - EETT LOTE N° 106 INTRODUTOR RADIAL

EN EL LOTE 107 DONDE MENCIONA: "INTRODUCTOR RADIAL HIDROFILICO: Introducutor arterial radial con recubrimiento hidrofílico M Coat, tamaños de 6 FR, largos de 10 cm, válvula hemostática unidireccional de diseño corte cruzado, dilatador de suave transición y broche de presión para mayor control con la vaina. Miniguía de 0,025 y 45 cm de largo, catéter de punción de 20G y 1 ¼ de largo. Con conector lateral con llave de 3 vías + un ojo de sutura para fijación. Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento." SOLICITAMOS AMPLIAR las EETT en cuanto a: LARGO DEL INTRODUTOR: DE 7 CM A 11CM MINIGUÍA: DE 0,021 A 0,025" AGUJA: DE 20 G sin indicación del largo Esto en consideración que de la forma en la que se encuentra redactada el PBC se colige que la misma siendo tan específica en sus características se encuentra direccionada a una empresa en particular

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

CONSULTA 84 - EETT LOTE N° 106 INTRODUTOR RADIAL

EN EL LOTE 106 DONDE MENCIONA: "INTRODUCTOR RADIAL HIDROFILICO: Introducutor arterial radial con recubrimiento hidrofílico M Coat, tamaños de 5 FR, largos de 10 cm, válvula hemostática unidireccional de diseño corte cruzado, dilatador de suave transición y broche de presión para mayor control con la vaina. Miniguía de 0,025 y 45 cm de largo, catéter de punción de 20G y 1 ¼ de largo. Con conector lateral con llave de 3 vías + un ojo de sutura para fijación. Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. SOLICITAMOS AMPLIAR las EETT en cuanto a: LARGO DEL INTRODUTOR: DE 7 CM A 11CM MINIGUÍA: DE 0,021 A 0,025" AGUJA: DE 20 G sin indicación del largo Esto en consideración que de la forma en la que se encuentra redactada el PBC se colige que la misma siendo tan específica en sus características se encuentra direccionada a una empresa en particular

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Última versión.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Angela Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Angela Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ALVA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

CONSULTA 85 - EXPERIENCIA REQUERIDA

La convocante cita lo siguiente: Demostrar la experiencia en provisión de Insumos de Hemodinamia y/o Neuroradiología según corresponda) con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 2023) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Se solicita reformular de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en provisión de Dispositivos médicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 2023) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. En atención que los insumos de hemodinamia se encuentran clasificados según el ente regulador como Dispositivos médicos y alcanzados por la misma regulación sanitaria

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 86 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia.

La convocante cita lo siguiente: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final en provisión de Insumos de Hemodinamia y/o Neuroradiología (según corresponda), expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019 2020 2021 2022 2023). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Se solicita reformular de la siguiente manera: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final en provisión de Dispositivos médicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019 2020 2021 2022 2023). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). En atención que los insumos de hemodinamia se encuentran clasificados según el ente regulador como Dispositivos médicos y alcanzados por la misma regulación sanitaria.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 87 - CAPACIDAD TECNICA

En el punto donde menciona: "El Oferente deberá presentar cualquier documentación de Origen o aclaratorio debidamente autenticado, que podrá ser solicitado por la Comisión Evaluadora durante la Etapa de Evaluación" Se solicita a la convocante aclarar expresamente cuáles serán los documentos a ser solicitadas por la convocante, teniendo en cuenta el artículo 45 de la ley 7021/22 donde menciona: "...En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes Y DEBERÁN SER SUFICIENTEMENTE CLARAS, OBJETIVAS E IMPARCIALES PARA EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE..."

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 88 - EETT CATETER GUIA - ANTIGUEDAD 5 AÑOS




En cuanto al producto CATETER GUIA que va desde el lote 66 al 82 y 84 al 99 la convocante solicita lo siguiente: Experiencia mínima de 5 años en el mercado paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Solicitamos amablemente a la convocante la exclusión del referido requisito esto en atención a que exigir por un lado una antigüedad de 5 años en el mercado paraguayo o internacional limita la libre participación de potenciales oferentes, esto considerando que la antigüedad de un registro o un producto no podría acreditar la calidad técnica del producto sino que la misma se garantiza a través de los procesos de fabricación del producto ofertado, procesos de fabricación que son acreditados por certificaciones internacionales tales como la FDA o CE o ISO 13485, por otro lado en cuanto a lo mencionado: "sin notificación a vigilancia sanitaria", se solicita su exclusión debido a la ambigüedad con la cual se encuentra redactada esto porque la DINAVISA no emite certificaciones de esta índole sobre puntuales productos y por otro lado porque en caso de dudas sobre el producto debe ser el IPS quien debería solicitar informes a la DINAVISA sobre los productos ofertados.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 89 - EETT INTRODUTOR ARTERIAL

Se solicita a la convocante reformular las especificaciones técnicas de los lotes 106 y 107 de INTRODUTOR ARTERIAL teniendo como referencia el lote 119 de INTRODUTOR ARTERIAL, con el fin de evitar direccionar la compra, teniendo así especificaciones técnicas más simples y con la mayor amplitud posible con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-



CONSULTA 90 - ITEM 6 – Suero Fisiológico Solución

En el punto donde la convocante solicita lo siguiente: Documento que avale la Experiencia de uso mínimo de 5 años en el mercado paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 91 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta

En el punto donde la convocante solicita lo siguiente: Documento que avale la Experiencia de uso mínimo de 5 años en el mercado paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización. Solicitamos amablemente a la convocante la exclusión del referido requisito esto en atención a que exigir por un lado una antigüedad de 5 años en el mercado paraguayo o internacional limita la libre participación de potenciales oferentes, esto considerando que la antigüedad de un registro o un producto no podría acreditar la calidad técnica del producto sino que la misma se garantiza a través de los procesos de fabricación del producto ofertado, procesos de fabricación que son acreditados por certificaciones internacionales tales como la FDA o CE o ISO 13485, por otro lado en cuanto a lo mencionado: “sin notificación a vigilancia sanitaria”, se solicita su exclusión debido a la ambigüedad con la cual se encuentra redactada esto porque la DINAVISA no emite certificaciones de esta índole sobre puntuales productos y por otro lado porque en caso de dudas sobre el producto debe ser el IPS quien debería solicitar informes a la DINAVISA sobre los productos ofertados.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 92 - CAPACIDAD TECNICA - TECNOVIGILANCIA

En el punto donde dice: “Documento expedido por DINAVISA Tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos.” Solicitamos a la convocante aclarar el documento solicitado en el enunciado mencionado y explicar cómo tramitar dicho documento ya que su uso no es habitual. La convocante tiene la facultad de realizar dicha consulta a la DINAVISA en caso de tener duda razonable sobre durante la evaluación

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 93 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES – LOTE 1 Y 2

Solicitamos a la convocante modificar el plazo de entrega de la siguiente manera: Cantidades correspondientes al monto mínimo: 20% hasta los 20 (veinte) días hábiles. Saldo hasta los 30 (treinta) días hábiles. Debido a que los productos deben ser importados.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 94 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES PARA LOS LOTES 3 AL 123

20% hasta los 20 (veinte) días hábiles. Saldo hasta los 30 (treinta) días hábiles. Debido a que los productos deben ser importados.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 95 – LOTE 106

DONDE DICE: KIT DE INTRODUTOR ARTERIAL RADIAL DE 5 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUTOR ARTERIAL) INTRODUTOR ARTERIAL tamaños de 6 FR, largos de 10 cm,.. CONSULTA: Se solicita a la convocante aclarar los french solicitados para el lote, en la descripción solicita 5F, en las eett solicita de 6F, también solicitamos que el largor sea como mínimo de 10cm o una variación de +/- 2 cm de longitud

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 96 - LOTE 107

DONDE DICE: largos de 10 cm, Consulta: solicitamos que el largor sea como mínimo de 10cm o una variación de +/- 2 cm de longitud

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 97 - Precio de Referencia

Solicitamos a la convocante verificar nuevamente los precio de referencia ya que los productos ofertados son importados y han cambiado considerablemente los precio este año.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 98 - Capacidad Técnica

Donde Dice Documento expedido por DINAVISA Tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos. solicitamos a la convocante debido a la cantidad excesiva de productos a presentarse en esta licitación elimine este requisito ya que la DINAVISA no expide documentos por cada producto ofertado, también la convocante puede solicitar a DINAVISA si el producto ofertado registra alguna rección o incidente adverso debido a su utilización en el mercado

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el PBC Ultima versión.-

CONSULTA 99 - MUESTRAS

Solicitamos a la Convocante que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el lote-ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.

RESPUESTA: Se aclara que el mismo se encuentra incluido dicho requisito de la siguiente manera: “En caso de ofertarse en varios lotes-ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el lote-ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada”.

El Oferente deberá ajustarse a la última versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 02 de octubre de 2024.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Rocchó
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Rocchó
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Rocchó
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Resolución C.A. - Página 3 de 3



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/24
 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA
 LPN 20/22 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS N° 114000260 Y N° 114000261"
 ID 445.273

MODIFICACIÓN PARCIAL

1. EN LA SECCIÓN REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - CAPACIDAD FINANCIERA, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

DONDE DICE

- Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que **1,15** en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.
- **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a **0,80** en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.
- **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.
- **Capital Operativo** (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al **15 %** (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, **deberá ser por el monto máximo del llamado**), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.

Contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- **Eficiencia: (Ingreso/Egreso):** Deberá ser igual o mayor que **1,15** el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos, 2021, 2022 y 2023.

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,15 en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto	<i>40 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>10 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.</i>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alcides Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Juan Roteira
 Gerente
 Sección Gestión de Onera
 Dirección Operativa de Contratación

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alcides Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria de Consejo de Administración



<p>máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.</p>			
--	--	--	--

DEBE DECIR

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que **1,15** en promedio, en los años **2022, 2023 y 2024.**
- **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años **2022, 2023 y 2024.**
- **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años **2022, 2023 y 2024.**
- **Capital Operativo** (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, **deberá ser por el monto máximo del llamado),** lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (**2024**) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.

Contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que **1,15** el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos, **2022, 2023 y 2024.**

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,15 en promedio, en los años 2022, 2023 y 2024.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2022, 2023 y 2024.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2022, 2023 y 2024.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto	<i>40 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>10 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.</i>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Lorena
 Sección Gestión de Oferta
 Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Kocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 ALICIANA MARIA CASERO
 Secretaria del Consejo de Administración



<p>máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2024) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.</p>			
--	--	--	--

2. SECCIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN – EXPERIENCIA REQUERIDA, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

Donde dice:

Demostrar la experiencia en provisión de Insumos de Hemodinamia y/o Neuroradiología (según corresponda) con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 2023) años. **En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.**

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Demostrar la experiencia en provisión de Insumos de Hemodinamia y/o Neuroradiología (según corresponda) con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 2023) años. <i>En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</i>	40 % como mínimo del porcentaje solicitado	10 % como mínimo del porcentaje solicitado	El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.

Debe decir:

Demostrar la experiencia en provisión de **Dispositivos Médicos** con **Contratos y/o Facturas** a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al **50 %** como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: **5 (cinco) (2020 2021 2022 2023 2024)** años. *En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.*

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Demostrar la experiencia en provisión de Dispositivos Médicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2020 2021 2022 2023 2024) años. <i>En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que</i>	40 % como mínimo del porcentaje solicitado	10 % como mínimo del porcentaje solicitado	El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Roberto
 Sección Gestión de Operaciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 ABIGAIL MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.

3. SECCIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN – REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

Donde dice:

Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final en provisión de Insumos de Hemodinamia y/o Neuroradiología (según corresponda), expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019 2020 2021 2022 2023). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

Debe decir:

Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final en provisión de Dispositivos Médicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2020 2021 2022 2023 2024). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

4. SECCIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN – CAPACIDAD TÉCNICA, SE ELIMINA EL SIGUIENTE PUNTO:

DONDE DICE

- Autorización del Fabricante.
a. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
b. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

La documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Así mismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscrita en el Registro Público de Comercio.

- Resolución de Apertura:
a) Copia Autenticada de la Resolución de Apertura Vigente, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
b) En caso de oferentes, distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras o de productos nacionales), deberá presentar copia autenticada de la resolución de apertura vigente de ambos, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos Médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
c) En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto deberán presentar oferente y fabricante, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

En caso de que la documentación se encuentra vencida deberá acompañar la Constancia emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de que el mismo se encuentra en trámite de Renovación, y que este Ente certifique que interin, el/los producto/s pueden seguir siendo comercializados y/o importados.

- Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

En caso de que la documentación se encuentra vencida deberá acompañar la Constancia emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de que el mismo se encuentra en trámite de Renovación, y que este Ente certifique que interin, el/los producto/s pueden seguir siendo comercializados y/o importados

Stamp: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, Abg. Jaime Caballero, Gerente, Gerencia Administrativa y Logística

Stamp: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, Juan Hoteia, Director Operativa de Contrataciones

Handwritten signature

Stamp: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, Lic. Ana María Rocholl, Directora, Dirección Operativa de Contrataciones

Stamp: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, Abg. ANA MARIA CASTRO, Secretaria del Consejo de Administración



- Certificado de Buenas Practicas

De Fabricación y/o Almacenamiento Vigente según corresponda, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.

El oferente que no sea el fabricante del producto ofertado deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Oferente Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.

- Para los Productos Nacionales: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Fabricante Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

- Para los Productos Importados: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente.

Ambos deberán mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.

Los oferentes que no cuenten con Depósito propio deberán presentar el Contrato de Alquiler con la Empresa Depositaria el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente de la Empresa Titular del Depósito expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del Contrato

- Deberá presentar Copia autenticada del Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea (Traducido al español)

- Documento que avale la Experiencia de uso mínimo de 5 años en el Mercado Paraguayo y/o Internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización.

- Planilla de datos garantizados de cada Lote- ítem ofertado - identificado según corresponda al PBC, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto

- El Oferente deberá presentar cualquier documentación de Origen o aclaratorio debidamente autenticado, que podrá ser solicitado por la Comisión Evaluadora durante la Etapa de Evaluación

- Catálogo de lo ofertado: Se deben presentar catálogos técnicos ilustrativos y hojas técnicas del bien ofertado, traducido al español. Con el catálogo se verificará si lo ofertado corresponde y se ajusta al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentación, etc., que deberá estar de acuerdo a los documentos obrantes en el MSP y BS

DECLARACIONES JURADAS (PRESENTAR TODAS LAS DECLARACIONES EN UNA SOLA HOJA)

- Declaración jurada donde el oferente asume poseer capacidad de suministro en tiempo y forma.
- Declaración jurada del proveedor que posee capacidad de mantener en sus depósitos stock suficiente para la entrega programada según necesidad del IPS., conforme a espacio y disponibilidad del Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM).
- Declaración jurada donde el oferente conoce y acepta el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Documento expedido por DINAVISA Tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos**

- Planilla de precios en Excel en medios magnéticos.

DEBE DECIR

1. Autorización del Fabricante.

- Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
- Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

La documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Así mismo, la documentación podrá ser presentada en copia

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Noreia
 Jefe
 Sección de Gestión de Contrataciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Kocholl
 Jefe
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANAMARÍA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



- disponibilidad del Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM).
 - Declaración jurada donde el oferente conoce y acepta el Pliego de Bases y Condiciones.
11. Planilla de precios en Excel en medios magnéticos.

5. SECCIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN – REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA, SE ELIMINA EL SIGUIENTE PUNTO:

DONDE DICE

- Autorización del Fabricante.
- b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
- c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.
- La documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Así mismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscrita en el Registro Público de Comercio.
- Resolución de Apertura:
- a) Copia Autenticada de la Resolución de Apertura Vigente, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
- b) En caso de oferentes, distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras o de productos nacionales), deberá presentar copia autenticada de la resolución de apertura vigente de ambos, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos Médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
- c) En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto deberán presentar oferente y fabricante, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
- En caso de que la documentación se encuentra vencida deberá acompañar la Constancia emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de que el mismo se encuentra en trámite de Renovación, y que este Ente certifique que ínterin, el/los producto/s pueden seguir siendo comercializados y/o importados.
- Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
- En caso de que la documentación se encuentra vencida deberá acompañar la Constancia emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de que el mismo se encuentra en trámite de Renovación, y que este Ente certifique que ínterin, el/los producto/s pueden seguir siendo comercializados y/o importados
- Certificado de Buenas Practicas
- De Fabricación y/o Almacenamiento Vigente según corresponda, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato. El oferente que no sea el fabricante del producto ofertado deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Oferente Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.
- Para los Productos Nacionales: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Fabricante Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
 - Para los Productos Importados: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente.
- Ambos deberán mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Oficina de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Ruteia
 Subdirectora
 Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



Los oferentes que no cuenten con Depósito propio deberán presentar el Contrato de Alquiler con la Empresa Depositaria el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente de la Empresa Titular del Depósito expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINA VISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del Contrato
<ul style="list-style-type: none"> • Deberá presentar Copia autenticada del Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea (Traducido al español)
<ul style="list-style-type: none"> • Documento que avale la Experiencia de uso mínimo de 5 años en el Mercado Paraguayo y/o Internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización.
<ul style="list-style-type: none"> • Planilla de datos garantizados de cada Lote- ítem ofertado identificado según corresponda al PBC, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto
<ul style="list-style-type: none"> • El Oferente deberá presentar cualquier documentación de Origen o aclaratorio debidamente autenticado, que podrá ser solicitado por la Comisión Evaluadora durante la Etapa de Evaluación
<ul style="list-style-type: none"> • Catálogo de lo ofertado: Se deben presentar catálogos técnicos ilustrativos y hojas técnicas del bien ofertado, traducido al español. Con el catálogo se verificará si lo ofertado corresponde y se ajusta al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentación, etc., que deberá estar de acuerdo a los documentos obrantes en el MSP y BS
DECLARACIONES JURADAS (PRESENTAR TODAS LAS DECLARACIONES EN UNA SOLA HOJA)
<ul style="list-style-type: none"> • Declaración jurada donde el oferente asume poseer capacidad de suministro en tiempo y forma. • Declaración jurada del proveedor que posee capacidad de mantener en sus depósitos stock suficiente para la entrega programada según necesidad del IPS, conforme a espacio y disponibilidad del Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM). • Declaración jurada donde el oferente conoce y acepta el Pliego de Bases y Condiciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Documento expedido por DINA VISA Tecnovigilancia que avale, que el o los productos ofertados no cuentan con una reacción o incidente adverso registrado, como mínimo de 5 años registrado en el Mercado Paraguayo y/ o Internacional de provisión y utilización de estos productos
<ul style="list-style-type: none"> • Planilla de precios en Excel en medios magnéticos.

DEBE DECIR

<p>1. Autorización del Fabricante.</p> <p>b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante</p> <p>c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.</p> <p>La documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Así mismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscrita en el Registro Público de Comercio.</p>
<p>2. Resolución de Apertura:</p> <p>a) Copia Autenticada de la Resolución de Apertura Vigente, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINA VISA).</p> <p>b) En caso de oferentes, distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras o de productos nacionales), deberá presentar copia autenticada de la resolución de apertura vigente de ambos, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos Médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINA VISA).</p>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Rogelia
 Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



c) En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto deberán presentar oferente y fabricante, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente, para fabricar, comercializar o importar Dispositivos médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). En caso de que la documentación se encuentra vencida deberá acompañar la Constancia emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de que el mismo se encuentra en trámite de Renovación, y que este Ente certifique que ínterin, el/los producto/s pueden seguir siendo comercializados y/o importados.

3. Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

En caso de que la documentación se encuentra vencida deberá acompañar la Constancia emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de que el mismo se encuentra en trámite de Renovación, y que este Ente certifique que ínterin, el/los producto/s pueden seguir siendo comercializados y/o importados

4. Certificado de Buenas Practicas

De Fabricación y/o Almacenamiento Vigente según corresponda, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato. El oferente que no sea el fabricante del producto ofertado deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Oferente Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.

- Para los Productos Nacionales: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Fabricante Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

- Para los Productos Importados: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente.

Ambos deberán mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.

Los oferentes que no cuenten con Depósito propio deberán presentar el Contrato de Alquiler con la Empresa Depositaria el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente de la Empresa Titular del Depósito expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del Contrato

5. Deberá presentar Copia autenticada del Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea (Traducido al español)

6. Documento que avale la Experiencia de uso mínimo de 5 años en el Mercado Paraguayo y/o Internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización.

7. Planilla de datos garantizados de cada Lote- ítem ofertado identificado según corresponda al PBC, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto

8. El Oferente deberá presentar cualquier documentación de Origen o aclaratorio debidamente autenticado, que podrá ser solicitado por la Comisión Evaluadora durante la Etapa de Evaluación

9. Catálogo de lo ofertado: Se deben presentar catálogos técnicos ilustrativos y hojas técnicas del bien ofertado, traducido al español. Con el catálogo se verificará si lo ofertado corresponde y se ajusta al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentación, etc., que deberá estar de acuerdo a los documentos obrantes en el MSP y BS

10. DECLARACIONES JURADAS (PRESENTAR TODAS LAS DECLARACIONES EN UNA SOLA HOJA)

- Declaración jurada donde el oferente asume poseer capacidad de suministro en tiempo y forma.
- Declaración jurada del proveedor que posee capacidad de mantener en sus depósitos stock suficiente para la entrega programada según necesidad del IPS., conforme a espacio y disponibilidad del Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM).
- Declaración jurada donde el oferente conoce y acepta el Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Rosela
Director de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



11. Planilla de precios en Excel en medios magnéticos.

6. SECCIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN – PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

Donde dice:

PARA LOS LOTES 1 y 2

CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL MONTO MÍNIMO:

- 20% Hasta los 8 (ocho) días calendarios.
- Saldo hasta los 30 (treinta) días calendarios.

Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo.

CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL MONTO MÁXIMO: Con orden de entrega a ser emitida, una vez ejecutada la totalidad de las cantidades correspondientes al monto mínimo, el plazo será de hasta 30 (treinta) días calendarios. Las órdenes de Entrega podrán ser fraccionadas de acuerdo a la necesidad del IPS y el espacio disponible en DASM.

El IPS se compromete a adquirir sólo por el Monto Mínimo, en tanto que el Monto Máximo será nominal, a ser solicitada según necesidad de la Institución.

Debe decir:

PARA LOS LOTES 1 y 2




CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL MONTO MÍNIMO:

- 20% Hasta los **20 (veinte)** días calendarios.
- Saldo hasta los 30 (treinta) días calendarios.

Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo.

CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL MONTO MÁXIMO: Con orden de entrega a ser emitida, una vez ejecutada la totalidad de las cantidades correspondientes al monto mínimo, el plazo será de hasta 30 (treinta) días calendarios. Las órdenes de Entrega podrán ser fraccionadas de acuerdo a la necesidad del IPS y el espacio disponible en DASM.

El IPS se compromete a adquirir sólo por el Monto Mínimo, en tanto que el Monto Máximo será nominal, a ser solicitada según necesidad de la Institución.





7. SECCIÓN SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS CPS, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

DONDE DICE:

LOTE 1 CATETER BALON

ITEM	CÓDIGO-SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
1	10204	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 1,5 MM DE DIÁMETRO X 10 A 12 MM DE LONGITUD	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 1,5 MM DE DIAMETRO X 10 a 12 MM DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado,el empaque y/o blister debe contener los siguientes datos : medidas del stent, nombre de la droga, código de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE y/o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento..	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
2	10205-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro X 6 A 27 MM de longitud DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , código de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
3	10205-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro X 6 A 27 MM de longitud DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , código de lote, fecha de	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Rocchó
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abelina María Castro
Secretaria del Consejo de Administración



					fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
4	10205-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 20 a 27 MM DE LONGITUD	CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro X 6 A 27 MM de longitud DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
5	10203-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON DE 2,0 MM DE DIAMETRO X 6 A 8 MM DE LONGITUD	CATETER BALON SEMICOMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro y de 6 a 27 mm de longitud de alta presión compatible con Catéter Guia 5french y con Alambre Guia 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM y presión de ruptura de 18 ATM. Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
6	10203-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON DE 2,0 MM DE DIAMETRO X 12 A 15 MM DE LONGITUD	CATETER BALON SEMICOMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro y de 6 a 27 mm de longitud de alta presión compatible con Catéter Guia 5french y con Alambre Guia 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM y presión de ruptura de 18 ATM. Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
7	10203-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATETER BALON: CATETER BALON DE 2,0 MM DE DIAMETRO X 20 A 27 MM DE LONGITUD	CATETER BALON SEMICOMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro y de 6 a 27 mm de longitud de alta presión compatible con Catéter Guia 5french y con Alambre Guia 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM y presión de ruptura de 18 ATM. Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro,	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Web IPS
Resolución C.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abc. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Roldán
Jefe
Gestión de Oportunidades
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abc. ANA MARÍA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



					longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
8	6040-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
9	6040-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
10	6040-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 20 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
11	5073-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Adquisición y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Juan Kotela
 Jefe
 Sección Gestión de Orden
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dra. Ana María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



					transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
12	5073-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
13	5073-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 20 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
14	6041-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
15	6041-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Ab. Jaime Caballero
 Gerente
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dan Rotela
 Director Operativo de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Alicia Maria Kocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Ab. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



					vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
16	6041-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 20 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
17	4871-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 8 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
18	4871-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 12 A 15MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
19	4871-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 20 A 27MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abdo Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Rotela
 Jefe
 Sesión Gestión de Oficina
 Dirección Operativa de Contratación

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Nidia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



					fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

LOTE 2 – COILS

ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
1	9911	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 3 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
2	9912	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 4 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
3	9914	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 4 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
4	9915	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
5	9916	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

LOTES 3 AL 123 CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MINIMAS Y CANTIDADES MAXIMAS ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA.

LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
3	1	5660-1	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	-Nucleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia minima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
4	1	5660-2	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" x 140 A 180 cm. PUNTA "J"	-Nucleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia minima de 5 años en el	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jaime Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Justo Lorea
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contratación

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASIRO
Secretaria del Consejo de Administración



ÍTEME	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
8	1	5660-4	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA 0,025" x 140 A 180 cm. PUNTA J	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofilico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
9	1	5660-7	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA 0,035" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofilico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
10	1	5660-8	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA 0,035" x 140 A 180 cm. PUNTA J	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofilico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA									
11	1	7200-1	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) . -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Adquisición y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
San Rotela
Gerencia de Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
						fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización			
12	1	7200-2	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" x 140 A 180 cm. PUNTA "J"	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA									
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
13	1	7200-3	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA 0,038" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofílico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
14	1	7200-4	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA 0,038" x 140 A 180 cm. PUNTA J	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofílico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos,	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abdo Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jan Roteira
 Jefe
 Subsección de Oferta
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luciana Maria Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABIANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" X 250 a 300 cm. PUNTA RECTA O PUNTA J									
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
15	1	5706-1	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" X 250 a 300 cm. PUNTA RECTA	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) . -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia minima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
16	1	5706-2	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" X 250 a 300 cm. PUNTA "J"	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) . -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia minima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" X 250 a 300 cm. PUNTA RECTA O PUNTA J									
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
17	1	5706-3	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA RECTA:	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento HIDROFÍLICO . -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia minima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Jua...
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
18	1	5706-4	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento HIDROFÍLICO . -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" 6 PUNTA RECTA									
19	1	7201-1	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,035" x 250 a 300 cm. PUNTA RECTA	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
20	1	7201-2	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,035" x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
21	1	7201-5	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" x 250 a 300 cm. PUNTA RECTA	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Informática

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Racholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Racholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
						vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización			
22	1	7201-6	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA									
23	1	7201-3	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA DE 0,035" X 250 A 300 cm. PUNTA RECTA	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofilico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
24	1	7201-4	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,035" x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofilico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente General
Gestión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Roldán
Directora de Contratación

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	
	25	1	7201-7	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA DE 0,025" X 250 A 300 cm. PUNTA RECTA	calidad técnica y su utilización -Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofilico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
	26	1	7201-8	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA 0,025" x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	-Núcleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento Hidrofilico. -Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
ALAMBRE GUÍA										
	27	1	10724	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA RECTA.	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA RECTA. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
	28	1	10725	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA "J".	ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA "J". Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Rolón
Gerente
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María María Castro
Secretaría del Consejo de Administración



						los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización			
29	1	10727	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	GUÍA HIDROFILICA PARA USO EN OCLUSIONES CRONICAS ARTERIOVENOSAS.	Punta J o recto moldeable de 0,014" y 180 a 190 de largo. Descartable Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
30	1	11220	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 150 CM	GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 150 CM DE LONGITUD, CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
31	1	11221	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 CM	GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 260 CM DE LONGITUD, CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Adquisición y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Adquisición y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



						evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización			
32	1	3590	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA J, O RECTO MOLDEABLE TIPO FLOPPY x 170 a 200 CM.DE LONGITUD. Hidrofilica.	Alambre guia 0,014'' Punta J o recto moldeable tipo Floppy x 170 a 200cm de longitud. Hidrofilica: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofilico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
33	1	10210	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA 0,014 X 170 A 200 CM. DE LONGITUD PUNTA RÍGIDA. Hidrofilica	ALAMBRE GUIA 0.014 X 170 A 200CM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA PARA OCLUSIONES CRONICAS. HIDROFILICA:Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofilico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
34	1	6937	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE HIDROFILICA 0.014" PUNTA J TIPO INTERMEDIO DE 170 A 200 CM.DE LONGITUD	Alambre Guia 0,014'' Punta J o recto moldeable tipo intermedio x 170 a 200cm de longitud. Hidrofilica: Con material de nucleo de la guia de acero inoxidable y recubrimiento distal hidrofilico. Con certificacion de aprobacion de FDA y/o CE.Experiencia minima de 5años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilizacion de estos productos, sin notificacion a vigilancia sanitaria de que hayan evidenciado fallas en la calidad tecnica y su utilizacion. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
35	1	6938	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA J O RECTO MOLDEABLE TIPO INTERMEDIO x 260 a 300 CM.DE LONGITUD. Hidrofilica.	Alambre Guia 0,014'' Punta J o recto moldeable tipo intermedio x 170 a 200cm de longitud. Hidrofilica: Con material de nucleo de la guia de acero inoxidable y recubrimiento distal hidrofilico. Con certificacion de aprobacion de FDA y/o	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Págs. 1 y 2

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Adiestramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rubén
Secretaría de Gestión de Recursos Humanos
Dirección Operativa de Contrataciones

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Ana María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Gestión de Administración



						CE.Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilizacion de estos productos, sin notificacion a vigilancia sanitaria de que hayan evidenciado fallas en la calidad tecnica y su utilizacion. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.				
36	1	7262	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	GUÍAS LARGAS TETRAFLUOREILENO DE INTERCAMBIO N° 0,035 x 240 a 300 cm DE LONGITUD	Nucleo de Nitinol cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilizacion de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD	
CATETERES DE DIAGNÓSTICO										
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	
37	1	7174	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD	
38	1	5815	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Notas
Sección de Contratación
Dirección Operativa de Contratación

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



						<p>CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>			
39	1	7175	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 5 FRENCH	<p>CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
40	1	3596	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 6 FRENCH	<p>CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado medico y/o blister</p>	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 14/04/2014

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



						transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
41	1	5773	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 4 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
42	1	7177	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 3 DE 5 A 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
43	1	7179	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento Logístico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 Gerencia de Abastecimiento Logístico

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Kocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



						CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
44	1	5819	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO "AR 2 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
45	1	7181	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. [Signature]
 Director de Operaciones de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora de Operaciones de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



						lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
46	1	5768	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
47	1	5770	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
48	1	7183	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Párrafo 1º - Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 Gerente
 Dirección de Abastecimiento Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Roella
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Ana María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



						PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
49	1	7184	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
50	1	7185	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María María Kocholl
Directora
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María María Kocholl
Directora
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANTONIO CASTRO
Secretaría de Consejo de Administración



51	1	5766	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
52	1	5767	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
53	1	7186	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Págs. 1-3 Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Jaime Caballero
 GERENTE
 Agencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Nota
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 María María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 MARIA CASTRO
 Secretaria de Gabinete de Administracion



						EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
54	1	5769	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
55	1	3595	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
56	1	5110	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 6 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
A bg. Jaime Gaballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Nieves
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abelina María Castro
Secretaría del Consejo de Administración



						TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
57	1	7187	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 5 FRENCH	CATERER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
58	1	7189	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MULTIPROPÓSITO 6 FRENCH	CATERER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Cebalero
GERENTE
Sector de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María del Carmen
Sector de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Sector de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Sector de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Ana María Castro
Secretaría del Consejo de Administración



						grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.			
59	1	7211	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL 50 a 80 CM DE LONG. 4 FR	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUA VE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
60	1	4792	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 4 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUA VE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
61	1	7209	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUA VE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rotelin
Director
Direccion Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion



						<p>APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>			
62	1	7198	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNOSTICO SONES DE 6 FR	<p>Esteril, descartable, terapéutico. CATETERE DE DIAGNOSTICO SONES DE 6 FR CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESTION DE 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

CATÉTER DE TERMODILUCIÓN

CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ 7 fr

LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
53	1	11301-1	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN:	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ 7 Fr	<p>Catéter de 7 Fr., de cuerpo blando, de 5 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +/- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : diametro, longitud, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA. EXPERIENCIA</p>	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Rocchó
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Rocchó
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. María Castro
 Secretario del Consejo de Administración



						PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia minima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización			
69	1	5780-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA JR 3,5 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.Experiencia minima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
70	1	5703-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 FR.	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá... Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Alicia Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administracion



						<p>INTERNO MINIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH . CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>			
71	1	5703-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 7 FR.	<p>CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
72	1	5927	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA N° 3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH	<p>CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN</p>	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Juan Rotels
 Director de Gestión de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



						NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
73	1	5952	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº 3,5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH.	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,071" PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
74	1	7238	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº3,5 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá... Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerencia de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andrea Maria Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mariana Maria Castro
Secretaria del Consejo de Administración



						, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
75	1	7236-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER MULTIUSO A2-4 FRENCH.	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
76	1	7236-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER MULTIUSO A2-5 FRENCH.	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
77	1	7237	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº3 EXTRA SOPORTE 1ZQ. DE 7 FRENCH	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Lic. Altair María Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Lic. Altair María Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Abg. Altair María Castro



						INTERNO MINIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
78	1	3591-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL1 - 6 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH . CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
79	1	3591-2	42221504-006	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL1 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá... Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

PREVISION SOCIAL
Direccion de Contratacion

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contratacion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion



						NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
80	1	3592-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL2 - 6 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,071" PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
81	1	3592-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL2 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá... Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora Operativa de Contratación

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



						cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
82	1	3593-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL3 - 6 FR	<p>CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038"</p> <p>CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO PARA 0,071" PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
83	1	3593-2	42221504-006	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL3 - 7 FR	<p>CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038"</p> <p>CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO PARA 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María del Rosario...
Gerencia de Abastecimiento y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Kocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



84	1	5697-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO ARI - 6FR	<p>CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
85	1	5697-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO ARI - 7 FR	<p>CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
86	1	5698-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR2 - 6FR	<p>CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS</p>	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administracion



						LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH . CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
87	1	5698-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR2 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
88	1	5776-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 - 6 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH . CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Kocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Kocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administracion



						EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
89	1	5776-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE/ EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
90	1	3689-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 - 6 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. Pá... Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lic. Maria Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administracion



						DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
91	1	3689-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
92	1	5778-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 - 6 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,071 PARA 6 FRENCH . CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. [Signature]

[Signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



						, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
93	1	5778-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
94	1	5779-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 - 6 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH . CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Director de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. [Signature]
 Director

[Signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



95	1	5779-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
96	1	5784-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 4 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD
97	1	5784-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 4 - 6 a 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Págs. 1 y 2 Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. María Castro
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 M. Alicia María Rocholl
 DIRECTORA
 Direccion Quebrada de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 M. Alicia María Rocholl
 DIRECTORA
 Direccion Quebrada de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION



						PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.			
98	1	5782-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 5 - 6 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071" PARA 6 FRENCH . CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
99	1	5782-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 5 - 7 FR	CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078" PARA 7 FRENCH . CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y	Envase esteril	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD

Resolución C.A. - Pá... Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Cargo de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Cargo de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Cargo de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Direccion Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María Inés Castrol
Secretaria de la Comisión de Administración



LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
<p>UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , codigo de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimiento,procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>									
MANÓMETRO									
100	1	3665	42203405-002	MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA	MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA	PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA	UNIDAD	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
PINZA PARA BIOPSIA									
101	1	10717	42203408-9997	KIT PARA BIOPSIA CARDÍACA	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	DE 50 A 70 CM DE LONGITUD, CON EL SET DE EQUIPO DE ACCESO QUE INCLUYE EL INTRODUCUTOR Y SU CATETER GUIA.	UNIDAD	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
102	1	10718	42203408-9997	KIT PARA BIOPSIA CARDÍACA	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	DE 110 A 130 CM DE LONGITUD, CON EL SET DE EQUIPO DE ACCESO QUE INCLUYE EL INTRODUCUTOR Y SU CATETER GUIA.	UNIDAD	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril,hermeticamente cerrado	UNIDAD
SET DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO									
103	1	9926	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO CESTA	Con punta del cesto atraumatico. De 7 a 8,5 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Cesta con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Envase esteril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	Unidad
104	1	9927	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO LAZO	Con asa en lazo atraumatica. De 6 a 6,5 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Lazo con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Envase esteril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	Unidad
105	1	11302	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO TREBOL	Con 4 asas en forma de trebol, atraumáticas. De 6 a 7 French. Longitud de 100 cm (+- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Asas con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitinol, oro, tantalio.	Envase esteril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	Unidad
INTRODUCTORES - SERVICIO CIRUGIA VASCULAR									
106	1	10208	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	KIT DE INTRODUCUTOR ARTERIAL RADIAL DE 5 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCUTOR ARTERIAL)INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR RADIAL HIDROFILICO: Introducutor arterial radial con recubrimiento hidrofílico M Coat, tamaños de 6 FR, largos de 10 cm, válvula hemostática unidireccional de diseño corte cruzado, dilatador de suave transición y broche de presión para mayor control con la vaina. Miniguía de 0,025 y 45 cm de largo, catéter de punción de 20G y 1/4 de	Kit	Kit	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Adquisición y Logística

ESTAMPADO
 11/11/2023
 11:11

ESTAMPADO
 11/11/2023
 11:11

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana María Röcholl
 SECRETARIA
 Dirección Operativa de Contrataciones



ALAMBRE GUIA HIDROFILICO									
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
						CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN KITS			
113	1	11219	42221513-001	ALAMBRE GUIA	GUIA SUPER RIGIDA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 cm	SUPER RIGIDA DE 0,035 mm, AFILADA LOS PRIMEROS 7 CM, CON PUNTA CURVA DE "J" DE 3 MM	Envase Esteril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
OCLUSOR DUCTAL									
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
114	1	11227	42296007-9998	OCLUSOR DUCTAL	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATETER DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE TAMAÑO 5 MM DIAMETRO AORTICO-4 MM DIAMETRO PULMONAR AL 14 MM AORTICO-12 MM PULMONAR	EL SISTEMA, UN DISPOSITIVO AUTO-EXPANDIBLE HECHO DE NITINOL MALLA DE ALAMBRE. CON UNA FALDA DE RETENCION EN EL LADO AORTICO QUE PROPORCIONA UN POSICIONAMIENTO EN LA AMPOLLA DEL CONDUCTO. A MEDIDA QUE EL OCLUSOR SE IMPLANTA, SE EXPANDE HACIA AFUERA Y LOS CABLES EMPUJAN CONTRA LA PARED DEL CONDUCTOR. EL DISPOSITIVO CUENTA CON UN TEJIDO DE POLIESTER QUE SE COSE EN EL OCLUSOR. EL TEJIDO INDUCE TROMBOSIS QUE CIERRA LA COMUNICACION. EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA DE ENTREGA UN CATETER GUIA DE 180° EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN: KITS	KIT	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
STENT PERIFERICO									
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
115	1	11228	42142710-004	STENT RENAL	STENT PERIFERICO RENAL DE 5 MM DE DIAMETRO X 15 MM al 7 MM DE DIAMETRO AL 19 MM DE LONGITUD PREMONTADO EN BALON	EL SISTEMA STENT PREMONTADO, VIENE CON UN STENT DE METAL DE ACERO INOXIDABLE, CELULAS CERRADAS, MONTADO EN UN BALON SEMI COMPLACIENTE CON PRESION MAXIMA DE INSUFLADO DE HASTA 14 ATM. CON DOS MARCAS RADIOPACAS, QUE ACEPTAN GUIAS DE ALAMBRE DE 0,014 HASTA 0,018	Envase Esteril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
116	1	11229	42221513-003	STENT	STENT PERIFERICO DE METAL, DE 19 MM AL 40 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE DIAMETRO	STENT DE ACERO INOXIDABLE, CON CELDAS CERRADAS, FLEXIBLE, CON ALTA FUERZA RADIAL, NO MONTADO Y NO AUTOEXPANDIBLE. CON CAPACIDAD PARA MONTAR EN BALONES, SER GUIADAS EN VAINAS LARGAS.	Envase Esteril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
CATETER BALÓN									
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
117	1	11230	42221504-007	CATETER BALÓN	CATETER BALON DE ATRIOSEPTOSTOMIA 5 F	EL BALON DE ATRIOSEPTOSTOMIA ES UN CATETER DE DOBLE LUMEN, DE 50 CM DE LONGITUD COMPUESTO DE UN BALON DE 9,5 MM	Envase Esteril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Asistencia y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Kocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. María Castro
 Secretaria de Asistencia y Logística



LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
						(13,5) MM DE DIAMETRO, BALON NO COMPLACIENTE DE 1 CC DE VOLUMEN, (2CC) CON AGUJERO DISTAL, QUE PERMITE EL PASAJE DE GUIA DE ALAMBRE 0,014. EL BALON VIENE CON UNA ANGULACION DE 30° PARA EL FACIL PASAJE AL ATRIO IZQUIERDO.			
NEURORADIOLOGIA- TERAPIA ENDOVASCULAR									
118	1	9492-2	42295303-006	CATERER CEREBRAL	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 2 O BENTSON	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0,030" a 0,040" estéril.	ENVASE ESTERIL	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
119	1	9885	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR DE 6 FR y de 7 a 15 CM DE LARGO . USADO CON GUÍA DE 0.035 y 0.040"	Radiópaco o con marca radiópaca, estéril	ENVASE ESTERIL	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
120	1	7276	42203405-001	CONECTOR EN Y	CONECTOR EN Y (YPSILON) DE 2 VÍAS PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA		ENVASE ESTERIL	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
121	1	7277	42203405-001	CONECTOR EN Y	CONECTOR EN Y (YPSILON) DE 3 VÍAS PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA		ENVASE ESTERIL	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
122	1	10728	42221612-9998	Llave manifold de tres vías	MANIFOLD PARA CATETERISMO. LLAVE 3 VIAS		ENVASE ESTERIL	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	UNIDAD
PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL									
LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
123	1	11539	42142802-9999	BRAZALETE ARTERIAL	PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL	PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL: DISPOSITIVO DE MATERIAL TRASPARENTE DE CIERRE DE ARTERIA RADIAL CUBITAL POR MEDIO DE 2 BALONES , INCLUYE JERINGA ESPECÍFICA E INDICADOR DE INSUFLADO. DIÁMETRO DE LA PULSERA DE 24 CM DE CIRCUNFERENCIA. ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL, EN PAPEL GRADO MÉDICO, HERMÉTICAMENTE CERRADO. LA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTS DATOS: CÓDIFO DE LOTE, FECHA DE FABRICACIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO, PROCEDENCIA O FABRICANTE LEGAL, LOGOTIPO DE LA CE O FDA, FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE USO, INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO.	KIT	KIT	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



DEBE DECIR

LOTES 1 AL 3 POR MONTO											
CATÉTERES BALÓN											
LOTE	ÍTEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN	
1	1	10205	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN NO COMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro de 6 A 27 MM de longitud de alta presión compatible con Catéter Guía a 5french y con Alambre Guía 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM. Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento o procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 6 a 8 mm	
	2	10205	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 12 a 15 mm
	3	10205	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 20 a 27 mm
	4	10203	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN SEMI COMPLACIENTE DE 2,0mm de diámetro v. de 6 A 27 mm de longitud de alta presión compatible con Catéter Guía 5 french y con Alambre Guía 0,014" presión nominal de 6 a 20 ATM. Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 6 a 8 mm
	5	10203	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 12 a 15 mm
	6	10203	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 20 a 27 mm
	7	6040	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 6 a 8 mm

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocholl
Directora

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocholl
Directora

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocholl
Directora



8	6040	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Envase estéril individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado. La caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento y certificación de países con alta vigilancia sanitaria	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 12 a 15 mm.
9	6040	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE	CATÉTER BALÓN DE 3.0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Envase estéril individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado. La caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento y certificación de países con alta vigilancia sanitaria	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 20 a 27 mm
10	5073	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESIÓN COMPATIBLE CON CATÉTER GUIA 5 FRENCH CON ALAMBRE Y GUIA 0,014" PRESIÓN NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 6 a 8 mm
11	5073	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESIÓN COMPATIBLE CON CATÉTER GUIA 5 FRENCH CON ALAMBRE Y GUIA 0,014" PRESIÓN NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 12 a 15 mm
12	5073	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESIÓN COMPATIBLE CON CATÉTER GUIA 5 FRENCH CON ALAMBRE Y GUIA 0,014" PRESIÓN NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 20 a 27 mm
13	6041	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESIÓN COMPATIBLE CON CATÉTER GUIA 5 FRENCH CON ALAMBRE Y GUIA 0,014" PRESIÓN NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 6 a 8 mm
14	6041	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESIÓN COMPATIBLE CON CATÉTER GUIA 5 FRENCH CON ALAMBRE Y GUIA 0,014" PRESIÓN NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 12 a 15 mm
15	6041	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 6 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESIÓN COMPATIBLE CON CATÉTER GUIA 5 FRENCH CON ALAMBRE Y GUIA 0,014" PRESIÓN NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	Se aclara que la longitud debe ser de 20 a 27 mm

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



16	<u>4871</u>	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	<p>DE ALTA PRESIÓN COMPATIBLE CON CATÉTER GUÍA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUÍA 0,014" PRESIÓN NOMINAL DE 6 a 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM.</p> <p>Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>	<u>Se aclara que la longitud debe ser de 6 a 8 mm</u>
17	<u>4871</u>	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.		UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>	<u>Se aclara que la longitud debe ser de 12 a 15 mm</u>
18	<u>4871</u>	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 6 A 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.		UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>	<u>Se aclara que la longitud debe ser 20 a 27 mm</u>

COILS

1	9911	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 3 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente Cerrado	
2	9912	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 4 cm DE LARGO	De 3 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado	
3	9914	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 4 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado	
4	9915	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rochell
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. ANTONIO C. SOTO
 Secretario del Consejo de Administración



5	9916	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO	De 5 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado	
INTRODUCTORES - HEMODINAMIA									
3	1	11223	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 5 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUIA 0,021/0,025". PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD	KIT	KIT
	2	11224	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 6 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUIA 0,021/0,025". PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD	KIT	KIT
	3	7098	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR FEMORAL: INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN 18 G Y VALVULA HEMOSTATICA KITS	UNIDAD	KIT	KIT
	4	7170	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 7 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFILICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR CON BUEN DECALAJE PARA LA TRANSICION PIEL CELULAR SUBCUTANEO Y VASO, UNA AGUJA DE PUNCIÓN 18 G X 7 CM DE LONGITUD Y UN ALAMBRE GUIA DE 0,038(0,97) X 50 CM	UNIDAD	KIT	KIT
	5	4791	42203403-004	INTRODUCTOR PARA CATETERISMO PEDIATRICO	INTRODUCTOR P/CA TETERISMO PEDIATRICO 4 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFILICO DE 7 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUIA DE 0,018(0,46 MM) X 40 CM	UNIDAD	KIT	KIT
	6	7169	42203403-004	INTRODUCTOR PARA CATETERISMO PEDIATRICO	INTRODUCTOR P/CA TETERISMO PEDIATRICO 5 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFILICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUIA DE 0,018" (0,46 MM) X 40 CM	UNIDAD	KIT	KIT

Resolución C-1. Página 2 de 3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Oficina de Abastecimiento Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. María Rocchó
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten Signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. María Rocchó
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS - LOTE 4 AL 131

ALAMBRES GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO -SIH	CÓDIGO CATALOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACION
4	1	5660	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO O HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA -Núcleo de Nitinol o acero cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofílica. -Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo o y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA	UNIDAD	Envase estéril	Envase individual	Se aclara que el alambre guía debe ser de Tetrafluoretileno 0,025", PUNTA RECTA.
5	1	5660	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	-Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo o y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA	UNIDAD	Envase estéril	Envase individual	Se aclara que el alambre guía debe ser de Tetrafluoretileno 0,025", PUNTA "J".
6	1	5660	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo o y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA	UNIDAD	Envase estéril	Envase individual	Se aclara que el alambre guía debe ser de Tetrafluoretileno 0,035", PUNTA RECTA.
7	1	5660	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo o y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA	UNIDAD	Envase estéril	Envase individual	Se aclara que el alambre guía debe ser de 0,035" PUNTA "J".
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA.										
8	1	5660	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO O HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA -Núcleo de Nitinol o acero cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada) o Hidrofílica. -Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo o y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA	UNIDAD	Envase estéril	Envase individual	Se aclara que el alambre guía debe ser hidrofílica a de 0,025", PUNTA RECTA.
9	1	5660	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	-Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo o y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA	UNIDAD	Envase estéril	Envase individual	Se aclara que el alambre guía debe ser hidrofílica a de 0,025", PUNTA "J".
10	1	5660	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo o y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVISA	UNIDAD	Envase estéril	Envase individual	Se aclara que el alambre guía debe ser hidrofílica a de 0,035", PUNTA RECTA.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Oficina de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dra. María Rocholí
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Juan María Castro
 Secretario del Consejo de Administración



11	1	5660	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINA VISA	UNIDAD	Envase estéril	Envase individual	Se aclara que el alambre guía de be ser hidrofílic a de 0,035", PUNTA "J".
ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA										
12	1	7200	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	Se aclara que el alambre guía de be ser de tetrafluoretileno, PUNTA RECTA.
13	1	7200	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA		UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	Se aclara que el alambre guía de be ser de tetrafluoretileno, PUNTA "J".
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA										
14	1	7200	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	Se aclara que el alambre guía de be ser hidrofílic a, PUNTA RECTA.
15	1	7200	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA		UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	Se aclara que el alambre guía de be ser hidrofílic a, PUNTA "J".
ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" X 250 a 300 cm. PUNTA RECTA O PUNTA J										

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gestión de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones
 Secretaría de Consejo de Administración



16	1	5706	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>COD SIH: 5706 ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORET I LENO o HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA</p>	<p>ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETI LENO o HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA. RECTA: Núcleo de Nitinol O ACERO cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento o PTFE (Teflonada). Empaque individual, en papel grado médico v/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVIS.</p>	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual al	Se aclara que el alambre guía de be ser de tetrafluoretileno, PUNTA RECTA.
17	1	5706	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>COD SIH: 5706 ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORET I LENO o HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA</p>	<p>ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETI LENO o HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA. RECTA: Núcleo de Nitinol O ACERO cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento o PTFE (Teflonada). Empaque individual, en papel grado médico v/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVIS.</p>	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual al	Se aclara que el alambre guía de be ser de tetrafluoretileno, PUNTA "J".
ALAMBRES GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" X 250 a 300 cm. PUNTA RECTA O PUNTA J										
18	1	5706	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>COD SIH: 5706 ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA</p>	<p>ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETI LENO o HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA. RECTA: Núcleo de Nitinol O ACERO cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento o PTFE (Teflonada). Empaque individual, en papel grado médico v/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVIS.</p>	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual al	
19	1	5706	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>COD SIH: 5706 ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA</p>	<p>ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA RECTA: Núcleo de Nitinol O ACERO cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento o PTFE (Teflonada). Empaque individual, en papel grado médico v/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA, CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por la DINAVIS.</p>	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual al	
ALAMBRES GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones



20	1	7201	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA:ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	-
21	1	7201	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA:ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	-
22	1	7201	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA:ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	-
23	1	7201	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA:ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	-
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA										
24	1	7201	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	-
25	1	7201	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	-
26	1	7201	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente

A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 M.ª Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Alicia María Rocholl
 Secretaria del Consejo de Administración



27	1	7201	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETIL ENO o HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" o PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Envase Individual	
ALAMBRES GUÍA									
28	1	10724	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA 0,025 PUNTA RECTA	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	
29	1	10725	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA 0,025 PUNTA J	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	
30	1	10727	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA A: GUÍA HIDROFÍLICA PARA USO EN OCCLUSIONES CRÓNICAS ARTERIOVENOSAS.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento Logístico

Resolución C.A. Pasista Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. ANTONIO CASTRO
 Secretario de la Comisión de Administración



31	1	11220	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>ALAMBRE GUÍ A: GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 150 CM</p>	<p>GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 150 CM DE LONGITUD, CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
32	1	11221	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>ALAMBRE GUÍ A: GUIA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 CM</p>	<p>GUIA HIDROFILICA DE 0,035 DE DIAMETRO, 260 CM DE LONGITUD, CON PUNTA CURVA, AFILADA LOS PRIMEROS 3 CM Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
	1	3590	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>ALAMBRE GUÍ A: ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA J"O RECTO MOLDEABLE, TIPO FLOPPY x 170 a 200 CM DE LONGITUD. Hidrofilica.</p>	<p>Alambre guía 0,014" Punta J o recto moldeable tipo Floppy x 170 a 200cm de longitud. Hidrofilica: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofilico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Alicia María Rocholl
Directora

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASERO
Secretaria del Consejo de Administración



34	1	10210	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>ALAMBRE GUÍA: ALAMBRE GUÍA 0,014 X 170 A 200 CM. DE LONGITUD PUNTA RÍGIDA. Hidrofílica</p>	<p>ALAMBRE GUÍA 0,014 X 170 A 200CM DE LONGITUD PUNTA RÍGIDA PARA OCLUSIONES CRONICAS. HIDROFÍLICA: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal Hidrofílico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual</u> <u>u.a.l.</u> <u>Estéril</u>
35	1	6937	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE HIDROFÍLICA 0,014" PUNTA J^o RECTO MOLDEABLE, TIPO INTERMEDIO DE 170 A 200 CM DE LONGITUD</p>	<p>Alambre Guía 0,014" Punta J o recto moldeable tipo intermedio x 170 a 200cm de longitud. Hidrofílica: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable y recubrimiento distal hidrofílico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual</u> <u>u.a.l.</u> <u>Estéril</u>
36	1	6938	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>ALAMBRE GUÍA A: ALAMBRE HIDROFÍLICA 0,014" PUNTA J^o RECTO MOLDEABLE, TIPO INTERMEDIO DE 260 A 300 CM DE LONGITUD. Hidrofílica</p>	<p>Alambre Guía 0,014" Punta J o recto moldeable tipo intermedio x 260 a 300 cm de longitud. Hidrofílica: Con material de núcleo de la guía de acero inoxidable recubrimiento distal hidrofílico. Con certificación de aprobación de FDA y/o CE. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual</u> <u>u.a.l.</u> <u>Estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jaime Gaballero
Gerente de Operaciones y Logística

Resolución C.A. 1000/2019
Guarania Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Nolasco
Director General de Operaciones y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mariana Castro
Secretaria del Consejo de Administración



37	1	7262	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	<p>GUÍAS LARGAS TETRAFLUORETILENO DE INTERCAMBIO N° 0,035 x 240 a 300 cm DE LONGITUD</p> <p>GUÍAS LARGAS TETRAFLUORETILENO DE INTERCAMBIO N 0,035 x 240 a 300 cm DE LONGITUD. Núcleo de Nitinol o acero cubierta de poliuretano radiopaco, recubrimiento PTFE (Teflonada). Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal.</p> <p>Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización.</p> <p><u>Certificación de FDA; CE, otros organismos reguladores de países que utilizan el producto, certificado de registro sanitario emitido por DINAVISIA.</u></p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase individual</u>
----	---	------	--------------	--------------	--	--------	----------------	--------------------------

CATÉTERES DE DIAGNÓSTICO

38	1	7174	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	<p>CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 5 FRENCH</p> <p>CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN.</p> <p>Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual estéril</u>
----	---	------	--------------	------------------------	---	--------	----------------	-----------------------------------

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente General
 Dirección de Operaciones de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. [Signature]

[Signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Alicia María Rocholl
 Directora Ejecutiva
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. ANA MARÍA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



39	1	5815	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	<p>CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 6 FRENCH</p>	<p>CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual estéril</u>
40	1	7175	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	<p>CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 5 FRENCH</p>	<p>CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION.</p> <p>Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Asistencia Médica Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Gerencia de Asistencia Médica Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



41	1	3596	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual estéril</u>
42	1	5773	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 4 DE 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual estéril</u>
43	1	7177	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 3 DE 5 A 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente General
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Resolución C.A. 1000/2019 Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Inés Rodríguez
Secretaría de Gestión de Cuotas
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rochall
Directora
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



44	1	7179	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	<p>CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 5 FRENCH</p>	<p>CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN.</p> <p>Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual estéril</u>
45	1	5819	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	<p>CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 6 FRENCH</p>	<p>CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN.</p> <p>Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Adquisición y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocchó
Directora
Dirección Operativa de Contratación

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocchó
Directora
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana María Castro
Secretaria del Consejo de Administración



46	1	7181	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 5 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
47	1	5768	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
48	1	5770	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3.5 DE 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente de Adquisición y Logística

Resolución C.A. 100/2014 Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Victoria Rodríguez
Directora

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Victoria Rodríguez
Directora

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Victoria Rodríguez
Directora



49	1	7183	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 5 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
50	1	7184	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 5 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
51	1	7185	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 5 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gabinete de Asesoramiento y Asesoría Técnica

Resolución C.A. 100/2014 Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gabinete de Asesoramiento y Asesoría Técnica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gabinete de Asesoramiento y Asesoría Técnica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Secretaría de Asesoramiento y Asesoría Técnica



52	1	5766	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	<p>CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 6 FRENCH</p>	<p>CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE. PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN.</p> <p>Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
53	1	5767	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	<p>CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 6 FRENCH</p>	<p>CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE. PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN.</p> <p>Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaima Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaima Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaima Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. María Roccholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Mariana Castro
Secretaria del Consejo de Administración



54	1	7186	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 5 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE. PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril
55	1	5769	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE. PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril
56	1	3595	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE. PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Resolución C.A. Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones



57	1	5110	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril
58	1	7187	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 5 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril
59	1	7189	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MULTIPROPÓSITO 6 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Resolución C.A. Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. María Roccholi
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. María Roccholi
Secretaría del Consejo de Administración



60	1	7211	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL 50 a 80 CM DE LONG. 4 FR	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
61	1	4792	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 4 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
62	1	7209	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 5 FRENCH	CATÉTER DIAGNÓSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Resolución C.A. Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rocío
Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Alicia María Kocholl
Directora

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANTONIETA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



63	1	7198	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO SONES DE 6 FR	Estéril, descartable, del Tipo Soft Tip. CATÉTER DE DIAGNÓSTICO SONES DE 6 FR CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION DE 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACIÓN A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HAYAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDAD TÉCNICA EN SU UTILIZACIÓN. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	
CATÉTERES DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ										
64	1	<u>11301</u>	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	Catéter de 7 - 7,5 Fr., de cuerpo blando, de 5 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el lumen utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +/- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad. Libre de pirógeno. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA. Experiencia mínima de 5 años en el	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	
65	1	<u>11301</u>	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual. Estéril	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente Administrativo y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente Administrativo y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora de Contrataciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora de Contrataciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASERIO
 Secretaria del Consejo de Administración



66	1	11299	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN:	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	<p>Catéter de 6 Fr., de punta recta, de 4 lumen, con una longitud de 110 cm. Con aceptación de alambre guía de 0,25". Con válvula de bloqueo de entrada o salida de aire en el puerto utilizado para insuflar el balón, con balón de inflado de 12 mm +/- 2 mm y jeringa incorporada de 1,5 cc como mínimo. Catéter con cobertura de heparina. Con manga de seguridad.</p> <p>Libre de pirógeno. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: diámetro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Empaque individual. Estéril</u>
CATÉTERES GUÍAS									
67	1	5953	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO Nº 4 de 6 a 7 FR	<p><u>CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO Nº 4 de 6 a 7 FR</u> <u>con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero, inoxidable punta suave (soft tip), a traumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038"</u> <u>con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y de 0,078 para catéteres de 7 french. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento, Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización</u> <u>Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto</u></p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
68	1	5953	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO Nº 4 de 6 a 7 FR	<p><u>CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO Nº 4 de 6 a 7 FR</u> <u>con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero, inoxidable punta suave (soft tip), a traumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038"</u> <u>con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y de 0,078 para catéteres de 7 french. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento, Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización</u> <u>Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto</u></p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerencia de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Roccholl
 Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Roccholl
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. ANA-MARÍA CASTILLO
 Secretaria del Consejo de Administración



69	1	5780	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA JR 3,5 - 6 a 7 FR	<u>CATÉTER GUÍA JR 3,5 - 6 A 7 FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y de 0,078 para catéteres de 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico v/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización</u> <u>Certificación de FDA v/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</u>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
70	1	5780	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA JR 3,5 - 6 a 7 FR	<u>CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 A 7 FR. con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y de 0,078 para catéter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico v/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización</u> <u>Certificación de FDA v/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</u>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
71	1	5703	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 a 7 FR.	<u>CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 A 7 FR. con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y de 0,078 para catéter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico v/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización</u> <u>Certificación de FDA v/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</u>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
72	1	5703	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 a 7 FR.	<u>CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 A 7 FR. con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y de 0,078 para catéter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico v/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas , código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización</u> <u>Certificación de FDA v/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</u>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gestión de Abastecimiento y Logística

Resolución C.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gestión de Abastecimiento y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASILLAS
Secretaria del Consejo de Administración



73	1	5927	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº 3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH	<p>CATETER GUIA Nº 3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRE NCH CON MALLA DE TRENZADO DOBLE Q ALAMBRE TRENZADO PL ANO DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,071" PARA 6 FR Y 0,078 para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p> <p><u>Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización.</u> <u>Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</u></p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
74	1	5952	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº 3.5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH.	<p>CATÉTER GUIA Nº 3.5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FR ENCH CON MALLA DE TRENZADO DOBLE Q ALAMBRE TRENZADO PL ANO DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,071" para catéteres de 6Fr y de 0,078 para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p> <p><u>Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización.</u> <u>Certificación de FDA y/o CE, y/u otros organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</u></p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

Resolución C.A. - Guaranía Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Rocholl
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Rocholl
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Rocholl
 Dirección Operativa de Contrataciones



75	1	7238	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA N° 3.5 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	<p>CATÉTER GUÍA N° 3.5 EXT RASOPORTE IZO. DE 7 FRENCH CON MALLA DE TRENZADO DOBLE Q ALAMBRE TRENZADO PLANO DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA,</p> <p>Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,071" PARA CATÉTERES DE 6 FR Y 0,078" PARA 7 FR. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento.</p> <p>Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA v/o CE, v/u otros organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
76	1	7236	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA: CATÉTER MULTITUSO A2 - 4 a 5 FRENCH	<p>CATÉTER GUÍA: CATÉTER MULTITUSO A2 - 4 a 5 FRENCH. con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatible con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6 Fr y 0,078 para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA v/o CE, v/u organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
77	1	7236	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER MULTITUSO A2 - 4 a 5 FRENCH.	<p>CATÉTER MULTITUSO A2 - 4 a 5 FRENCH. con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatible con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6 Fr y 0,078 para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA v/o CE, v/u organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dr. Jaime Caballero
 Gerente General
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

Resolución C.A. Pagina Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dr. Jaime Caballero
 Gerente General
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dr. Jaime Caballero
 Gerente General
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora de Contrataciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Castiglioni
 Secretaria del Consejo de Administración



78	1	7237	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA N°3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	<p>CATÉTER GUÍA N°3. EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH CON MALLA DE TRENZADO DOBLE O ALAMBRE TRENZADO PLANO DE ACERO INOXIDABLE PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MÍNIMO DE 0,071" PARA CATÉTERES DE 6FR Y 0,078" PARA CATÉTER 7 FR Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento, <u>Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internación al de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA v/o CE v/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.</u></p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
79	1	3591	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL1 - 6 FR A 7 FR	<p>CATETER GUIA TERAPEUTICO AL1 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078 para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento, <u>Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internación de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA v/o CE v/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto</u></p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
80	1	3591	42221504-006	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL1 - 6 FR A 7 FR	<p>CATETER GUIA TERAPEUTICO AL1 DE 6 FR A 7 FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078 para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blíster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento, <u>Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo v/o internación de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA v/o CE v/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto</u></p>	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María Racholli
Directora de Contrataciones
Dirección Operativa

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



81	1	<u>3592</u>	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL2-6 FR A 7 FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL2 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6 Fr y 0,078 para catéter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
82	1	<u>3592</u>	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL2-6 FR A 7 FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL2 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6 Fr y 0,078 para catéter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
83	1	<u>3593</u>	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL3-6 A 7 FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL3 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
84	1	<u>3593</u>	42221504-006	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL3-6 A 7 FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO AL3 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

Resolución 100/19
Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Gaspar...

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rochoil
Directora de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASINO
Secretaria del Consejo de Administración



89	1	5776	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 - 6 A 7 FR	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 DE 6 A 7 FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" y 0,078" para catéter 7 fr. para catéteres de 6Fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional al de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril
90	1	5776	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 - 6 A 7 FR	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 DE 6 A 7 FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078" para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril
91	1	3689	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 - 6 A 7 FR	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 DE 6 A 7 FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078" para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril
92	1	3689	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 - 6 A 7 FR	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 DE 6 A 7 FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078" para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente General

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dirección de Contratación

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 María Rochou
 Directora General de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. ANTONIO CASARDO
 Secretario del Consejo de Administración



93	1	<u>5778</u>	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 - 6 A 7 FR	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078 para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
94	1	<u>5778</u>	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 - 6 A 7 FR	estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
	1	<u>5779</u>	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 - 6 A 7 FR	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 DE 6 A 7Fr con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071 para catéteres de 6Fr y 0,078 para catéter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>
96	1	<u>5779</u>	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 - 6 A 7 FR	Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	<u>Envase estéril</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Gerencia de Abastecimiento y Logística
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE

Resolución 5778/19 Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Rocío
 Secretaria del Consejo de Administración



97	1	5784	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 4 de 6 a 7 FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR4 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078" para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril
98	1	5784	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 4 de 6 a 7 FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR5 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078" para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril
99	1	5782	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 5 - 6 A 7 FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR5 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078" para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril
100	1	5782	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 5 - 6 A 7 FR	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR5 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para catéteres de 6Fr y 0,078" para catéter 7 fr. Empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente estéril, herméticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos: medidas, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización. Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Envase estéril

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Agencia de Asesoramiento y Logística

Resolución C.A. 11/19

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE



101	1	7188	42221504-005	CATÉTER GUIA	CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A 7 FR	CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para cateteres de 6Fr y de 0,078 para cateter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	
102	1	7188	42221504-005	CATÉTER GUIA	CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A 7FR	CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,071" para cateteres de 6Fr y de 0,078 para cateter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas, codigo de lote, fecha de fabricacion, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, folleto de instrucciones de uso, indicaciones de almacenamiento. Experiencia mínima de 5 años en el mercado Paraguayo y/o internacional de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilización Certificación de FDA y/o CE y/o organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de países que utilizan el producto.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	
MANÓMETRO										
103	1	3665	42203405-002	MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA	MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA		UNIDAD	UNIDAD	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	
PINZA PARA BIOPSIA										
104	1	10717	42203408-9997	KIT PARA BIOPSIA CARDIACA	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	DE 50 A 70 CM DE LONGITUD, CON EL SET DE EQUIPO DE ACCESO QUE INCLUYE EL INTRODUCUTOR Y SU CATÉTER GUIA.	UNIDAD	UNIDAD	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	
105	1	10718	42203408-9997	KIT PARA BIOPSIA CARDIACA	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	DE 110 A 130 CM DE LONGITUD, CON EL SET DE EQUIPO DE ACCESO QUE INCLUYE EL INTRODUCUTOR Y SU CATÉTER GUIA.	UNIDAD	UNIDAD	Empaque individual, en papel grado medico y/o blister transparente esteril, hermeticamente cerrado	
SET DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO										
106	1	9926	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO CESTA	Con punta del cesto atraumatico. De 7 a 8,5 French. Longitud de 100 cm (+ 20 cm). Con marcadores radiopacos. Cesta con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitalol, oro, tantalio.	Unidad	Envase estéril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	
107	1	9927	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO LAZO	Con asa en lazo atraumatica. De 6 a 6,5 French. Longitud de 100 cm (+ 20 cm). Con marcadores radiopacos. Lazo con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nitalol, oro, tantalio.	Unidad	Envase estéril	Empaque individual en papel grado medico y/o blister transparente. Estéril.	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Asesoramiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Asesoramiento y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alma María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. María Casero
 Secretaria del Consejo de Administración



108	1	11302	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO TREBOL	Con 4 asas en forma de trebol, atraumáticas. De 6 a 7 French. Longitud de 100 cm (+/- 20 cm). Con marcadores radiopacos. Asas con uno o más componentes que confieran alta radiopacidad tales como nítinol, oro, tantalio.	Unidad	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
INTRODUCTORES - SERVICIO CIRUGÍA VASCULAR										
109	1	10208	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 5 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)	Estéril, desechable	UNIDAD	Kit	Kit	-
110	1	10209	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 6 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFILICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUÍA DE 0,018"(046 MM) X 40 CM.	UNIDAD	Kit	Kit	-
111	1	11222	42203403-004	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 4 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR EL INTRODUCTOR HIDROFILICO DE 10 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL PARA EVITAR EL SANGRADO, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 G, UNA MINI GUÍA 0,025/0,018". PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD	Kit	Kit	-
INTRODUCTOR - HEMODINAMIA										
112	1	7171	42203403-004	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 8 FRENCH	Con Aguja de Punción Arterial (Kit). Envase estéril individual grado médico.	UNIDAD	Kit	Kit	-
CATÉTER BERMANN DE ANGIOGRAFÍA										
113	1	5626	42221504-006	CATÉTER ANGIOGRAFICO	CATÉTER BERMANN-ANGIO 4 A 5 FR.	Estéril, descartable.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
114	1	7203	42221504-006	CATÉTER ANGIOGRAFICO	CATÉTER BERMANN-ANGIO 6 FR.	Estéril, descartable.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
115	1	7204	42221504-006	CATÉTER ANGIOGRAFICO	CATÉTER BERMANN-WEDGE 4 A 5 FR.	Estéril, descartable.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
OCLUSOR INTERAURICULAR										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 18/08/2019
 Contr. 2019

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Olga Maria Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



116	1	11217	42296007-9999	OCLUSOR INTERAURICULAR	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATÉTER DE COMUNICACIÓN INTERATRIAL PERSISTENTE TAMAÑO 4 MM AL 38 MM	CON DISCO DOBLE, AUTO-EXPANDIBLE CON MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL. DISCOS UNIDOS ENTRE SÍ POR UNA CORTA CINTURA DE CONEXIÓN CORRESPONDIENTE AL TAMAÑO DE LA COMUNICACIÓN INTERATRIAL. EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA LIBERADOR DE ENTREGA UN CATÉTER GUIA. EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN KITS	UNIDAD	KIT	KIT	-
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICO										
117	1	11219	42221513-001	ALAMBRE GUIA	GUÍA SUPER RIGIDA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 cm	SUPER RIGIDA DE 0,035 mm, AFLADA LOS PRIMEROS 7 CM, CON PUNTA CURVA DE "J" DE 3 MM	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
OCLUSOR DUCTAL										
118	1	11227	42296007-9998	OCLUSOR DUCTAL	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATÉTER DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE TAMAÑO 5 MM DIAMETRO AORTICO-4 MM DIAMETRO PULMONAR AL 14 MM AORTICO-12 MM PULMONAR	EL SISTEMA, UN DISPOSITIVO AUTO-EXPANDIBLE HECHO DE NITINOL MALLA DE ALAMBRE, CON UNA FALDA DE RETENCIÓN EN EL LADO AORTICO QUE PROPORCIONA UN POSICIONAMIENTO EN LA AMPOLLA DEL CONDUCTO. A MEDIDA QUE EL OCLUSOR SE IMPLANTA, SE EXPANDE HACIA AFUERA Y LOS CABLES EMPUJAN CONTRA LA PARED DEL CONDUCTOR. EL DISPOSITIVO CUENTA CON UN TEJIDO DE POLIESTER QUE SE COSE EN EL OCLUSOR. EL TEJIDO INDUCE TROMBOSIS QUE CIERRA LA COMUNICACION. EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA DE ENTREGA UN CATÉTER GUIA DE 180° EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD	KIT	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
STENT PERIFÉRICO										
119	1	11228	42142710-004	STENT RENAL	STENT PERIFÉRICO RENAL DE 5 MM DE DIAMETRO X 15 MM al 7 MM DE DIAMETRO AL 19 MM DE LONGITUD PRE-MONTADO EN BALÓN	EL SISTEMA STENT PREMONTADO, VIENE CON UN STENT DE METAL DE ACERO INOXIDABLE, CELULAS CERRADAS, MONTADO EN UN BALÓN SEMI COMPLACIENTE CON PRESION MAXIMA DE INSUFLADO DE HASTA 14 ATM, CON DOS MARCAS RADIOPACAS, QUE ACEPTAN GUIAS DE ALAMBRE DE 0,014 HASTA 0,018	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Adquisición de Insumos y Logística

Resolución N° 100/2019
 Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Adquisición de Insumos y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 SECRETARIO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION



120	1	11229	42221513-003	STENT	STENT PERIFERICO DE METAL, DE 19 MM AL 40 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE DIAMETRO	STENT DE ACERO INOXIDABLE, CON CELDAS CERRADAS, FLEXIBLE, CON ALTA FUERZA RADIAL, NO MONTADO Y NO AUTOEXPANDIBLE. CON CAPACIDAD PARA MONTAR EN BALONES, SER GUIADAS EN VAINAS LARGAS.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
CATÉTER BALÓN										
121	1	11230	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE ATRIOSEPTOSTOMIA 5 F	EL BALÓN DE ATRIOSEPTOSTOMIA ES UN CATÉTER DE DOBLE LUMEN, DE 50 CM DE LONGITUD COMPUESTO DE UN BALÓN DE 9,5 MM (13,5) MM DE DIAMETRO, BALÓN NO COMPLACIENTE DE 1 CC DE VOLUMEN, (2CC) CON AGUJERO DISTAL, QUE PERMITE EL PASAJE DE GUIA DE ALAMBRE 0,014. EL BALÓN VIENE CON UNA ANGULACION DE 30° PARA EL FACIL PASAJE AL ATRIO IZQUIERDO.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
122	1	10204	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN	<u>CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 1,5 MM DE DIAMETRO X 10 a 12 M M. DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON A LAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 1,5 MM DE DIAMETRO X 10 a 12 M M. DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON A LAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y</u>	UNIDAD	Envase estéril	Empaque Individual. Estéril	Se aclara que se solicita Balón de 1,5 mm de diámetro x 10 mm de longitud
122	1	10204	42221504-008	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN	<u>CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE 1,5 MM DE DIAMETRO X 10 a 12 M M. DE LONGITUD DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON A LAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 12 A 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE 0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y</u>	UNIDAD	Envase estéril	Empaque Individual. Estéril	Se aclara que se solicita Balón de 1,5 mm de diámetro x 10 mm de longitud
NEURO RADIOLOGÍA - TERAPIA ENDOVASCULAR										
124	1	9492-2	42295303-006	CATÉTER CEREBRAL	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 2 O BENTSON	Catéter radiópaco, hidrofílico. Usado con guía 0,030" a 0,040" estéril.	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
125	1	9885	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR DE 6 FR y de 7 a 15 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 y 0.040"	Radiópaco o con marca radiópaca, estéril	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-
126	1	7276	42203405-001	CONECTOR EN Y	CONECTOR EN Y (YPSILON) DE 2 VÍAS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA		UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril.	-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

Resolución C.A. Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Gerencia de Contratación

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANTONIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



127	1	7277	42203405-001	CONECTOR EN Y	CONECTOR EN Y (YPSILON) DE 3 VÍAS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA	<u>De uso en angioplastia coronaria.</u>	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/ o blister transparente. Estéril.	
128	1	10728	42221612-9998	Llave manifold de tres vias	<u>Manifold para cateterismo: llave de 3 vias con rotor para contraste, presión invasiva y fluidos.</u>	<u>Estéril, descartable</u>	UNIDAD	Envase estéril	Empaque individual en papel grado médico y/ o blister transparente. Estéril.	
PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL										
129	1	11539	42142802-9999	BRAZALETE ARTERIAL	PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL	PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL: DISPOSITIVO DE MATERIAL TRANSPARENTE DE CIERRE DE ARTERIA RADIAL O CUBITAL POR MEDIO DE 2 BALONES, INCLUYE JERINGA ESPECÍFICA E INDICADOR DE INSUFLADO. DIÁMETRO DE LA PULSERA DE 24 CM DE CIRCUNFERENCIA. ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL, EN PAPEL GRADO MÉDICO, HERMÉTICAMENTE CERRADO. LA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: CÓDIGO DE LOTE, FECHA DE FABRICACIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO, PROCEDENCIA O FABRICANTE LEGAL, LOGOTIPO DE LA CE O FDA, FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE USO, INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO.	UNIDAD	KIT	KIT. <u>(Envase estéril individual)</u>	

Obs.: Todos los ítems deberán presentarse en empaque individual, en papel grado médico y/o blister transparente, estéril, herméticamente cerrado

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Prestación de Servicios y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Prestación de Servicios y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Alicia María Kocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. María Castiella
Secretaría de Contrataciones

Resolución C.A. - P. ... Web IPS



PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DONDE DICE

LOTE 1 - CATETER BALÓN - POR MONTO
 MONTO MINIMO: GS.2.782.610.000
 MONTO MAXIMO: GS. 5.565.220.000

LOTE	ITEM	CÓDIGO -SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	10204	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 1,5 MM DE DIÁMETRO X 10 A 12 MM DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.101.250	2.101.250
	2	10205-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.050.000	2.050.000
	3	10205-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.050.000	2.050.000
	4	10205-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 20 a 27 MM DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.050.000	2.050.000
	5	10203-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.052.650	2.052.650
	6	10203-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 12 A 15 MM DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.052.650	2.052.650
	7	10203-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 20 A 27 MM DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.052.650	2.052.650
	8	6040-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.100.150	2.100.150
	9	6040-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.100.150	2.100.150
	10	6040-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO X 20 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.100.150	2.100.150
	11	5073-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533
	12	5073-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533
	13	5073-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO X 20 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533
	14	6041-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 6 a 8 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533
	15	6041-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 12 a 15 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533
	16	6041-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO X 20 a 27 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533
	17	4871-1	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 6 a 8 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533
	18	4871-2	42221504-007	CATÉTER BALÓN	CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. ANA LILIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. ANA LILIA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	19	4871-3	42221504-007	CATÉTER BALÓN	x 12 A 15MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE. CATÉTER BALÓN DE 4,0 MM DE DIÁMETRO x 20 A 27MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	2.403.533	2.403.533
TOTAL										42.341.447

LOTE 2- COILS- POR MONTO
MONTO MINIMO: GS. 113.479.725
MONTO MAXIMO: GS. 226.959.450

LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	1	9911	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 3 cm DE LARGO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	4.539.189	4.539.189
	2	9912	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 4 cm DE LARGO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	4.539.189	4.539.189
	3	9914	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	4.539.189	4.539.189
	4	9915	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	4.539.189	4.539.189
	5	9916	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1	4.539.189	4.539.189
TOTAL										22.695.945

CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS - LOTE 3 AL 123

ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA.

LOTE	ITEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN DNCP	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO SEGÚN CBDM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	1	5660-1	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	302.050	7.551.250
4	1	5660-2	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" x 140 A 180 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	314.000	7.850.000
5	1	5660-5	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,035" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	25	50	302.050	15.102.500
6	1	5660-6	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,035" x 140 A 180 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	150	300	302.050	90.615.000
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA.											
7	1	5660-3	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,025" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	370.000	9.250.000
8	1	5660-4	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,025" x 140 A 180 cm. PUNTA J	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	370.000	9.250.000
9	1	5660-7	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,035" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	25	50	370.000	18.500.000
10	1	5660-8	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,035" x 140 A 180 cm. PUNTA J	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	500	1.000	370.000	370.000.000
ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" X 140 a 180 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA											
11	1	7200-1	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	364.550	36.455.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente de Abastecimiento y Logística

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Ana María Rocholl
 Directora de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. ANA MARÍA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



12	1	7200-2	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILE NO 0,038" x 140 A 180 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	150	300	319.550	95.865.000
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" X 140 A 180 CM. PUNTA "J" Ó PUNTA RECTA											
13	1	7200-3	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" x 140 A 180 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	353.334	35.333.400
14	1	7200-4	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" x 140 A 180 cm. PUNTA J	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	500	1.000	353.334	353.334.000
ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,038" X 250 A 300 CM. PUNTA RECTA O PUNTA J											
15	1	5706-1	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILE NO 0,038" X 250 a 300 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	125	250	292.533	73.133.250
16	1	5706-2	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILE NO 0,038" X 250 a 300 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	125	250	292.533	73.133.250
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" X 250 A 300 CM. PUNTA RECTA O PUNTA J											
17	1	5706-3	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA RECTA:	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	125	250	568.751	142.187.750
18	1	5706-4	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,038" x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	125	250	568.751	142.187.750
ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILENO 0,025" A 0,035" X 250 A 300 CM. PUNTA "J" Ó PUNTA RECTA											
19	1	7201-1	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILE NO 0,035" x 250 a 300 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	333.050	8.326.250
20	1	7201-2	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILE NO 0,035 " x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	175	350	333.050	116.567.500
21	1	7201-5	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILE NO 0,025" x 250 a 300 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	361.250	9.031.250
22	1	7201-6	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA TETRAFLUORETILE NO 0,025 " x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	175	350	308.300	107.905.000
ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,025" A 0,035" X 250 A 300 CM. PUNTA "J" Ó PUNTA RECTA											
23	1	7201-3	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA DE 0,035" X 250 A 300 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	756.667	18.916.675
24	1	7201-4	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,035" x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	100	200	253.225	50.645.000
25	1	7201-7	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA DE 0,025" X 250 A 300 cm. PUNTA RECTA	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	400.000	10.000.000
26	1	7201-8	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA 0,025" x 250 a 300 cm. PUNTA "J"	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	100	200	400.000	80.000.000
ALAMBRE GUÍA											
27	1	10724	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA RECTA.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	50	1.255.000	62.750.000
28	1	10725	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA HIDROFÍLICA CON NÚCLEO DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 0,025 PUNTA "J".	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	25	50	1.255.000	62.750.000
29	1	10727	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	GUÍA HIDROFÍLICA PARA USO EN OCLUSIONES CRÓNICAS ARTERIOVENOSAS.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	579.825	57.982.500
30	1	11220	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	GUÍA HIDROFÍLICA PUNTA CURVA 0,035 DE 150 CM	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	462.163	46.216.300
31	1	11221	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	GUÍA HIDROFÍLICA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 CM	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	474.800	47.480.000
32	1	3590	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA J, O RECTO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	500	1.000	861.633	861.633.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dr. Jaime Caballero
 Gerente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dr. Jaime Caballero
 Gerente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rachol
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rachol
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Ana María Castro
 Secretaria del Consejo de Administración



					MOLDEABLE TIPO FLOPPY x 170 a 200 CM.DE LONGITUD. Hidrofilica.						
33	1	10210	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA 0,014 X 170 A 200 CM. DE LONGITUD PUNTA RÍGIDA. Hidrofilica	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	250	500	745.225	372.612.500
34	1	6937	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE HIDROFILICA 0.014" PUNTA J TIPO INTERMEDIO DE 170 A 200 CM.DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	500	1.000	785.000	785.000.000
35	1	6938	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	ALAMBRE GUÍA DE 0,014" PUNTA J O RECTO MOLDEABLE TIPO INTERMEDIO x 260 a 300 CM.DE LONGITUD. Hidrofilica.	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	1.034.975	103.497.500
36	1	7262	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	GUÍAS LARGAS TETRAFLUORETILE NO DE INTERCAMBIO N° 0,035 x 240 a 300 cm DE LONGITUD	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	250	500	537.400	268.700.000

CATÉTERES DE DIAGNÓSTICO

37	1	7174	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	30	60	310.333	18.619.980
38	1	5815	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 1 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	100	200	310.333	62.066.600
39	1	7175	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	25	50	310.333	15.516.650
40	1	3596	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 2 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	100	200	310.333	62.066.600
41	1	5773	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AL 4 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	5	10	288.214	2.882.140
42	1	7177	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 3 DE 5 A 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	5	10	265.500	2.655.000
43	1	7179	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	310.333	31.033.300
44	1	5819	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO AR 2 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	150	300	310.333	93.099.900
45	1	7181	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	25	50	310.333	15.516.650
46	1	5768	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 5 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	310.333	31.033.300
47	1	5770	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	100	200	330.250	66.050.000
48	1	7183	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 3,5 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	10	20	310.333	6.206.660
49	1	7184	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	310.333	31.033.300
50	1	7185	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	25	50	310.333	15.516.650
51	1	5766	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	10	20	310.333	6.206.660
52	1	5767	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1.500	3.000	310.333	930.999.000
53	1	7186	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 3,5 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	12	25	310.333	7.758.325
54	1	5769	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JL 6 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	15	30	264.000	7.920.000
55	1	3595	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 4 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	1.500	3.000	310.333	930.999.000
56	1	5110	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 5 DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	310.333	31.033.300
57	1	7187	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO JR 6 DE 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	10	20	310.333	6.206.660
58	1	7189	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	100	200	390.464	78.092.800

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 C.E.R.E.N.I.E.
 Dirección de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Roccholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Roccholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Roccholl
 Directora
 Secretaría del Consejo de Administración



					MULTIPROPÓSITO 6 FRENCH							
59	1	7211	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIGTAIL 50 a 80 CM DE LONG. 4 FR	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	388.500	38.850.000	
60	1	4792	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 4 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	10	20	840.000	16.800.000	
61	1	7209	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTERES TIPO NIH CORDIS 5 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	30	60	488.000	29.280.000	
62	1	7198	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO SONES DE 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTÉRIL	50	100	134.357	13.435.700	
CATÉTER DE TERMODILUCIÓN												
CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ 7 FR												
63	1	11301-1	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN:	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ 7 Fr	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	10	20	1.850.000	37.000.000	
64	1	11301-2	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN:	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ 7,5 Fr	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	10	20	1.850.000	37.000.000	
65	1	11299	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN:	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN TIPO SWAN-GANZ	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	15	30	1.850.000	55.500.000	
CATÉTERES GUÍAS												
CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO Nº 4 de 6 a 7 FR												
66	1	5953-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO Nº 4 de 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	100	574.167	57.416.700	
67	1	5953-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA EXTRASOPORTE IZQUIERDO Nº 4 de 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	100	574.167	57.416.700	
68	1	5780-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA JR 3,5 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	25	50	600.470	30.023.500	
69	1	5780-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA JR 3,5 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	25	50	600.470	30.023.500	
70	1	5703-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 6 FR.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	100	600.470	60.047.000	
71	1	5703-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA MAMARIA INTERNA 7 FR.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	100	600.470	60.047.000	
72	1	5927	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº 3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	250	500	700.000	350.000.000	
73	1	5952	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº 3,5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	600	1.200	590.278	708.333.600	
74	1	7238	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº3,5 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	20	40	563.000	22.520.000	
75	1	7236-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER MULTIUSO A2 - 4 FRENCH.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	10	20	127.192	2.543.840	
76	1	7236-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER MULTIUSO A2 - 5FRENCH.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	10	20	127.192	2.543.840	
77	1	7237	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA Nº3 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	40	40	612.000	24.480.000	
78	1	3591-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL1 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	50	780.589	39.029.450	
79	1	3591-2	42221504-006	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL1 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	50	780.589	39.029.450	
80	1	3592-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL2 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	50	780.589	39.029.450	
81	1	3592-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL2 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	50	780.589	39.029.450	
82	1	3593-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL3 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	30	30	950.000	28.500.000	
83	1	3593-2	42221504-006	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AL3 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	30	30	950.000	28.500.000	
84	1	5697-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR1 - 6FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	100	100	834.864	83.486.400	
85	1	5697-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR1 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	100	100	834.864	83.486.400	
86	1	5698-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR2 - 6FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	100	100	713.334	71.333.400	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento Logístico

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

(Handwritten signature)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Gabriela Castro
 Secretaria de Control de Administración



87	1	5698-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO AR2 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	100	100	713.334	71.333.400
88	1	5776-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	50	738.495	36.924.750
89	1	5776-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 3,5 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	50	738.495	36.924.750
90	1	3689-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	400	400	738.329	295.331.600
91	1	3689-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 4 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	400	400	738.329	295.331.600
92	1	5778-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	50	733.333	36.666.650
93	1	5778-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 5 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	50	50	733.333	36.666.650
94	1	5779-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	20	20	726.250	14.525.000
95	1	5779-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JL 6 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	20	20	726.250	14.525.000
96	1	5784-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 4 - 6 a 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	500	500	744.464	372.232.000
97	1	5784-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 4 - 6 a 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	500	500	744.464	372.232.000
98	1	5782-1	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 5 - 6 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	100	100	746.667	74.666.700
99	1	5782-2	42221504-005	CATÉTER GUÍA	CATÉTER GUÍA TERAPÉUTICO JR 5 - 7 FR	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	100	100	746.667	74.666.700
MANÓMETRO											
100	1	3665	42203405-002	MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA	MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA	UNIDAD	UNIDAD	810	1.620	313.900	508.518.000
PINZA PARA BIOPSIA											
101	1	10717	42203408-9997	KIT PARA BIOPSIA CARDÍACA	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	UNIDAD	UNIDAD	2	5	6.012.313	30.061.565
102	1	10718	42203408-9997	KIT PARA BIOPSIA CARDÍACA	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA DE 5 A 7 FRENCH	UNIDAD	UNIDAD	2	5	5.310.280	26.551.400
SET DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO											
103	1	9926	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO CESTA	Unidad	ENVASE ESTERIL	1	2	11.427.000	22.854.000
104	1	9927	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO LAZO	Unidad	ENVASE ESTERIL	2	5	9.845.000	49.225.000
105	1	11302	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO TIPO TREBOL	Unidad	ENVASE ESTERIL	2	5	14.418.000	72.090.000
INTRODUCTORES - SERVICIO CIRUGIA VASCULAR											
106	1	10208	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 5 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	Kit	12	25	237.000	5.925.000
107	1	10209	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 6 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL)	UNIDAD	Kit	12	25	237.000	5.925.000
108	1	11222	42203403-004	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR RADIAL CORTO DE 4 FRENCH	UNIDAD	Kit	100	200	277.750	55.550.000

CATETER BERMANN DE ANGIOGRAFIA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 Gerente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 Gerente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rochó
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rochó
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. ANA MARÍA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



109	1	5626	42221504-006	CATETER ANGIOGRAFICO	CATÉTER BERMANN- ANGIO 4 A 5 FR.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	5	10	674.999	6.749.990
110	1	7203	42221504-006	CATETER ANGIOGRAFICO	CATÉTER BERMANN- ANGIO 6 FR.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	5	10	674.999	6.749.990
111	1	7204	42221504-006	CATETER ANGIOGRAFICO	CATÉTER BERMANN- WEDGE 4 A 5 FR.	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	5	10	674.999	6.749.990
OCCLUSOR INTERAURICULAR											
112	1	11217	42296007-9999	OCCLUSOR INTERAURICULAR	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATETER DE COMUNICACIÓN INTERATRIAL PERSISTENTE TAMAÑO 4 MM AL 38 MM	UNIDAD	KIT	7	15	46.000.000	690.000.000
ALAMBRE GUIA HIDROFILICO											
113	1	11219	42221513-001	ALAMBRE GUIA	GUÍA SUPER RIGIDA PUNTA CURVA 0,035 DE 260 cm	UNIDAD	Envase Esteril	50	100	2.200.000	220.000.000
OCCLUSOR DUCTAL											
114	1	11227	42296007-9998	OCCLUSOR DUCTAL	DISPOSITIVO DE OCLUSION TRANSCATETER DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE TAMAÑO 5 MM DIAMETRO AORTICO-4 MM DIAMETRO PULMONAR AL 14 MM AORTICO-12 MM PULMONAR	UNIDAD	KIT	15		46.875.000	703.125.000
STENT PERIFERICO											
115	1	11228	42142710-004	STENT RENAL	STENT PERIFERICO RENAL DE 5 MM DE DIAMETRO X 15 MM al 7 MM DE DIAMETRO AL 19 MM DE LONGITUD PRE-MONTADO EN BALÓN	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	10	20	9.166.667	183.333.340
116	1	11229	42221513-003	STENT	STENT PERIFERICO DE METAL DE 19 MM AL 40 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE DIAMETRO	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	10	20	13.420.000	268.400.000
CATETER BALÓN											
117	1	11230	42221504-007	CATETER BALÓN	CATETER BALÓN DE ATRIOSEPTOSTOMI A 5 F	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	2	5	6.558.325	32.791.625
NEURORADIOLOGIA- TERAPIA ENDOVASCULAR											
118	1	9492-2	42295303-006	CATETER CEREBRAL	CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 2 O BENTSON	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	6	12	632.000	7.584.000
119	1	9885	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	INTRODUCTOR DE 6 FR y de 7 a 15 CM DE LARGO . USADO CON GUÍA DE 0.035 y 0.040"	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	6	12	278.425	3.341.100
120	1	7276	42203405-001	CONECTOR EN Y	CONECTOR EN Y (YPSILON) DE 2 VIAS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	420	840	287.500	241.500.000
121	1	7277	42203405-001	CONECTOR EN Y	CONECTOR EN Y (YPSILON) DE 3 VIAS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	900	1.800	101.999	183.598.200
122	1	10728	42221612-9998	Llave manifold de tres vias	MANIFOLD PARA CATETERISMO. LLAVE 3 VIAS	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	600	1.200	88.207	105.848.400
PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL											
123	1	11539	42142802-9999	BRAZALETE ARTERIAL	PULSERA DE COMPRESIÓN RADIAL	UNIDAD	KIT	750	1.500	302.000	453.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones



DEBE DECIR

LOTE 1

MONTO MINIMO	Gs. 2.639.938.889
MONTO MAXIMO	Gs. 5.279.877.778

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO S/ DNCP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	1	10205	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	1.850.000	1.850.000
	2	10205	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	1.850.000	1.850.000
	3	10205	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	1.850.000	1.850.000
	4	10203	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	1.853.533	1.853.533
	5	10203	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	1.853.533	1.853.533
	6	10203	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	1.853.533	1.853.533
	7	6040	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	8	6040	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	9	6040	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	10	5073	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	11	5073	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	12	5073	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	13	6041	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	14	6041	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	15	6041	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	16	4871	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	17	4871	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
	18	4871	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	1	2.120.200	2.120.200
TOTAL								36.552.999	

LOTE 2

MONTO MINIMO	Gs. 71.862.688
MONTO MAXIMO	Gs. 143.725.377

Lote	Ítem	CÓDIGO - SIH	Código Catálogo (DNCP)	Descripción del Artículo s/ DNCP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
2	1	9911	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	UNIDAD	Envase estéril	1	2.847.189	2.847.189
	2	9912	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	UNIDAD	Envase estéril	1	2.847.189	2.847.189
	3	9914	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	UNIDAD	Envase estéril	1	2.847.189	2.847.189
	4	9915	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	UNIDAD	Envase estéril	1	2.847.189	2.847.189
	5	9916	42292904-002	COILS PARA HEMODINAMIA	UNIDAD	Envase estéril	1	2.983.783	2.983.783
TOTAL								14.372.539	

LOTE 3

MONTO MINIMO	Gs. 18.262.704
MONTO MAXIMO	Gs. 36.525.409

Lote	Ítem	CÓDIGO - SIH	Código Catálogo (DNCP)	Descripción del Artículo s/ DNCP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
3	1	11223	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	KIT	1	366.857	366.857
	2	11224	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	KIT	1	366.857	366.857
	3	7098	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	KIT	1	366.857	366.857

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Oficina de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Kocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTRO
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones



4	<u>7170</u>	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	KIT	1	473.234	473.234
5	<u>4791</u>	42203403-004	INTRODUCTOR PARA CATÉTERISMO PEDIÁTRICO	UNIDAD	KIT	1	430.611	430.611
6	<u>7169</u>	42203403-004	INTRODUCTOR PARA CATÉTERISMO PEDIÁTRICO	UNIDAD	KIT	1	430.611	430.611
TOTAL								2.435.027

CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES LOTE 4 AL 131

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DNCP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
4	1	<u>5660</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	378.200	9.455.000
5	1	<u>5660</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	371.200	9.280.000
6	1	<u>5660</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	371.200	9.280.000
7	1	<u>5660</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	344.267	8.606.675
8	1	<u>5660</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	377.600	9.440.000
9	1	<u>5660</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	377.600	9.440.000
10	1	<u>5660</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	283.200	14.160.000
11	1	<u>5660</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	500	1.000	283.200	283.200.000
12	1	<u>7200</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	410.250	41.025.000
13	1	<u>7200</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	150	300	351.667	105.500.100
14	1	<u>7200</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	385.000	38.500.000
15	1	<u>7200</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	500	1.000	385.000	385.000.000
16	1	<u>5706</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	125	250	274.400	68.600.000
17	1	<u>5706</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	125	250	274.400	68.600.000
18	1	<u>5706</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	125	250	307.733	76.933.250
19	1	<u>5706</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	125	250	307.733	76.933.250
20	1	<u>7201</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	366.788	9.169.700
21	1	<u>7201</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	175	350	341.788	119.625.800
22	1	<u>7201</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	455.717	11.392.925
23	1	<u>7201</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	175	350	455.717	159.500.950
24	1	<u>7201</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	366.788	9.169.700
25	1	<u>7201</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	100	200	366.788	73.357.600
26	1	<u>7201</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	13	25	489.050	12.226.250
27	1	<u>7201</u>	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	100	200	489.050	97.810.000
28	1	10724	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	196.256	9.812.800
29	1	10725	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	196.256	9.812.800
30	1	10727	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	100	200	529.671	105.934.200
31	1	11220	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	478.830	47.883.000
32	1	11221	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	478.830	47.883.000
33	1	3590	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	500	1.000	490.300	490.300.000
	1	10210	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	250	500	465.300	232.650.000
	1	6937	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	500	1.000	499.300	499.300.000
	1	6938	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	696.633	69.663.300
	1	7262	42221513-001	ALAMBRE GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	250	500	377.400	188.700.000
	1	7174	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	30	60	241.760	14.505.600
	1	5815	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	100	200	246.778	49.355.600
	1	7175	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	25	50	248.644	12.432.200
41	1	3596	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	100	200	249.133	49.826.600
42	1	5773	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	5	10	313.214	3.132.140
43	1	7177	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	5	10	303.000	3.030.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE GENERAL
 Calle de la Libertad 1000, Asunción, Paraguay

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Calle de la Libertad 1000, Asunción, Paraguay

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Secretaría de Administración



LOTE	ÍTEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DNCP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
44	1	7179	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	50	100	248.250	24.825.000
45	1	5819	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	150	300	404.233	121.269.900
46	1	7181	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	25	50	233.100	11.655.000
47	1	5768	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	50	100	232.000	23.200.000
48	1	5770	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	100	200	470.750	94.150.000
49	1	7183	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	10	20	497.667	9.953.340
50	1	7184	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	50	100	497.667	49.766.700
51	1	7185	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	25	50	237.922	11.896.100
52	1	5766	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	10	20	327.000	6.540.000
53	1	5767	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	1.500	3.000	240.667	722.001.000
54	1	7186	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	13	25	303.000	7.575.000
55	1	5769	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	15	30	243.667	7.310.010
56	1	3595	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	1.500	3.000	402.778	1.208.334.000
57	1	5110	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	50	100	303.000	30.300.000
58	1	7187	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	10	20	303.000	6.060.000
59	1	7189	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	100	200	1.418.464	283.692.800
60	1	7211	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	50	100	409.000	40.900.000
61	1	4792	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	10	20	859.500	17.190.000
62	1	7209	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	30	60	687.500	41.250.000
63	1	7198	42221504-006	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO	UNIDAD	Envase estéril	50	100	134.357	13.435.700
64	1	11301	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN:	UNIDAD	Envase estéril	10	20	1.700.000	34.000.000
65	1	11301	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN:	UNIDAD	Envase estéril	10	20	1.700.000	34.000.000
66	1	11299	42221503-001	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN:	UNIDAD	Envase estéril	15	30	1.700.000	51.000.000
67	1	5953	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	524.167	52.416.700
68	1	5953	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	524.167	52.416.700
69	1	5780	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	550.470	27.523.500
70	1	5780	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	600.000	30.000.000
71	1	5703	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	500.000	50.000.000
72	1	5703	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	500.000	50.000.000
73	1	5927	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	250	500	783.782	391.891.000
74	1	5952	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	600	1.200	540.278	648.333.600
75	1	7238	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	20	40	513.000	20.520.000
76	1	7236	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	10	20	246.942	4.938.840
77	1	7236	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	10	20	246.942	4.938.840
78	1	7237	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	20	40	612.000	24.480.000
79	1	3591	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	570.883	28.544.150

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Jaime Caballero
 GERENTE
 Dirección de Operativo y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. [Signature]
 Directora

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. ANA MARÍA CASTRO
 Secretaria del Consejo de Administración



LOTE	ÍTEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DNCP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
80	1	3591	42221504-006	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	570.883	28.544.150
81	1	3592	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	583.833	29.191.650
82	1	3592	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	583.833	29.191.650
83	1	3593	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	15	30	700.000	21.000.000
84	1	3593	42221504-006	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	15	30	700.000	21.000.000
85	1	5697	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	769.900	76.990.000
86	1	5697	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	769.900	76.990.000
87	1	5698	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	571.667	57.166.700
88	1	5698	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	571.667	57.166.700
89	1	5776	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	577.167	28.858.350
90	1	5776	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	577.167	28.858.350
91	1	3689	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	200	400	681.752	272.700.800
92	1	3689	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	200	400	681.752	272.700.800
93	1	5778	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	706.966	35.348.300
94	1	5778	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	25	50	706.966	35.348.300
95	1	5779	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	10	20	562.500	11.250.000
96	1	5779	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	10	20	562.500	11.250.000
97	1	5784	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	250	500	598.929	299.464.500
98	1	5784	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	250	500	598.929	299.464.500
99	1	5782	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	603.333	60.333.300
100	1	5782	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	603.333	60.333.300
101	1	7188	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	150	300	925.000	277.500.000
102	2	7188	42221504-005	CATÉTER GUÍA	UNIDAD	Envase estéril	150	300	925.000	277.500.000
103	1	3665	42203405-002	MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA	UNIDAD	UNIDAD	810	1.620	185.200	300.024.000
104	1	10717	42203408-9997	KIT PARA BIOPSIA CARDÍACA	UNIDAD	UNIDAD	3	5	6.012.313	30.061.565
105	1	10718	42203408-9997	KIT PARA BIOPSIA CARDÍACA	UNIDAD	UNIDAD	3	5	5.310.280	26.551.400
106	1	9926	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	Unidad	Envase estéril	1	2	8.479.313	16.958.626
107	1	9927	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	Unidad	Envase estéril	3	5	5.195.280	25.976.400
108	1	11302	42203408-005	SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR	Unidad	Envase estéril	3	5	14.836.000	74.180.000
109	1	10208	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	Unidad	KIT	13	25	522.750	13.068.750
110	1	10209	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	KIT	13	25	522.750	13.068.750
111	1	11222	42203403-004	INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	KIT	100	200	240.333	48.066.600
112	1	7171	42203403-004	INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	KIT	120	240	422.958	101.509.920
113	1	5626	42221504-008	CATÉTER ANGIOGRAFICO	Unidad	Envase estéril	5	10	455.500	4.555.000
114	1	7203	42221504-008	CATÉTER ANGIOGRAFICO	Unidad	Envase estéril	5	10	488.208	4.882.080
115	1	7204	42221504-008	CATÉTER ANGIOGRAFICO	Unidad	Envase estéril	5	10	455.500	4.555.000
116	1	11217	42296007-9999	OCUSOR INTERAURICULAR	UNIDAD	KIT	8	15	44.000.000	660.000.000
117	1	11219	42221513-001	ALAMBRE GUIA	UNIDAD	Envase estéril	50	100	1.922.667	192.266.700
118	1	11227	42296007-9998	OCUSOR DUCTAL	UNIDAD	KIT	8	15	57.250.000	858.750.000
119	1	11228	42142710-004	STENT RENAL	UNIDAD	Envase estéril	10	20	6.250.000	125.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente General

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente General

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA...
 Secretaria de Contrataciones



LOTE	ÍTEM	CÓDIGO - SIH	CÓDIGO CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DNCP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
120	1	11229	42221513-003	STENT	UNIDAD	Envase estéril	10	20	16.117.500	322.350.000
121	1	11230	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	3	5	1.425.000	7.125.000
122	1	10204	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	20	40	2.602.500	104.100.000
123	1	10204	42221504-007	CATÉTER BALÓN	UNIDAD	Envase estéril	20	40	2.602.500	104.100.000
124	1	9492-2	42295303-006	CATÉTER CEREBRAL	UNIDAD	Envase estéril	12	24	708.000	16.992.000
125	1	9885	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL	UNIDAD	Envase estéril	6	12	533.393	6.400.716
126	1	7276	42203405-001	CONECTOR EN Y	UNIDAD	Envase estéril	420	840	308.333	258.999.720
127	1	7277	42203405-001	CONECTOR EN Y	UNIDAD	Envase estéril	900	1.800	317.333	571.199.400
128	1	10728	42221612-9998	Llave manifold de tres vías	UNIDAD	Envase estéril	600	1.200	286.667	344.000.400
129	1	11539	42142802-9999	BRAZALETE ARTERIAL	UNIDAD	KIT	750	1.500	330.500	495.750.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Alicia María Rocholl
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones

Resolución C.A. - Pág. Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Abg. ANA MARIA CASTILLO
 Secretaria del Consejo de Administración